



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato

Viale della Vittoria 321 - Agrigento

Tel. 0922407407- 292 -118 -116 - 293 - 120

Fax 0922407119 - 211

Email - forniture@aspag.it

Prot. N. 81902 del 03/12/2015

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

(ex art 79 bis D..Lgs 163/2006)

Affidamento della fornitura in economia per acquisto console per potenziali evocati uditivi

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento- Viale della Vittoria , 321 - 92100- Agrigento

Oggetto del contratto: Affidamento fornitura in economia riguardante l'acquisto di n. 1 console per potenziali evocati uditivi, con caratteristiche tecniche come da scheda tecnica allegata.

Motivazione . Procedura negoziata affidamento diretto ex art 125, comma 10 d.l.gs. 163/2006 e s-m.i. , art 7 Regolamento Aziendale adottato con delibera n. 3149 /20013, che disciplinano le acquisizioni di beni e servizi in economia con importo inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa, senza pubblicazione del bando di gara, per ragione di esclusività tecnica ex art. 57, comma 2 lett.b) , D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato : Ditta GN Hearing - Via Nino Bixio 1/B - Montegrotto Terme- Padova

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it. al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura in oggetto con caratteristiche simili o analoghe con medesima equivalenza prestazionale a quelle indicate nella scheda tecnica allegata al presente avviso. In tal caso , l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it entro il termine perentorio delle ore 13 del 11/12/2015 . una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare " l'equivalenza funzionale ", nonché l'eventuale prezzo di mercato.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore della strumentazione di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento del contratto al medesimo operatore economico individuato.

Per ulteriori informazioni contattare Servizio Provveditorato tel. n.ro 0922/407116

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Opzioni di acquisizione

Tempo di sweep: 5,0 – 9.000 ms

Rate: da 0,2 a 180/s

Risoluzione A/D: a 16 bit

Reiezione degli artefatti: 99% completa (regolabile)

Punti per traccia: 600

Opzioni dei canali

Canali: 2 canali con canale addizionale disponibile per il monitoraggio EMG

Guadagno: 1k, 1,5k, 2k, 2,5k, 3k, 5k, 7,5k, 10k, 15k, 20k, 25k, 30k, 50k,

75k, 100k, 150k, 200k, 250k, 300k, 500k

Filtro passa alto (Hz): 0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500,

1000

Filtro passa basso (Hz): 15, 30, 50, 75, 100, 150, 250, 300, 500, 600, 1k, 1,5k, 2k, 3k,

5k, 10k

Filtro notch: 50 o 60 Hz impostato dal produttore

Opzioni dello stimolo

Trasduttore: cuffie, cuffie a inserto (correzione automatica di ritardo 0,8 ms),

vibratore osseo (B71)

Tipo di stimolo: clic e toneburst

Mascheramento: rumore bianco

Durata del clic: 100 μ s



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Frequenza toneburst (Hz): 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900

1k, 1,5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k

Rampa/plateau toneburst: definiti dall'utente (cicli)

Involuppo toneburst: lineare, Hanning, Blackman, gaussiano

Intensità: 132 dB pe SPL; nHL definibile dall'utente

Polarità: rarefazione, condensazione, alternata

Riferimento taratura: tabella di taratura in dB SPL con tabella soglie udito normale

definibile dall'utente in nHL

Monitor VEMP

Canale: canale monitor 1 (lato destro o sinistro)

Livello EMG VEMP: livello accettabile minimo e massimo definito dall'utente

Dimensioni/peso Chartr EP 200

Unità principale Chartr EP 200: 4,9 cm x 34,2 cm x 28,7 cm (2" x 13,6" x 11,3") – 2,7 kg (5 lbs 7 oz)

Preamplificatore Chartr EP 200: 3 cm x 9,9 cm x 16,4 cm (1,19" x 3,88" x 6,44") – 0,27 kg (9,5 oz)

Monitor VEMP Chartr: 2,9 cm x 6,2 cm x 9,5 cm (1,13" x 2,44" x 3,75") – 2,0 kg (4,5 oz)

Interfaccia: da USB a PC

Alimentazione: 15 VCC/2 A

Sicurezza: Chartr EP 200 è progettato in conformità ai seguenti standard

CEI EN 60601-1, Classe II, Tipo BF, IPXO; UL 2601-1;

CAN/CSA-C22.2 N. 601.1-90

Requisiti minimi del computer



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Processore: Pentium M o Pentium 4

RAM: minimo 1GB di RAM disponibile

Supporto bus: USB 2.0

OS: Microsoft XP Professional - Service Pack 2 o Vista Business,

Windows 7 a 32 o 64 bit

Unità DVD: DVD-R/W

Risoluzione display: risoluzione minima schermo 1024 (orizz.) x 768 (vert.) a 96 dpi.

Per l'impostazione di dimensione "grande" (120 dpi), la risoluzione minima è 1280 (orizz.) x 960 (vert.).

Colore display: colore a 32 bit.

ASSR

Numero di canali: 1

Stimoli: 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz (fio a 6 per orecchio)

presentati in modo monoaurale o binaurale

Ricerca della soglia/ 0 - 120 dB HL (cuffi a inserto), 0 - 110 dB HL (cuffi)

limite inferiore e superiore: 0 - 60 dB HL (vibratore osseo), incrementi di 5 dB

Mascheramento: rumore bianco fio a 100 dB HL

Modulazione AM/FM: da 20 a 105 Hz (incrementi di 1 Hz); profondità AM - da 0 a

100% (incrementi del 5%); profondità FM - da 0 a 25% (incrementi del 5%)

Guadagno: 1k, 2k, 3k, 5k, 10k, 20k, 30k, 50k, 100k, 200k, 300k, 500k

Filtro passa alto/passa basso: fitri stretti esclusivi Chartr per RapidASSRTM

EEG: visualizzazione online durante la raccolta dati o quando la raccolta



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

è in pausa

Opzioni di ricerca: ricerca rapida o discesa verticale

Montaggio elettrodo: Cz a nuca o Cz a mastoidi collegati

Protocolli di test: inclusi protocolli di test per pazienti addormentati o svegli.

Possibilità di creare e personalizzare i protocolli.

N. 1 Stampante Laser a colori formato A4 compatibile con la consolle