

for. U. N. 30115

ASP AGRIGENTO
A.S.P. - AGRIGENTO
Presidio Ospedaliero di Licata
PROTOCOLLO GENERALE
01 OTT. 2015
N. 2402 Ora

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Licata
U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Responsabile: Dr. A. Gambino
Tel. 0922869422 - 0922869419 - 0922869514

Al Dirigente Amministrativo
Responsabile del Distretto Ospedaliero AG1
Dr. Salvatore Iacolino

→ Al Direttore Sanitario
del P.O. di Licata

Considerato che in questa U.O. sono già stati attivati da 2 anni n° 4 posti letto di Riabilitazione (cod. 56) e n° 2 posti letto di Lungodegenza a valenza riabilitativa (cod. 60);

Considerata la previsione dell'ampliamento a n° 20 posti letto di Riabilitazione (di cui 2 in Hospital Day) e a 16 posti letto di Lungodegenza (di cui 2 in Hospital Day);

Considerato, inoltre, che la ns. U.O. offre assistenza agli utenti esterni, di cui molti in età evolutiva con diverse patologie caratteristiche dell'età (dimorfismi della colonna vertebrale, paramorfismi del piede);

Al fine di offrire una migliore assistenza agli utenti della nostra U.O., con la presente si richiede:

N. 1 (una) pedana baropodometrica e stabilometrica che abbia le seguenti caratteristiche:

15.000 sensori resistivi con dimensione dell'area dei sensori cm. 300x50;

Frequenza di campionamento di almeno 200 Hz in tempo reale;

Unico software multiutente per la rilevazione delle pressioni dei piedi in posizione statica e durante la camminata in ambedue le direzioni;

Calcolo delle impronte medie, curve per l'indicazione della superficie, del carico della pressione media e massima, distinte per area dita, avampiede, mesopiede e retropiede.

Indicazione dei rockers del passo e refertazione automatica dell'esame, statistiche e valori di normalità.

Rilevazione stabilometrica con protocolli di valutazione in bipodolica e monopodolica, interferenza stomatognatica e cervicale, visualizzazione del quoziente di Romberg e delle frequenze di Fourier.

Completa di :

- Due telecamere HR frontali sincronizzate con l'appoggio plantare durante la camminata, una telecamera HR laterale per la valutazione posturale delle asimmetrie morfologiche.
- Computer desktop con processore Intel i5 velocità 2.1-2.5 GHz, monitor 24", stampante a colori.

Certo di un Vs riscontro a tale richiesta, porgo

Distinti saluti

Verbo: si esprime per il procedimento scelto dal Responsabile
già svolto per la scelta del Responsabile

A.S.P. AG.1 DIREZIONE SANITARIA
P.O. S. GIACOMO D'ALTOPASSO - Licata
Prot. N. 1381 del 07-10-2015

L'Impiegato

A.S.P. di AGRIGENTO - P.O. di LICATA
U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa
RESPONSABILE
Dr. ANGELO GAMBINO
Scrizione Ordine Medici N. 2333 - AG

14/10/15

A.S.P. di AGRIGENTO
Presidio Ospedaliero di LICATA
DIREZIONE SANITARIA
Dirigente Medico
Dott. Angelo Vella