



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
CAPODIPARTIMENTO: DOTT. SALVATORE INCANDELA

Li, 02/01/16

Ricevuto in
data 17/12/2015


Al DIRETTORE GENERALE
Al DIRETTORE U.O. PROVVEDITORATO

OGGETTO: SCHEDE TECNICHE CARDIOTOCOGRAFI ED ELETTROCARDIOGRAFI
PORTATILI

N° 7 Cardiocografi gemellari con:

- individuazione movimento fetale automatica - Capacità memoria di 12 ore
 - **Display avanzato** - Display LCD 320x240 a colori - Alta precisione ed ampia area di rilevazione - Funzione di scorrimento on-screen - Dotato di sonde a tenuta stagna
 - Doppler - Doppler pulsato - Frequenza ultrasuoni: 1 MHz - Intensità: < 10mW/cm² - Campo FHR: 50 – 240 bpm (± 1 bpm)
 - Movimenti fetali - Rilevazione a ultrasuoni
 - Contrazioni: - Frequenza di risposta: DC 0.5 Hz - Linea base (zero) - Campo UC: 0-99 unità
 - Stampante: - Termica - Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min
 - Display: - LCD 320 x 240
 - Indicatori - Ritmo cardiaco e qualità del segnale - Allarme stato stampante on/off - Alimentazione AC
 - Impostazioni - Valori minimi e massimi allarme - Velocità carta, griglia millimetrata, movimenti fetali durata stampa in automatico
 - Alimentazione: - Ingresso: AC 100/240V (50-60 Hz) - Uscita: DC 18V, 2.5 A - Assorbimento: 80W
 - Dimensioni: - 296 x 305,5 x 92,5 mm - Peso: circa 3,2 kg
- FUNZIONE DI INTERPRETAZIONE DEL TRACCIATO - Periodo: test del periodo - Media della linea di base FHR (bpm) - Valore IC (frequenza / h) - Valore accelerazione (frequenza / h) - Valore decelerazione (frequenza / h) - DEC avanzato: valore accelerazione finale - DEC iniziale: valore accelerazione iniziale - DEC variabile: valore di decelerazione variabile - TACHY: moderata (>160 bpm): periodo nel quale FHR è tra 160~190 (minuti) - TACHY: severa (>190 bpm): periodo nel quale FHR è superiore a 190 (minuti)
- Dotazioni:
- 2 sonde doppler 1 MHz • Sonda toco • Marcatore eventi • Carta stampante • Gel • Cinghie • Manuale

IL CAPO DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE f.f.
DOTT. S. INCANDELA

