

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

Lampada scialitica

Lampada scialitica ad alta tecnologia di illuminazione, mediante LED, con vita u pari ad almeno 50000 ore.

Montata su stativo a 4 ruote con alimentatore integrato sullo stesso stativo o alla sua base. Potenza luminosa pari ad almeno 100.000 lux ad 1 m di distanza dal campo di intervento. Diametro del campo luminoso regolabile tramite impugnatura, da un minimo di circa 15 cm ad almeno 25 cm.

Diametro della testa lampada non superiore a 40 cm.

Lampada leggera, ergonomica e facilmente manovrabile sia tramite maniglie che tramite impugnatura sterilizzabile, con braccio possibilmente snodabile

Illuminazione in profondità LI +L2 al 20% pari ad almeno 160 cm.

Aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio inferiore ad 1°C. Temperatura del colore pari a circa 4300 K.

Indice di riproduzione del colore, R_a, pari ad almeno 95.

Dotata di comando elettronico per la variazione dell'intensità luminosa in almeno 4 step.

Igiene facilmente mantenibile, assenza di spigoli ed incavi.

Presenza di manipolo sterilizzabile rimovibile (è richiesta la fornitura di n. 4 manipoli sterilizzabili per ciascuna lampada).



S. Lorente Juncal