

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1417149
Descrizione RDO:	ASP Agrigento Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per fornitura, in 2 lotti, di Attrezzature per fototerapia da destinare ai Punti Nascita dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 Contrada Consolida AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	CARMELO PULLARA
Soggetto stipulante	Nome: CARMELO PULLARA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	22/11/2016 15:28
Termine ultimo presentazione offerte:	19/12/2016 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	01/12/2016 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/06/2017 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 2 Acquisto n. 1 Sistema per fototerapia a contatto

CIG	Z6E1C257AC
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Sistema fototerapia a contatto/1/
Importo totale a base d'asta	5000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BURKE & BURKE	Singola	01059590107	29/11/2016 16:57
2	GINEVRI	Singola	03565511007	12/12/2016 17:24
3	EUROMED S.R.L.	Singola	03698030289	05/12/2016 18:11
4	DRAEGER MEDICAL ITALIA	Singola	09058160152	05/12/2016 16:09
5	ULTRAMED S.R.L.	Singola	02732230871	15/12/2016 16:27

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/12/2016 15:29:03	20/12/2016 16:20:44

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE		nessuna		nessuna
GINEVRI		nessuna		nessuna
EUROMED S.R.L.		nessuna		nessuna
DRAEGER		nessuna		nessuna

MEDICAL ITALIA				
ULTRAMED S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Copia Condizioni particolari di contratto		dichiarazione punto 1 Condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GINEVRI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EUROMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	20/12/2016 16:20:54	20/01/2017 14:39:11

Concorrente	Relazione tecnica		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GINEVRI	NON Approvato	Il Direttore UOC Neonatologia con TIN, esaminata la documentazione, ha espresso giudizio negativo di conformità		nessuna

		rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni:a) L'apparecchiatura offerta presenta un'intensità luminosa non superiore a 50 mcw/cm2;b) Il peso erogatore è maggiore rispetto al valore richiesto (3000grammi anziché inferiore a 2500).		
EUROMED S.R.L.	NON Approvato	Il Direttore UOC Neonatologia con TIN, esaminata la documentazione, ha espresso giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni:a) L'apparecchiatura offerta presenta un'intensità luminosa non superiore a 50 mcw/cm2.		nessuna
DRAEGER MEDICAL ITALIA	NON Approvato	Il Direttore UOC Neonatologia, esaminata la documentazione, ha espresso giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni:a) Trattasi di apparecchiatura		nessuna

		diversa rispetto a quella richiesta che non contempla la fototerapia a contatto.		
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	20/01/2017 14:39:18	20/01/2017 14:47:27

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna
GINEVRI	NON Valutato	nessuna
EUROMED S.R.L.	NON Valutato	nessuna
DRAEGER MEDICAL ITALIA	NON Valutato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
BURKE & BURKE	3600,00 Euro	28 %	1108,00 Euro	SI
ULTRAMED S.R.L.	3630,00 Euro	27.4 %		SI

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
BURKE & BURKE	3600,00
ULTRAMED S.R.L.	3630,00
DRAEGER MEDICAL ITALIA	Concorrente escluso
EUROMED S.R.L.	Concorrente escluso
GINEVRI	Concorrente escluso

Note di gara	La ditta Servizi e Assistenza è ammessa con riserva di produrre dichiarazione di presa visione dei chiarimenti pubblicati in data 12/12/2016. La ditta Servizi e Assistenza è ammessa per aver presentato la dichiarazione richiesta.
Note specifiche lotto 2	Rilevato che l'offerta della Burke & Burke, la più bassa, è segnalata (in un secondo momento rispetto all'aggiudicazione) dal sistema di gara telematica MEPA anormalmente bassa, si è avviato il relativo subprocedimento di verifica in conformità all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. La ditta Burke & Burke ha fatto pervenire, con nota del 03.03.2017, le proprie giustificazioni. Esaminate dette giustificazioni, si ritiene che le medesime giustificazioni fornite permettono la conferma dell'aggiudicazione della fornitura di che trattasi.

