



UFFICIO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

Telefono 0922-407238

FAX 0922-407120

DATA

19/01/2017

PROT.

12588

Spett.le _____

OGGETTO: Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere all'acquisizione, previa verifica della copertura finanziaria ed esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 Angio OCT, per l'U.O.C. di Oculistica del P.O. di Sciacca, aventi le specifiche tecniche di cui in allegato.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta spett.le società, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa articolato per come segue:

- Descrizione tecnica delle caratteristiche richieste con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o alternativa ed indicazione della conformità alla normativa vigente;
- Prezzo di acquisto e relativa installazione dell'attrezzatura di cui trattasi, il prezzo deve essere comprensivo di garanzia FULL RISK (indicazione durata) con visita annua di manutenzione,
- Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA/CONSIP indicando il relativo metaprodotto.

Attesa l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il 30/01/2017.

La presente indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicato sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre aziende - in aggiunta a quelle interpellate - di poter presentare, se interessate, quanto richiesto con la presente. Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche sopradescritte, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche dell'attrezzatura richiesta.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407238)

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dott. Carmelo Pullara)

Caratteristiche Tecniche per la fornitura di n.1 Angio -OCT

Caratteristiche tecniche minime

- Tomografo a coerenza ottica
- Spectral Domain
- Risoluzione assiale ottica fra 5 e 7 μm
- Risoluzione trasversale fra 15 μm
- Diametro pupillare minimo di 3.0 mm
- Correzione diottrica che si estende fra -12 a +12 D
- Riposizionamento del pattern di scansione sulle stesse strutture acquisite in un esame precedente, consentendo di acquisire B-scan ad alta definizione esattamente delle stesse strutture
- Ripetizione automatica delle impostazioni utilizzate per un esame precedente dello stesso paziente
- Visualizzazione in tempo reale delle B-scan durante la fase di acquisizione per un valutazione immediata della qualità della scansione
- Acquisizione di cubi di dati ad alta densità con spazio tra le linee fino a 30 μm , in modo da non perdere nessun dettaglio, comprese anche le drusen più piccole
- Acquisizione di B-scan ad altissima definizione
- Messa a fuoco automatica
- Acquisizione tomografica delle strutture del segmento anteriore, come angolo e cornea in alta definizione
- Visualizzazione dell'intera camera anteriore in una sola scansione)
- Misurazione angolo irido-corneale.
- Misurazione della profondità della camera anteriore.
- Misura della distanza angolo-angolo..
- Mappa pachimetrica automatica estesa fino a 9 mm
- Possibilità di stabilire il residuo stromale
- Protocollo di miglioramento della scansione in profondità per la valutazione dello stato della corioide
- Analisi dello spessore maculare con database normativo
- Analisi dello stato maculare in esami successivi per valutare il follow-up, con registrazione automatica degli esami
- Analisi della testa del nervo ottico e dello strato RNFL con database normativo
- Analisi dello strato delle cellule ganglionari con database normativo, valutando lo spessore del complesso GCL+IPL senza lo strato RNFL
- Visualizzazione 3D
- Esportazione in formato DICOM
- Dispositivo in grado di permettere l'esecuzione di esami angiografici senza l'utilizzo di mezzo di contrasto: Angiografia OCT
- Angiografia OCT Spectral Domain, che consente una minor sensibilità al rumore di fondo
- Angiografia OCT con visualizzazione en-face automatizzata della distribuzione della rete vascolare nei diversi plessi della retina tra cui retina superficiale, retina profonda e zona avascolare

- Angiografia OCT con visualizzazione attraverso mappa colorimetrica che rappresenta la profondità in cui si trovano i vasi
- Sistema di eye-tracking attivo durante l'acquisizione ed ad alta frequenza di aggiornamento
- Identificazione automatica della fovea
- Auto-centratura della testa del nervo ottico
- Centratura automatica del cerchio di calcolo RNFL
- Analisi della progressione dello stato del nervo ottico e dello strato RNFL
- Sovrapposizione automatica delle acquisizioni di macula e disco ottico con visualizzazione comprensiva dello stato delle fibre, delle cellule ganglionari e dello spessore retinico
- Analisi en-face con la possibilità di seguire automaticamente il profilo delle strutture retiniche quali ILM, RPE, IS/OS, coroide e retina centrale
- Tavolo asimmetrico ad elevazione elettrica per un confortevole utilizzo su pazienti costretti sulla sedia a rotelle
- Stampante laser

