



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 - 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 21588 del 02 febbraio 2017

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 apparecchio Balometro portatile per misure di Velocità dell'aria, della pressione della temperatura in impianti di condizionamento in RM, con le specifiche tecniche di cui all'allegata scheda elaborata dal Dirigente responsabile dell'U.O. di Fisica Sanitaria.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 09.02.2017.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara



Agrigento 05/09/2016
Prot. 0141802

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U. O. di Fisica Sanitaria
Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio"
C.da Consolida, AGRIGENTO

Al Servizio Provveditorato
ASP di Agrigento

Oggetto: Richiesta Balometro Portatile per misure di Velocità dell'aria,
della Pressione della Temperatura in impianti di condizionamento in RM

Il Balometro, dispositivo oggetto della richiesta, deve essere progettato come un pratico strumento per collaudi e verifiche di impianti di condizionamento e trattamento aria a bocchette, diffusori e griglie di facile accoppiamento. [per locali critici come la Risonanza Magnetica e la Medicina Nucleare]

Deve potere essere utilizzato su qualsiasi impianto sia in mandata che in ripresa, su qualsiasi distributore di aria: rettilineo, elicoidale, a parete e a soffitto. Completo di almeno tre cappe disponibili per l'adattamento alle varie geometrie di distribuzione dell'aria.

Deve essere in grado di: misurare da 50 m³/h fino ad almeno 3000 m³/h, di effettuare la misurazione della velocità e portata compensata in temperatura, deve consentire di verificare con elevata accuratezza, l'efficienza e i ricambi d'aria/ora del sistema di ventilazione. Deve visualizzare in modo simultaneo del flusso d'aria e la temperatura, inoltre deve effettuare media automatica e trasferimento dati su PC portatile per il trattamento dati di cui deve essere dotato.

Deve essere fornito completo di rapporto di taratura conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

L'ESPERTO IN FISICA MEDICA
Dott. Salvatore Franco