

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO N. 604 DEL 04/04/2018

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, D.Lgs. 50/2016 - tramite RDO/ME.PA. - della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento. Presa atto indizione, approvazione RDO n. 1814974 ed affidamento fornitura.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 706 DEL 27-03-2018

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dr. Giuseppe Santalucia)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 107 del 28/03/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C.F. C.P. 0506020101
0506020105
IL DIRETTORE UOC SEF e P.
IL DIRETTORE S. R. F. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Pierantino)

Il Vicepresidente
Coll. Amministrativa

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura Proponente

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo

Da notificare a: Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 03-04-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno QUATTRO del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.391/serv.1/S.G. del 01/08/2017, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, nominato con delibera n.37 del 31/08/2017 dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominato con delibera n. 63 del 13/09/2017 con l'assistenza del Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco

VISTO il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO:

CHE con nota del 15.09.2017 il Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento ha inoltrato richiesta di fornitura di n. 2 Lavaendoscopi, indicando il fabbisogno del relativo materiale di consumo in relazione al numero previsto di circa 1500 prestazioni endoscopiche, ed evidenziando il carattere di particolare urgenza di tale richiesta;

CHE con nota prot. n. 176215 del 27.09.2017 il Servizio proponente, attesa la particolare urgenza rappresentata, ha avviato apposita indagine di mercato, per individuare ditte con disponibilità a fornire in noleggio temporaneo (per almeno 6 mesi) n. 2 Lavaendoscopi con le specifiche tecniche elaborate dal suddetto Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia, indagine di mercato rivolta a più ditte del settore merceologico, oltre che pubblicata sul sito aziendale per garantire la massima diffusione;

CHE con nota dell'11.10.2017 il Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento, con il supporto dell'ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie nell'ambito del contratto in essere con questa ASP riguardante la fornitura di servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi sanitari, comprendente anche la consulenza per le acquisizioni di attrezzature e dispositivi sanitari, ha esaminato i preventivi, con annessa documentazione tecnica, fatti pervenire dalle ditte che hanno risposto all'indagine di mercato prot. n. 176215 del 27.09.2017, ed ha confermato la scheda tecnica presentata e oggetto della medesima indagine di mercato, con alcune modifiche finalizzate a garantire la massima concorrenzialità;

CHE a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra, si è reso possibile attivare una procedura di scelta del contraente, per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni, per una spesa presunta di € 25.000,00= oltre IVA;

ATTESO:

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 24.12.2015 (entrato in vigore il 09.02.2016) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto mercato elettronico del suddetto portale;

CHE, stante la particolare urgenza, rappresentata dal Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento, si è proceduto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, all'avvio di apposita procedura di affidamento diretto - tramite RDO/MEPA n. 1814974 - per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento per un importo complessivo di € 25.000,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in base alle condizioni di fornitura di cui al documento denominato "Condizioni particolari di contratto", ad integrazione di quelle fissate da Consip - Bando Beni "Forniture Specifiche per la Sanità" - e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, invitando tutte le ditte accreditate, oltre a pubblicare relativo avviso sul sito web aziendale;

CHE entro il termine utile per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del 20.12.2017, hanno presentato offerta le ditte BIOH FILTRAZIONE, CANTEL MEDICAL (ITALY), MG DI ZARBO e STEELCO;

CHE il Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento, con il supporto dell'ingegnere clinico della ditta Tecnologie Sanitarie, esaminata la documentazione tecnica presentata dalle quattro ditte partecipanti ed ammesse, sopra riportate, ha espresso, in data 15.03.2018, parere favorevole di conformità tecnica per le offerte delle ditte BIOH FILTRAZIONE, CANTEL MEDICAL (ITALY) e STEELCO, e parere negativo di conformità tecnica per l'offerta della ditta MG DI ZARBO per le motivazioni di cui all'allegata relazione;

CHE in data 27.03.2018, preso atto del giudizio di conformità tecnica di cui sopra, si è proceduto all'apertura della busta economica delle ditte giudicate conformi, rilevando il prezzo offerto per come risulta dalla graduatoria di cui all'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute", generato dalla piattaforma ME.PA./Consip, e qui riportata:

Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
STEELCO SPA	€ 14.671,50
BIOH FILTRAZIONE SRL	€ 15.000,00
CANTEL MEDICAL (ITALY)	€ 20.820,00

DATO ATTO che le comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 saranno garantite nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., oltre che mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che risulta possibile proporre l'affidamento della procedura - tramite RDO/MEPA n. 1814974 - per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per l'UOC di

Thom

Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento, alla ditta STEELCO S.p.A. per l'importo di € 14.671,50= + I.V.A., alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta, valutata conforme, come risulta dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente ad € 17.899,23= IVA inclusa, grava sui seguenti Conti economici del corrente bilancio:

- € 11.712,00= IVA inclusa sul Conto economico n. C504020101;
- € 6.187,23= IVA inclusa sul Conto economico n. C501010505;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Provveditorato che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Sanitario

Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. DARE ATTO che, data la particolare urgenza rappresentata dal Direttore UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento, è stata avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, procedura di affidamento diretto - tramite RDO/MEPA n. 1814974 - per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento per un importo complessivo di € 25.000,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in base alle condizioni di fornitura di cui al documento denominato "Condizioni particolari di contratto", ad integrazione di quelle fissate da Consip - Bando Beni "Forniture Specifiche per la Sanità" - e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, invitando tutte le ditte accreditate, oltre a pubblicare relativo avviso sul sito web aziendale;
2. APPROVARE le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 1814974, come risultano dall'allegato "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma, e riportate in premessa;
3. AFFIDARE la procedura RDO/MEPA n. 1814974 per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento, alla ditta STEELCO S.p.A. - Via Balegante, 27 - 31039 RIESE PIO X (TV) - per l'importo complessivo di € 14.671,50= + I.V.A., alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta, valutata conforme, come risulta dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma;
4. AUTORIZZARE il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Ditta, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
5. NOMINARE ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente medico DR. DI CARLO GIOVANNI direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà coadiuvato nell'esercizio dei compiti, previsti dagli atti di gara e dalla vigente normativa, dalle altre strutture aziendali in base alla competenza;
6. DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente ad € 17.899,23= IVA inclusa, grava sui seguenti Conti economici del corrente bilancio:
 - € 11.712,00= IVA inclusa sul Conto economico n. C504020101;
 - € 6.187,23= IVA inclusa sul Conto economico n. C501010505;
7. DARE mandato al Servizio proponente per l'esecuzione di ogni adempimento consequenziale all'adozione del presente atto, che si dichiara immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza che la fornitura riveste.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Lo Bosco

IL COMMISSARIO
Ing. Gervasio Venuti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUVA
Dott.ssa Patrizia Pedescio





Ospedale "San Giovanni di Dio"
U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA
Direttore: Prof. C. Sciumè

Dr. Sc. f. l. p. p.
13.9.17
12

Al Direttore del Provveditorato
Dott. C. Pullara

E p.c.

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Prof. S. Lo Bosco

Al Direttore U.O.C. servizio Epidemiologia
Dott. G. Geraci
S E D E

Oggetto: sollecito acquisto lavaendoscopi e colonscopi

Il sottoscritto Prof. Carmelo Sciumè, Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia, a seguito della riunione Operatori Screening CRC tenutasi ieri presso la Direzione Sanitaria Aziendale dove è emerso che tale U.O.C. dovrà implementare il numero di Colonscopie di screening nell'arco dei prossimi mesi (circa 500 colon) oltre al normale servizio istituzionale e di emergenza/urgenza,

CHIEDE

con la massima urgenza, la fornitura di due Lavaendoscopi (già richiesti) con le caratteristiche già descritte e comunicate nelle precedenti richieste. Si fa presente altresì che il fabbisogno del materiale di consumo per l'esecuzione delle prestazioni endoscopiche da oggi alla fine dell'anno (il numero previsto è di circa 1500 prestazioni) ammonta a 200 litri di soluzione concentrata così suddivisa: 80 litri soluzione CLN e 120 litri di soluzione PAA.

Si sollecita inoltre, in considerazione dell'elevato numero di esami da espletare, l'acquisto di due colonscopi già richiesti in data 12/07/2017.

La suddetta fornitura (lavaendoscopi e colonscopi) riveste particolare urgenza poiché lo Screening CRC è un LEA (Livello Essenziale di Assistenza) ed è obiettivo della Direzione strategica di questa Azienda.

Distinti saluti.


Agrigento 15/09/2017

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. Fiscale: 00000000000
Dir. Circolo dei Medici: AG2103

Prof. Carmelo Sciumè

Carmelo Sciumè





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Responsabile istruttoria

Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento.

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA. e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative a Beni Forniture Specifiche per la Sanità" e Capitolato tecnico specifico in relazione al bene oggetto di fornitura.

Questa Azienda indice, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, procedura di affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento, per un importo complessivo a base di gara di € 25.000,00= + IVA aventi le seguenti specifiche tecniche elaborate dal Responsabile della predetta U.O.:

N. 2 Lavaendoscopi a vasca singola da installare nei locali adibiti a sala lavaggio e dovranno essere complete di quanto occorre per il collegamento agli impianti esistenti, inclusi se necessari i miscelatori di acqua fredda-calda.

Ogni macchina dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Conformità alle norme EN ISO 15883-1 ed EN ISO 15883-4;
- Utilizzo di disinfettanti a base di acido peracetico;
- Sistema di lavaggio e disinfezione a circuito chiuso, incluso carico e scarico;
- Funzionamento di tipo single-shot;
- Durata massima del ciclo standard di lavaggio e disinfezione non superiore a 20 minuti;
- Temperatura del ciclo di disinfezione fino a 45°C;
- Sistema per l'identificazione dell'endoscopio e dell'operatore;
- Stampante integrata per stampa report del ciclo con dati operatori ed endoscopio
- Compatibilità con gli endoscopi in dotazione alla ASL (Olympus e Fujinon) , da verificare mediante sopralluogo; si richiede la fornitura degli adattatori di lavaggio per gli endoscopi riportati in uso presso l'U.O.
- Esecuzione del test di tenuta per tutta la durata del ciclo;
- Presenza del ciclo di autodisinfezione possibilmente con avvio ciclo programmabile;
- Sistema di controllo del flusso nei canali degli endoscopi per rilevare eventuali occlusioni/disconnessioni;
- Sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti;
- Dotata di compressore aria integrato o esterno per installazione in ambienti privi di impianto aria medica ;
- Dotato di sistema di filtraggio dell'acqua fino ad ottenere acqua terminale microbiologicamente pura
- Ruote per piccoli spostamenti;
- Eseguire, oltre alla disinfezione, anche le fasi di deterzione, risciacquo e soffiaggio;
- Sistema per l'eliminazione di eventuali emissioni di vapori possibilmente senza richiedere la presenza di altri sistemi per l'estrazione o il trattamento dell'aria;
- Descrivere i vari cicli di lavaggio. Elencare tutte le fasi dei cicli di lavaggio con le relative durate;

Nella fornitura dovrà essere compreso tutto il materiale di consumo dedicato all'apparecchiatura necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni.

Importo complessivo: € 25.000,00= + IVA.

Oggetto della presente fornitura è il noleggio temporaneo di 6 mesi del bene sanitario, sopra descritto, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



- Consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ordine, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata; nelle operazioni di installazione a regola d'arte sono da intendersi comprese le seguenti prestazioni:
 1. verifiche preliminari di strutture ed impianti esistenti, e gli allacci agli impianti esistenti;
 2. eventuale realizzazione di allaccio agli impianti se necessari a rendere la fornitura a regola d'arte e pronta all'uso;
- durante il periodo di noleggio – non inferiore a 6 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva (come da indicazioni del produttore) e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; tempo di intervento tecnico 8 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio, in mancanza la ditta fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto); al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore; si rinvia a quanto previsto nella parte del presente documento "Modalità esecuzione della fornitura";
- fornitura di tutto il materiale di consumo dedicato alle apparecchiature offerte, necessario all'esecuzione di 1500 prestazioni: detergente, disinfettante, carta termica, filtri, ecc.
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura, riguardante:
 1. Funzionamento dell'apparecchiatura.
 2. Allarmi e dispositivi di sicurezza.
 3. Rischi residui per l'operatore.
 4. Manutenzione a carico dell'operatore.
 5. Modalità di lavaggio ed eventualmente disinfezione.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni di assistenza tecnica, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire in possesso delle specifiche tecniche minime sopra descritte, devono essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standard funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo dell'apparecchiatura da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura dell'apparecchiatura offerta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. c), D.Lgs. 50/2016, previo giudizio positivo di conformità tecnica.

Non saranno prese in considerazione le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai



beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura vengano trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliant illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste, con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici del bene offerto;
4. dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000 che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa.
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
7. dettaglio offerta economica, nel senso che dovranno essere indicati:
 - a) il canone di noleggio;
 - b) i prezzi unitari del materiale di consumo;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta affidataria, come stabilito dalla risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate, dovrà regolarizzare la propria offerta presentata sul MEPA con l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software;
- 3) La durata del noleggio è fissata in 6 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo; questa ASP si riserva l'opzione di estendere la durata del noleggio per un massimo di ulteriori 3 mesi, alle stesse condizioni economiche;
- 4) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite pec o fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative a Beni Forniture Specifiche per la Sanità";



- 5) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, per tutta la durata del contratto. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore solari dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio, in mancanza la ditta fornitrice è tenuta a consegnare strumentazione analoga (c.d. muletto) al fine di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.
- 6) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza dell/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; relativamente al noleggio si stabilisce che la fattura dovrà essere emessa con cadenza bimestrale; l'emissione della prima fattura è subordinata alla conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo; relativamente al materiale di consumo la fattura dovrà essere emessa in relazione all'ordinativo di fornitura della Direzione di Farmacia; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di



trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;

- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato

Dr. Carmelo Pullara

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA

(timbro e firma del legale rappresentante)







Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"

U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA

Direttore: Prof. C. Sciumè

Al Direttore Servizio Provveditorato

Oggetto: Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 2 Lavaendoscopi per l'UOC di Chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia dello S.O. di Agrigento. Relazione di conformità tecnica.

Con riferimento alla RDO per la fornitura in oggetto, lo scrivente, esaminata con il supporto dell'ing. Angelo Russi della Tecnologie Sanitarie, la documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla RDO medesima, scaricata dalla piattaforma MEPA/Consip per il tramite del punto istruttore MEPA Dr. Sanfilippo (funzionario Servizio Provveditorato), riferisce in ordine alla conformità dell'attrezzatura offerta rispetto alle specifiche tecniche di gara.

Le ditte partecipanti risultano essere le seguenti ditte:

BIOH FILTRAZIONE: esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

CANTEL MEDICAL (ITALY): esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

MG DI ZARBO: esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio negativo di conformità rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni:

- a) per non aver reso la dichiarazione di possesso del requisito tecnico "sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti"; a tal proposito, si riferisce di aver richiesto (per il tramite del punto istruttore MEPA) alla ditta di far pervenire comunicazione apposita che indichi in quale parte della documentazione presentata è descritto il possesso di tale requisito, entro il termine perentorio del 03.01.2018 pena l'esclusione dalla gara; la ditta ha risposto trasmettendo manuale d'uso dell'apparecchiatura Soluscope; tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché la legge non ammette l'integrazione postuma dell'offerta tecnica.

STEELCO: esaminata la documentazione tecnica presentata, si esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Agrigento, 15/03/2018

Angelo Russi
C. Sciumè





Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1814974
Descrizione RDO:	ASP Agrigento - Fornitura in noleggio temporaneo di n. 2 Lavaendoscopi per il P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 Contrada Consolida AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	12/12/2017 12:47
Termine ultimo presentazione offerte:	20/12/2017 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	15/12/2017 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	20/06/2018 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Noleggio temporaneo di n. 2 Lavaendoscopi

CIG	
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Sterilizzatrici per endoscopi flessibili/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	25000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	Singola	09505370966	20/12/2017 09:43
2	CANTEL MEDICAL (ITALY)	Singola	01893311009	14/12/2017 12:43
3	MG DI ZARBO SAS	Singola	01915100844	18/12/2017 11:34
4	STEELCO SPA	Singola	04311220265	19/12/2017 16:02

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/12/2017 10:44:46	22/12/2017 11:41:36

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.		nessuna		nessuna
CANTEL MEDICAL (ITALY)		nessuna		nessuna
MG DI ZARBO SAS		nessuna		nessuna
STEELCO SPA		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	certificato CE		copia condizioni particolari di contratto		dichiarazione regola d'arte punto 4 condizioni particolari di contratto		dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CANTEL		nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

MEDICAL (ITALY)								
MG DI ZARBO SAS		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STEELCO SPA		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	22/12/2017 11:41:43	27/03/2018 13:26:46

Concorrente	relazione tecnica	
	Valutazione	Note
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	Approvato	nessuna
CANTEL MEDICAL (ITALY)	Approvato	nessuna
MG DI ZARBO SAS	NON Approvato	L'offerta è giudicata dal Direttore UOC Chirurgia, Endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento con il supporto dell'ingegnere clinico, non conforme rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni: per non aver reso la dichiarazione di possesso del requisito tecnico "sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti"; a tal proposito, si riferisce di aver richiesto (per il tramite del punto istruttore MEPA) alla ditta di far

		pervenire comunicazione apposita che indichi in quale parte della documentazione presentata è descritto il possesso di tale requisito, entro il termine perentorio del 03.01.2018 pena l'esclusione dalla gara; la ditta ha risposto trasmettendo manuale d'uso dell'apparecchiatura Soluscope; tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché la legge non ammette l'integrazione postuma dell'offerta tecnica.
STEELCO SPA	Approvato	nessuna



ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	27/03/2018 13:26:53	27/03/2018 14:06:30

Concorrente	Dettaglio offerta economica		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CANTEL MEDICAL (ITALY)	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MG DI ZARBO SAS	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
STEELCO SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
STEELCO SPA	14671,50
BIOH FILTRAZIONE S.R.L.	15000,00
CANTEL MEDICAL (ITALY)	20820,00
MG DI ZARBO SAS	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	Si dà atto che l'offerta della MG Zarbo è giudicata dal Direttore UOC Chirurgia, Endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento con il supporto dell'ingegnere clinico, non conforme rispetto alle specifiche di gara, per le seguenti motivazioni: per non aver reso la dichiarazione di possesso del requisito tecnico "sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti"; a tal proposito, si riferisce di aver richiesto (per il tramite del punto istruttore MEPA) alla ditta di far pervenire comunicazione apposita che indichi in quale parte della documentazione presentata è descritto il possesso di tale requisito, entro il termine perentorio del 03.01.2018 pena l'esclusione dalla gara; la ditta ha risposto trasmettendo manuale d'uso dell'apparecchiatura Soluscope; tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché la legge non ammette l'integrazione postuma dell'offerta tecnica. Si dà atto che le offerte delle ditte BIOH FILTRAZIONE - CANTEL MEDICAL (ITALY) - STEELCO giudicate conformi, hanno presentato la certificazioni CE così come richiesta.





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal 04/04/2018

Agrigento, lì

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL FUNZIONARIO INCARICATO
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
