

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO N. 1282 DEL 04 LUG. 2018

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto – tramite RDO/ME.PA. n. 1985167 – per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di n. 1 Telecomandato per l'U.O.C. di Radiologia P.O. Canicatti. Autorizzazione a contrarre. Affidamento fornitura.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 16/16 DEL 28-06-2018

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

**Il Collaboratore Amministrativo
Esperto**

(Dr. GIUSEPPE SANFILIPPO)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

**IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato**
Dr. Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 243 del 28/06/2018 ☒ C.F. / ☐ C.P. CT ON 020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE E. E. P. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Fiorentino)
d'ordine
Il Titolare P. O.
Coll. Amministrativa Ricarda Caloggera Bato

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura Proponente
IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo

Da notificare a: Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 28-06-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.391/serv.1/S.G. del 01/08/2017, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, nominato con delibera n.37 del 31/08/2017 dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominato con delibera n. 63 del 13/09/2017 con l'assistenza del Segretario verbalizzante Marta Grazia Crescente

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

VISTO il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che con l'allegata nota del 31.05.2018 (All. 1) il Direttore del Dipartimento Scienze Radiologiche – Dr. Angelo Trigona – ha richiesto l'acquisizione con carattere di estrema urgenza, in noleggio temporaneo, di n. 1 Telecomandato da installare presso il P.O. di Canicattì, per le motivazioni rappresentate nella medesima nota;

CHE il Servizio proponente ha, pertanto, avviato apposita indagine di mercato per individuare ditte con disponibilità a fornire, in noleggio temporaneo per 6 mesi, un Telecomandato da installare presso apposito locale dell'U.O. di Radiologia del P.O. di Canicattì, dandosi atto che il noleggio temporaneo è attivato nelle more dell'esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura in noleggio triennale di detta attrezzatura, oltre che di analoga attrezzatura per il P.O. di Licata;

CHE a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra, risulta possibile attivare una procedura di scelta del contraente conforme alla normativa vigente, per l'affidamento della fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì, per una spesa presunta di € 39.000,00= oltre IVA;

ATTESO :

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 24.12.2015 (entrato in vigore il 09.02.2016) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

CHE, data la particolare urgenza rappresentata dal predetto dirigente, il Servizio proponente ha avviato in data 14.06.2018 – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4 – la procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. n. 1985167 per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì, dandosi atto di aver avviato RDO aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), oltre a pubblicare relativo avviso sul sito web aziendale, con invito a formulare la propria offerta in base a quanto previsto dal documento Condizioni particolari di contratto (All. 2), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dandosi atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ex art. 95, comma 4, lettere c) del D.Lgs. 50/2016;



REGIONE
Sanitaria
Provinciale
LIRIA

CHE entro il termine utile per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 09:00 del 21.06.2018, e successivamente differito alle ore 09:00 del 25.06.2018 a seguito della pubblicazione di alcuni chiarimenti, sono pervenute n. 3 offerte presentate dalle ditte Assing S.p.A., Meditech S.r.l. e Sifem Medical S.r.l., ammesse alle fasi successive, ad eccezione della Assing S.p.A. per le motivazioni riportate nell'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute" generato dalla piattaforma ME.PA./Consip (All. 3);

CHE il Servizio proponente ha provveduto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione alla ditta Assing S.p.A., giusta nota prot. n. 25.06.2018, inviata a mezzo pec, e comunicazioni tramite piattaforma MEPA;

CHE in data 26.06.2018 il Direttore del Dipartimento Scienze Radiologiche – Dr. Angelo Trigona – con il supporto dell'ingegnere clinico della Tecnologie Sanitarie, esecutrice dell'appalto in essere riguardante la fornitura di servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi sanitari, comprendente anche la consulenza per le acquisizioni di attrezzature e dispositivi sanitari, esaminata la documentazione tecnica presentata dalle due ditte ammesse Meditech S.r.l. e Sifem Medical S.r.l., ha espresso parere favorevole di conformità tecnica per entrambe le offerte;

CHE in data 26.06.2018, preso atto del giudizio di conformità tecnica di cui sopra, si è proceduto all'apertura delle buste economiche delle due ditte giudicate conformi, rilevando l'offerta presentata per come risulta dalla graduatoria di cui all'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute", generato dalla piattaforma ME.PA./Consip, e qui riportata:

Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MEDITECH SRL	€ 36.898,00
SIFEM MEDICAL	€ 37.800,00

DATO ATTO che si procederà ad inviare le comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., ed anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso esito procedura, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che risulta possibile proporre l'affidamento della procedura a mezzo RDO/MEPA n. 1985167, per la fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì alla ditta Meditech S.r.l. per l'importo di € 36.898,00= + I.V.A., alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante ad € 45.015,56= IVA inclusa, grava sul conto economico C504020101 del corrente bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Provveditorato che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;


Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Sanitario

Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:





1. **DARE ATTO** che, data la particolare urgenza rappresentata dal Direttore del Dipartimento Scienze Radiologiche Dr. Angelo Trigona, il Servizio proponente ha avviato, ai sensi della normativa citata in premessa, la procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. n. 1985167 per la fornitura urgente in noleggio temporaneo di 6 mesi di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì, dandosi atto di aver avviato RDO aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), oltre a pubblicare relativo avviso sul sito web aziendale, con invito a formulare la propria offerta in base a quanto previsto dal documento Condizioni particolari di contratto (All. 2), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dandosi atto che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ex art. 95, comma 4, lettere c) del D.Lgs. 50/2016;
2. **APPROVARE** le operazioni di cui alla RDO/ME.PA. n. 1985167, riportate in premessa, come risultano dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute" generato dalla piattaforma ME.PA./Consip (All. 3);
3. **AFFIDARE** la procedura a mezzo RDO/ME.PA. n. 1985167, per la fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì alla ditta Meditech S.r.l. – cod.fisc. e p.iva 04155350871 - Via Mazzaglia, 12 - 95016 Mascali (CT) – per l'importo complessivo di € 36.898,00= + I.V.A., alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta della medesima ditta;
4. **AUTORIZZARE** il Servizio proponente, attraverso il punto ordinante Consip/MEPA, alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Ditta, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
5. **NOMINARE** ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore del Dipartimento Scienze Radiologiche e responsabile UOC Radiologia PO Canicattì Dr. Angelo Trigona – direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà coadiuvato nell'esercizio dei compiti, previsti dagli atti di gara e dalla vigente normativa, dalle altre strutture aziendali in base alla competenza;
6. **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto deliberativo, ammontante ad € 45.015,56= IVA inclusa, grava sul conto economico C504020101 del corrente bilancio;
7. **DARE** mandato al Servizio proponente per l'esecuzione di ogni adempimento consequenziale all'adozione del presente atto, che si dichiara immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza che la fornitura riveste;
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Silvio Lo Bosco

IL COMMISSARIO

Ing. Gervasio Venuti


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~IL COLLABORATORE AMM-VO-TPO~~

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente





ALL 1

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento delle Scienze Radiologiche
Direttore: Dott. Angelo Trigona

Resp.le Procedimento: Dott. ANGELO TRIGONA

Telefono: 333 3334836

Fax Agrigento: 0922 / 591004

Canicattì: 0922 / 733288

Licata: 0922 / 895035

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 00 91358

Data 31/05/2018



Al Direttore Servizio Provveditorato

Oggetto: Richiesta acquisizione in noleggio temporaneo con carattere di estrema urgenza di n. 1 Telecomandato di tipo polifunzionale per l'U.O. di Radiologia del P.O. di Canicattì.

Premesso che lo scrivente ha, più volte, segnalato le criticità dell'U.O. di Radiologia del P.O. di Canicattì in particolare modo legate alla necessità di acquisire un apparecchio Telecomandato digitale di tipo polifunzionale in sostituzione di analogo apparecchio dismesso, di sostituire le altre apparecchiature diagnostiche in uso, obsolete e soprattutto poco affidabili, in quanto richiedono frequenti interventi tecnici di riparazione.

Vista la nota del 31.05.2018 con cui la Tecnologie Sanitarie, esecutrice dell'appalto triennale "Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie di proprietà", ha relazionato sullo stato d'uso dell'apparecchio radiologico telecomandato Gilardoni QX in dotazione alla suddetta U.O., con la presente si richiede il noleggio temporaneo di un telecomandato di tipo polifunzionale da installare presso l'U.O. di Radiologia del P.O. di Canicattì.


Si sottolinea il carattere di estrema urgenza della presente richiesta, stante la necessità di reperire l'apparecchio radiologico al fine di evitare possibili interruzione di servizio con notevoli ricadute negative per erogazione delle prestazioni assistenziali dell'intero Presidio Ospedaliero.

Si segnala, altresì, che insieme all'attrezzatura è necessario acquisire anche una paratia anti-X.

Agrigento, 31/05/2018

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Angelo Trigona





ALL. 1

Prot. 27/18

Al Direttore di Dipartimento di Radiologia
dell'ASP di Agrigento
Dott. A. Trigona
Fax: 0922/895035


Agrigento, 31/05/18

Oggetto: Telecomandato Gilardoni QX ubicato presso la Radiologia del P.O. "Barone Lombardo" di Canicatti.

 In riferimento alla nota Prot. 2018/22 del 30/05/2018 inviata dalla ditta Healtech, che si allega, con la quale veniva comunicato che l'apparecchiatura in oggetto versa in condizioni assolutamente disastrose e con l'impossibilità di procedere al ripristino del corretto funzionamento per la conseguente indisponibilità delle necessarie parti di ricambio siamo a confermare quanto riportato nella citata nota; infatti per tale apparecchiatura, ormai installata da diversi anni (circa 18 anni), sono state inoltrate numerose richieste di intervento tecnico molte delle quali in tempi estremamente ravvicinate (si allega elenco degli interventi tecnici effettuati nell'ultimo anno per tale apparecchiatura). Quindi, come si può notare dal numero degli interventi, l'apparecchiatura risulta poco affidabile non soddisfacendo i requisiti minimi di sicurezza, infatti si sono presentati frequentemente delle attivazioni spontanee dell'apparecchiatura dovute a falsi contatti e derive termiche dei circuiti.


Tanto si doveva, rimanendo in attesa di un Vs. soluzione in merito si porgono i ns. distinti saluti.

Il Responsabile di Commessa
(Ing. Angelo Russi)



SPEDIZIONE





ALL. 1



Healtech s.r.l.

Via De Amicis, 23 90044 Carini (PA)
 Tel. +39 091 8669618 Fax +39 091 8662605
 P.IVA / C.F. 05838890829
 www.healtechsrl.com
 e-mails info@healtechsrl.com - healtechsrl@pec.it

Carini, 30 Maggio 2018

Spett.le Tecnologie sanitarie

Spett.le Primario Dr. Trigona

Comunicazione 2018/022

Oggetto: Comunicazione stato d'usura apparecchio telecomandato Gilardoni QX in dotazione alla Radiologia del P.O. Barone Lombardo di Canicattì (AG).

In seguito alle numerose richieste di intervento ricevute da Tecnologie Sanitarie in merito all'apparecchio in oggetto, molte delle quali in tempi estremamente ravvicinate vogliamo metterVi a conoscenza di quanto da noi riscontrato.

L'apparecchio versa in condizioni assolutamente disastrose, l'impossibilità di reperire tutti i ricambi necessari ci ha spesso portato a riparare con successo le parti meccanicamente rotte, ricorrendo anche a strumenti e manovalanza artigianale. Anche se di livello eccelso tali riparazioni non possono essere considerate né il nostro standard lavorativo/qualitativo né uno standard adeguato alla sicurezza dei pazienti nonché del personale utilizzatore. Da mesi ci viene richiesto di intervenire al fine di "ottemperare al guasto in emergenza, perché tanto a breve verrà sostituito".

Inoltre la macchina non soddisfa più i requisiti minimi di sicurezza anche dal punto di vista elettrico/elettronico, infatti si evidenziano sempre più frequenti casi di pericolosissime attivazioni spontanee degli assi elettrici, nello specifico ribaltamento e seriografo. Tali attivazioni spontanee avvengono anche in totale assenza di personale all'interno della sala e con pazienti presenti. Queste anomalie sono imputabili ad un pericoloso mix di falsi contatti e derive termiche dei circuiti che non possono essere sostituiti in quanto ormai obsoleti e non più reperibili.


Cordiali saluti.

Healtech s.r.l.
 L'amministratore

Healtech s.r.l.

cap. soc. €40.000 - sede legale ed amministrativa: 90044 Carini (PA),
 Via De Amicis, 23 - P.IVA 05838890829 - Email: healtechsrl@pec.it





**ASP
AGRIGENTO**
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicatti.

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA. e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura di affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., della fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicatti, aventi le specifiche tecniche di cui alla scheda tecnica allegata, per un importo base di € 39.000,00= + IVA.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna e installazione entro il termine perentorio indicato dalla ditta nell'offerta, atteso che stante la particolare urgenza, sarà condizione preferenziale il minor tempo di consegna ed installazione preferibilmente entro 8 giorni dal ricevimento dell'ordine (si rinvia al paragrafo "Criterio di aggiudicazione"), nonché collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- durante il periodo di noleggio – non inferiore a 6 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con

l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. c), D.Lgs. 50/2016 (forniture di importo fino a 40.000 euro), previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara; stante la particolare urgenza, sarà condizione preferenziale il minor tempo di consegna ed installazione preferibilmente entro 8 giorni dal ricevimento dell'ordine, avuto riguardo al prezzo offerto, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliant illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa; dovrà essere indicato codice CND e numero repertorio dispositivi medici dell'attrezzatura offerta;
4. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà

eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) La durata del noleggio è fissata in 6 (sei) mesi, con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo; questa ASP si riserva l'opzione di estendere la durata del noleggio entro la concorrenza massima dell'importo inferiore ad € 40.000,00= IVA esclusa di cui soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso;
- 4) La merce dovrà essere consegnata ed installata presso la sede sopra indicata entro il termine perentorio indicato nel contratto, con decorrenza dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite pec/fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 5) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante tutta la vigenza del contratto (mesi 6), con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.
- 6) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni

dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.


- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo con cadenza trimestrale posticipata, sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012); la fattura emessa in difformità da quanto previsto dal presente documento, sarà rigettata; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice per l'interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICECIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



Al. 2

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 00 99506

Data 13/06/2018




Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento delle Scienze Radiologiche
Direttore: Dott. Angelo Trigona

Al Direttore U.O.C.
Servizio Provveditorato

Oggetto: Caratteristiche Tecniche. *per NOLEGGIO TEMPORANEO
con ESTREMA URGENZA*

1. TAVOLO TELECOMANDATO
 - 1.1. Il tavolo porta paziente dovrà risultare a basso coefficiente di attenuazione
 - 1.2. Dovrà essere garantita la più ampia esplorabilità longitudinale a paziente fermo
 - 1.3. Il movimento di esplorazione trasversale dovrà essere la più ampia possibile
 - 1.4. La distanza piano porta paziente - intensificatore di brillantezza dovrà essere la minima possibile
 - 1.5. Il tavolo dovrà consentire un ribaltamento adeguato
 - 1.6. Ampia rotazione del complesso radiogeno
2. SERIOGRAFO
 - 2.1. Il seriografo dovrà consentire divisioni in senso verticale
 - 2.2. Il seriografo dovrà accettare cassette di formato standard
 - 2.3. Dovranno essere possibili riprese con sequenze rapide
3. ACCESSORI CHE DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA CONFIGURAZIONE
 - 3.1. Fascia di compressione
 - 3.2. Pedana portapaziente
 - 3.3. Coppia di reggisalle
 - 3.4. Coppia di maniglie
 - 3.5. Due poltroncine per consolle di lavoro
4. COMPLESSO RADIOGENO
 - 4.1. Il tubo radiogeno dovrà essere del tipo ad anodo rotante, di potenza adeguata, con macchie focali più piccole possibili
5. INTENSIFICATORE DI BRILLANZA E CATENA TELEVISIVA
 - 5.1. L'intensificatore di brillantezza dovrà essere almeno a triplo campo, con dimensione nominale del campo di ingresso il più ampio possibile
 - 5.2. La catena televisiva dovrà essere del tipo ad alta risoluzione
 - 5.3. Vi dovrà essere almeno un monitor TV
6. GENERATORE RADIOLOGICO
 - 6.1. Il generatore dovrà disporre di una potenza di almeno 50 kW
 - 6.2. Il generatore dovrà essere dotato di esposimetro automatico e camera di ionizzazione
 - 6.3. Il generatore dovrà essere dotato di dispositivo per "tecniche anatomiche programmate"

ASP di AGRIGENTO
Dipartimento Strutturale e Transmurale
delle Scienze Radiologiche
Il Direttore
Dott. Angelo Trigona



ALL. 3

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1985167
Descrizione RDO:	ASP Agrigento - Procedura di affidamento diretto tramite RDO/ME.PA. per l'affidamento della fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 Contrada Consolida AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	LOREDANA DI SALVO
Soggetto stipulante	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	14/06/2018 13:06
Termine ultimo presentazione offerte:	25/06/2018 09:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	19/06/2018 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	25/12/2018 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	8
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 fornitura urgente, in noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicattì

CIG	
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	noleggio temporaneo di 6 mesi, di n. 1 Telecomandato da installare

ALL. 3

	presso l'UOC di Radiologia del P.O. di Canicatti/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	39000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SIFEM MEDICAL S.R.L.	Singola	05055000821	25/06/2018 08:22
2	ASSING SPA	Singola	01603091008	21/06/2018 16:59
3	MEDITECH	Singola	04155350871	21/06/2018 18:44

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	25/06/2018 12:08:55	26/06/2018 14:01:29

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.		nessuna		nessuna
ASSING SPA		nessuna		nessuna
MEDITECH		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Certificato CE		dichiarazione costruzione a regola d'arte di cui al punto 4 condizioni particolari di contratto		dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto		Copia condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ASSING SPA		nessuna	NON Approvato	L'offerta non è ammessa, poichè la	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

				dichiarazione presentata, resa su carta intestata del produttore, risulta carente nel senso che non consente l'individuazione del/i soggetto/i responsabile/i della stessa, dando atto che tale carenza costituisce irregolarità essenziale non sanabile a norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, norma richiamata nel documento Condizioni particolari di contratto.				
MEDITECH	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/06/2018 14:01:35	26/06/2018 14:13:07

Concorrente	Relazione tecnica	
	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna
ASSING SPA	NON Valutato	nessuna
MEDITECH	Approvato	nessuna



ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	26/06/2018 14:13:15	26/06/2018 14:20:15

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
SIFEM MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna
ASSING SPA	NON Valutato	nessuna
MEDITECH	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MEDITECH	36898,00
SIFEM MEDICAL S.R.L.	37800,00
ASSING SPA	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna





1
X
-EDIVITA-

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 04 LUG. 2018

Agrigento, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
