SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

Servizio provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407116
Fax 0922407211
Funzioario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro
Email – forniture@pec.aspag.it
Prot. 74788 **del** 29-04-2018

Alla Ditta

_____

_____

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura di sistema di filtrazione per la raccolta di cellule mesenchimali da tessuto adiposo autologo purificato per il trattamento rigenerativo anti infiammatorio dei tessuti molli e cartilaginei richiesto dal Direttore della Uo di Ortopedia del Po di Agrigento di questa Azienda,come da allegata scheda tecnica.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 10/5/18 a mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica e tecnica.

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegata scheda tecnica al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato Tel 0922/407116.

D'ordine

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Anna Spataro

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

SCHEDA TECNICA

Oggetto: Richiesta acquisto sistema di filtrazione per la raccolta di cellule mesenchimali da tessuto adiposo autologo purificato per il trattamento rigenerativo-anti infiammatorio dei tessuti molli e cartilaginei

Il sistema di filtrazione, che garantisce la concentrazione delle ADMCs, avviene per caduta e non necessita di alcun macchinario dedicato, con sistema di filtrazione a circuito chiuso e relative sacche di raccolta (medical grade). Presenta una membrana all'interno del circuito chiuso che permette la filtrazione del tessuto adiposo senza disperdere la componente tissutale, il lavaggio che si effettua con fisiologica ne permette la purificazione ed elimina gli agenti pro-infiammatori.
Il sistema deve presentare la seguente composizione:

N° 1 sistema filtrante da 50 micron a circuito chiuso con 2 sacche di recupero da 2 Lt□.

N° 1 □Deflussore con Clamp di blocco. □

N°2 Siringhe da 60 ml Luer Lock

N° 2 Siringhe da 60 ml Selflock per vuoto.

N° 2 Siringhe da 20 ml LL

N° 2 siringhe da 10 ml LL. N° 2 connettori F/F