



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407268 - 407145

Fax: 0922407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 16304 del 02-05-2019

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, per l'UOC di Oculistica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, all'affidamento della fornitura in service per 1 (uno) anno di facoemulsificatori con acquisto, in somministrazione annuale di un lotto di materiale di consumo dedicato, nonché all'acquisto di un secondo lotto di materiale di consumo, le cui quantità nonché le caratteristiche tecniche, elaborate dal dirigente medico responsabile della predetta UOC, vengono qui allegate e pubblicate, unitamente alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre 10/05/2019**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino, del predetto materiale di consumo
- ✓ Dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Coll. Amm.Vo Esperto T.P.O
Dr.ssa Rosalia Calà

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

		Prezzo unitario (€) (cadauno)	AGRIGENTO		SCIACCA		
	DESCRIZIONE MATERIALE		Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	TOTALI
X	Lotto 1: Fornitura in service per 1 anno di facoemulsificatori ossia sistema multifunzionale per la chirurgia del segmento anteriore, per effettuare interventi di cataratta, dotato delle seguenti caratteristiche minime: (aggiudicazione a lotto unico)						
X	Facoemulsificatore la cui punta esegue la frantumazione del cristallino catarattoso sia attraverso movimenti longitudinali che attraverso movimenti ellettici o torsionali, consentendo in tal modo una minore repulsione del nucleo catarattoso e quindi una minore dissipazione ultrasuoni;						
X	Emissione degli ultrasuoni in modalità ultrapulsata regolabile come on/off al fine di consentire un riduzione dell'energia ultrasonica emessa riducendo il rischio di ustione della breccia corneale e riducendo la quantità di radicali liberi emessi e quindi il danno endoteliale						
X	Pompa peristaltica o peristaltica -venturi (senza necessità di collegamento ad una rete di aria compressa per la generazione del vuoto)						
X	Controllo lineare o da pannello del vuoto, del flusso e degli ultrasuoni						
X	Regolazione dei programmi tramite touch screen o tramite pedale multifunzione		2		2		
X	Ultrasuoni programmabile da 0 a 100% in modalità longitudinale e utilizzabile anche in modalità mista (longitudinale/ ellittica o torsionale)						
X	Flusso programmabile da 0-60 cc al minuto						
X	Vuoto programmabile da da 0 -650 mmHg						
X	Pedale Multifunzione wireless						
X	Carello programmato che gestisce l'altezza della bottiglia di infusione						
X	software dedicato						
X	a corredo di ciascuna macchina dovranno essere forniti:- 15 manipoli per facoemulsificazione che consentono di eseguire la facoemulsificazione in modalità sia longitudinale sia mista longitudinale/ellittica o torsionale; -15 manipoli aspirazione infusione monomanuali 20G; -5 coppie di cannule bimanuale I/A da 21 G; -15 cassette di sterilizzazione;						
A	Set sterile di tubi, cassetta panno copri carello per appoggiare il manipolo faco e copri touch screen; camera di prova		3000		3000		-
B	Punta sterile angolata 30°		320		320		-
C	Sleeves sterili		300		300		-
D	Vitrectomo anteriore 23G		50		50		-
E	punta curva 45° per I/A coassiale per sleeve 20G		0		0		-
F	cavi per diatermia		1		1		-
G	manipolo per diatermia a penna		1		1		-
H	chiavetta per punte faco		2		2		-
	la ditta fornitrice è tenuta a fornire gli aggiornamenti tecnologici provvedendono anche alla sostituzione dello strumento se gli aggiornamenti non fossero instalabili sull'attrezzatura consegnata						
	la ditta offerente si impegna alla manutenzione full-risk, all'upgrading dello stesso strumento e anche all'eventuale sostituzione dello strumento con macchinari di ultima generazione						
						totale lotto	-

	DESCRIZIONE MATERIALE	Prezzo unitario (€) (cadauno)	AGRIGENTO		SCIACCA		TOTALI
			Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	
X	Lotto 02 per la fornitura di Custom Pack per la Chirurgia della Cataratta. Ciascun Custom pack dovrà essere composto da:		4000	0,00	4000		
X	n.1 telo oftalmico in TNT tre strati per la copertura del paziente delle dimensioni di 120cm x250cm con membrana adesiva trasparente delle dimensioni di 15 cm x 15 cm con 2 sacchetti in polietilene delle dimensioni idonei a raccogli liquidi operatori applicati a destra e a sinistra del foro delle dimensioni di 10cm x 12cm rispettivamente. Il TNT deve possedere caratteristiche tecniche di idrorepellenza e trapirazione al fine di favorire l'equilibrio termico del paziente e di barriera per impedire il passaggio di particelle contaminanti con peso non inferiore a 49 gr/m2						
X	N. 2 teli copri braccioli in TNT tre strati 40cm x 50 cm apperto sul lato corto . Il TNT deve possedere caratteristiche tecniche di idrorepellenza						
X	n. 1 telo copri carrello sevitore delle dimensioni di 130 cm x 160 cm avvolgente tutto il custom pack. Il TNT deve possedere caratteristiche tecniche di idrorepellenza e resistenza alla perforazione con grammatura di cellulosa non inferiore a 64 gr/m2						
X	n.1 asciugamano assorbente in cellulosa						
X	n.1 Camicie chirurgico idroripellente mis. Large in sms e maniche termosaldate						
X	n. 2 copri manopoli grandi adatti ai microscopi Zeiss in dotazione in polimero di polistirolo/politene granulare per uso medicale						
X	n. 2 copri manopoli piccoli adatti ai microscopi Zeiss in dotazione in polimero di polistirolo/politene granulare per uso medicale						
X	n. 2 comprese di garza 10 cm x 10 cm in TNT a 6 strati con assenza di peluria e dispersione di fibre e latex free composta da Viscosa e Poliestereche non aderisce a piaghe o ferite						
X	n. 4 batuffoli di garza del diametro di circa 4 cm						
X	n. 2 asciughini a sigaretta della lunghezza non inferiore a 60 mm e del diametro non inferiore a 5 mm. Ciascun asciughino dovrà essere costituita da TNT in viscosa, rinforzata a getto d'acqua, arrotolato a bastoncino ed avvolto con carta in fibre di cellulosa						
X	n.1 bisturi da 22,5° con lama protetta mono mano. Le lame devono essere antiriflesso in acciaio inox 400						
X	n.1 bisturi da 2,4 mm angolato e bevel up con lama protetta mono mano. Le lame devono essere antiriflesso in acciaio inox 400						
X	n.1 bisturi MVR 20 gauge retto con lama protetta mono mano. Le lame devono essere antiriflesso in acciaio inox 400						
X	n.1 cannula da 27 gauge angolata lungo 22 mm piastra orizzontalmente in punta per idrodisezione con luer hub in acciaio inox 300-400						
X	n.1 cannula da 25 gauge angolata lungo 22 mm con luer hub						
X	n. 1 siringa da 1 ml con ago 25 gauge lungo 22 mm con corpo della siringa in policarbonato, giunto del pistone in isoprene sintetico, pistone in polipropilene e lubrificante in silicone con concentrazione < 0,26m/cm2						
X	n. 1 siringa da 2,5 ml con ago 22 gauge lungo 32 mm con luer lock con corpo della siringa in polipropilene, giunto del pistone in gomma sintetico, pistone in polipropilene e lubrificante in silicone con concentrazione < 0,26m/cm2						
X	n. 1 siringa da 5 ml con luer lock con corpo della siringa in polipropilene, giunto del pistone in gomma sintetico, pistone in polipropilene e lubrificante in silicone con concentrazione < 0,26m/cm2						

				AGRIGENTO		SCIACCA		
	DESCRIZIONE MATERIALE	Prezzo unitario (€) (cadauno)	Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	Quantità presunta	Prezzo complessivo (€)	TOTALI	
X	n.1 siringa da 10 ml con luer lock con corpo della siringa in polipropilene, giunto del pistone in gomma sintetico, pistone in polipropilene e lubrificante in silicone con concentrazione < 0,26m/cm2							
X	n.1 vassoio in plastica con bordino delle dimensioni > di 25cm x 15 cm							
XXX	n.1 fermabulbo caratterizzato da un manico zigrinato antiscivolo con estremità ad anello e scala graduata e apertura di 4 mm. La superficie inferiore dell'anello deve essere dotata di spugna per eventuale imbibizione di antestetico topico							
X	confezionamento con busta inserto in tyvek medicale con apertura peel to open							
X	imballaggio in scatole di cartone doppia onda con busta antipolvere interna							
X	sterilizzazione in ossido di etilene con residui dello stesso < 2 p.p.m.							
X	su ogni confezione adesivo che riporta ragione sociale del fabbricante, descrizione dettagliata del contenuto, n. di codice data di preparazione nr lotto, metodo di sterilizzazione e dicitura monouso sterile e marchio CE							
X	l'offerente dovrà specificare la ditta produttrice di ciascun componente del lotto e il codice identificativo							
X	la conformità verrà stabilita attraverso la valutazione documentale e attraverso prova della campionatura (10 campioni identici dovranno essere presentati ai fini della valutazione)							
						totale lotto		

7