



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. n. 2321331 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchiatura radiologica (Arco a C) per esecuzione studi angiografici e trattamenti endovascolari, corredata di iniettore angiografico, per l'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. di Agrigento (Codice gara 7455922 CIG 7932008412 - Codice CUP C42C19000040005).
CHIARIMENTI – ERRATA CORRIGE

Si rendono i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) Quesito: Con riferimento alla procedura in oggetto si formulano i seguenti chiarimenti: - Nel file scheda tecnica e griglia di valutazione sezione "INIETTORE ANGIOGRAFICO" si legge: "testata iniettore a doppia siringa" Poiché la maggior parte di iniettori impiegati per l'ambito angiografico è caratterizzato da una sola siringa, a dispetto degli ambiti diagnostici (ad esempio, in TAC), si chiede la possibilità di proporre un iniettore dotato di una sola siringa per l'appunto.- Nel file "condizioni particolari di contratto", pag 3 si legge: "l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante." Trattandosi di apparecchiatura priva di monouso si chiede di specificare se per campionatura si intende prova dimostrativa del sistema o se trattasi di refuso. Restiamo in attesa di un vs. riscontro e porgiamo cordiali saluti.
Risposta: Si chiarisce che è confermata la richiesta di un Iniettore a doppia siringa; per "campionatura" di cui alla pag. 3 del documento "Condizioni particolari di contratto" si intende la possibilità di visionare ed esaminare il bene offerto, al fine della valutazione tecnica, con riferimento all'apparecchiatura nella medesima configurazione offerta, ivi compreso l'iniettore con il materiale di consumo monouso nella quantità idonea a consentire una prova dimostrativa del sistema offerto.
- 2) Risposta: A riscontro di più segnalazioni di un operatore economico, si chiarisce che il bene oggetto della procedura di gara di che trattasi rientra tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul MEPA, oltre a rammentare l'obbligo delle gare telematiche ex art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016 che non consente più, oggi, esperire procedure di gara tramite modalità tradizionali. Si conferma la richiesta di "Generatore monoblocco con potenza di almeno 25kW"; si conferma la richiesta di "tempo di risoluzione dei guasti o fornitura di apparecchio sostitutivo (muletto) non superiore a 72 ore solari".

Con nota prot. n. 110353 del 25.06.2019 il Direttore Dipartimento Scienze Radiologiche e il Direttore ff UOC Chirurgia Vascolare, che hanno elaborato le specifiche tecniche minime ed annessa griglia di valutazione, allegate alla RDO in oggetto, hanno segnalato un'errata corripge in riferimento alla griglia delle caratteristiche migliorative, di seguito testualmente riportata:

- Al punto V4, per mero errore, non è stata riportata la parola "motorizzata". La dicitura corretta deve quindi essere "Valore della corsa orizzontale motorizzata dell'arco a C (valutata ed espressa in [cm]): sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con corsa orizzontale motorizzata massima e proporzionalmente inferiore per le altre apparecchiature";
- analogamente al punto V6 non sono state riportate le parole "Velocità " e "orbitale ed orizzontale". La dicitura corretta, quindi, è "Velocità massima di rotazione dell'Arco a C sull'asse verticale, orbitale ed orizzontale (valutata ed espressa in [gradi/sec.]): sarà concesso il punteggio massimo all'apparecchiatura con massima velocità di rotazione sull'asse verticale, orbitale ed orizzontale e proporzionalmente inferiore per le altre";

A seguito della pubblicazione della presente, si comunica il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al **giorno 16 luglio 2019 ore 11:00**.

Le ditte offerenti sono tenute a comunicare di aver preso visione della presente.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma ME.PA. con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Agrigento, 27.06.2019

Il RUP

Dr. Giuseppe Sanfilippo



Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

