



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dott. Vincenzo Ripellino Collaboratore Amm.vo TPO
Telefono 0922 407118
Mail: forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

PROT: n. 125865 del 18.07.2013

A tutte le ditte interessate
a mezzo pubblicazione:
www.aspag.it - www.acquistinretepa.it

OGGETTO: procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Gara n. 7457674) per la fornitura quinquennale a noleggio continuativo ed a chiamata delle superfici speciali antidecubito di prevenzione e/o terapia per le piaghe antidecubito per pazienti a basso-medio-alto e altissimo rischio, funzionanti secondo il principio della fluttuazione dinamica e l'eventuale lavaggio, sanificazione e manutenzione della materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito (CPV 33196000), occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione siciliana unitesi in consorzio di acquisto con l'ASP di Agrigento come precisamente indicato in ciascun lotto territoriale (Lotto 1 – ASP Agrigento, Lotto 2 – ASP Caltanissetta, Lotto 3 – ASP Enna, Lotto 4 – A.O. "Garibaldi" di Catania e Lotto 5 – A.O. "Papardo" di Messina). – CHIARIMENTI.

Di seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla ditta ... OMISSIS ... si precisa come di seguito:

- ✓ **Quesito:** Con riferimento al Capitolato Tecnico, sezione caratteristiche specifiche dei presidi antidecubito, pag. 10, si chiede di rettificare una incongruenza relativa all'altezza totale del sistema antidecubito in quanto: al punto 3 è previsto che le celle attive debbano avere "altezza minima non inferiore a 18 cm" mentre al punto 4 viene specificato che "le celle possono essere supportate da un basamento in schiuma per rendere il materasso alto almeno 18 cm.". Si chiede di confermare che in realtà, il secondo valore debba essere inteso come: "per rendere il materasso alto almeno 20 cm", in modo da prevedere che l'eventuale basamento in schiuma sia alto almeno 2 cm.

✚ **Risposta:** Si conferma il quesito in quanto trattasi di un mero errore dovuto ad un refuso nella scrittura del capitolato tecnico. Pertanto, è corretta la previsione dell'altezza complessiva di almeno 20 cm;

Il RUP – Funzionario TPO
UOC Servizio Provveditorato
Dott. Vincenzo Ripellino

Il Direttore
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa
Dott. Angelo Gambino