



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 - 407145

FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Video per Chirurgia Laparoscopica, per il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento - sala operatoria UOC Chirurgia generale, Endoscopia e Laparoscopia (Codice CUP B37J04000000001 - Codice gara 7547963 CIG 80443675A6). CHIARIMENTI

In allegato alla presente, si rendono le risposte alle richieste di chiarimenti rese dal Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. di Agrigento, con il supporto dell'ingegnere clinico.

Le ditte offerenti sono tenute a restituire la presente debitamente firmata per presa visione ed accettazione, da inserire nello spazio previsto per il documento "Copia Condizioni particolari di contratto" Busta amministrativa.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, sul sito web www.aspag.it, con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Agrigento, 16.10.2019

Il RUP
Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo



Azienda Sanitaria Provinciale -Agrigento
Ospedale "San Giovanni di Dio"
U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E
LAPAROSCOPIA
Direttore: Prof. Carmelo Sciumè

Al Direttore Servizio Provveditorato

Oggetto: Risposta richieste di chiarimenti in relazione alla Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura di n. 1 Sistema Video per Chirurgia Laparoscopica, per il Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento – sala operatoria UOC Chirurgia generale, Endoscopia e Laparoscopia (Codice CUP B37J04000000001 - Codice gara 7547963 CIG 80443675A6).

Si rendono, con il supporto dell'ingegnere clinico, i chiarimenti forniti a seguito di quesiti formulati da alcune ditte:

- 1) Quesito: Si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici: Sistema Video: Come da Vs capitolato al punto 16 vengono richieste sia uscite digitali che analogiche. Quest'ultime sono ormai obsolete. Infatti tra le caratteristiche richieste del monitor da 31" al punto 5 vengono menzionate solo "ingressi video digitali di ultima generazione" tra i quali non rientrano certamente quelli analogici come detto ormai obsolete. Si richiede pertanto di eliminare questa caratteristica;
Risposta: Si chiarisce che la richiesta relativa a Sistema Video punto 16 "Dotata di uscite sia digitali, sia analogiche" è da intendersi come caratteristica non minima, per cui saranno ammesse apparecchiature sia con solo uscite digitali sia con uscite digitali e analogiche;
- 2) Quesito: Ottiche: Punto 52 e 53. Vengono richieste delle ottiche con lenti a tecnologia asferica, caratteristica posseduta da una sola azienda. Si richiede di eliminare questa caratteristica da quelle minime perchè precluderebbe la partecipazione a tante aziende. Peraltro tale peculiarità viene poi premiata nella griglia punteggio con 1 punto. Punti 54-55-56-57: Vengono richieste ottiche ad alta definizione. Il concetto di Alta Definizione riguarda i sistemi digitali e non meccanici come le ottiche. Pertanto si richiede di eliminare questa caratteristica dal capitolato.
Risposta: Si chiarisce quanto segue: Punto 52 e 53 si riporta quanto indicato nella scheda tecnica di gara allegata alla RDO in oggetto: punto 52 "N.03 Ottica 10 mm – 30 gradi ad alta definizione, preferibilmente con lenti a tecnologia asferica, autoclavabile per chirurgia laparoscopica standard" – punto 53 "N.01 Ottica con diametro da un minimo di 5 mm circa a un massimo di 5.5 mm circa – 30 gradi ad alta definizione, preferibilmente con lenti a tecnologia asferica, autoclavabile a 134° per chirurgia laparoscopica standard", per evidenziare che in entrambi i punti sono richieste ottiche ... preferibilmente con lenti a tecnologia sferica; pertanto, non è assolutamente preclusa la partecipazione a sistemi con ottiche senza la caratteristica "con lenti a tecnologia sferica", che è da intendersi quale caratteristica migliorativa valorizzata nella griglia di valutazione. Punti 54-55-56-57: si chiarisce che per ottiche ad alta definizione si intendono ottiche che permettono un'elevata qualità dell'immagine per una visualizzazione sempre eccellente.
- 3) Quesito: Griglia punteggio Telecamera: Punto v10: Si prega di specificare cosa intendete per angolo di apertura di una telecamera Punto v11: Si prega di specificare cosa intendete per lunghezza operativa di una telecamera Insufflatore di Co2/Ottiche: Punto V26 "lenti a tecnologia asferica". Dal momento che vi sono varie tipologie di approccio tecnico (di cui alcune coperte da brevetto industriale), vi chiediamo di esplicitare la modalità di valutazione che intendete adottare per questo parametro in quanto l'efficienza effettiva del risultato finale è ben difficilmente correlabile alla sola forma delle lenti utilizzate.
Risposta: Punto V10: Si chiarisce che per angolo di apertura di una telecamera si intende la porzione di spazio, espressa in gradi, che l'obiettivo della telecamera ci consente di vedere; Punto V11: Si chiarisce che per lunghezza operativa di una telecamera si intende la distanza massima in cui l'obiettivo della telecamera permette la messa a fuoco dell'immagine; Punto V26 si chiarisce che le modalità di valutazione ed attribuzione del punteggio risultano esplicitate nella medesima griglia di valutazione; si rinvia, pertanto, a pag. 6 del documento denominato "Scheda tecnica e griglia di valutazione".

Agrigento, 16.10.2019

Il Direttore UOC Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia P.O. Agrigento
Prof. Carmelo Sciumè

Azienda Sanitaria Provinciale
Prof. Carmelo Sciumè
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
Endoscopia e Laparoscopia
Cod. ENPAM: 300066436M
Iscr. Ordine dei Medici: AG2103