

ORIGINAL

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 723 DEL 29 AGO. 2019

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA aperta per fornitura, in 9 lotti, di arredi sanitari per i Complessi Operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata. Delibera a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 798 DEL 24/07/19

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Giuseppe Scarpilippo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Loredana Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione Per azione imprevista C.E. / C.P. A 1000 20 601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
SIG.RA CALOGERA BAIO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

Da notificare a: UOC Provveditorato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 30-07-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.186/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che con l'allegata nota prot. n. 62636 del 05.04.2019 (All.A) il Responsabile del Complesso Operatorio del P.O. di Agrigento e il Direttore Dipartimento Chirurgia AG1 hanno richiesto l'acquisto di arredi sanitari (carrelli, barelle, e altro) con le caratteristiche tecniche indicate nella medesima nota, e per le motivazioni ivi specificate;

CHE sulla base delle specifiche tecniche elaborate dal suddetto Dirigente, il Servizio proponente ha esperito apposita indagine di mercato – nota prot. n. 81361 del 09.05.2019 – per la fornitura di arredi sanitari di cui alla superiore richiesta;

CHE con nota prot. n. 83733 del 14.05.2019 il Direttore Sanitario del P.O. di Licata ha trasmesso richiesta del Responsabile del Complesso Operatorio di acquisto dei medesimi beni (All. B);

CHE con mail del 20.05.2019 la Direzione Amministrativa del P.O. di Canicattì ha trasmesso la nota prot. n. 84158 del 14.05.2019 di richiesta del Direttore UOC Chirurgia Generale, unitamente al Responsabile del Complesso Operatorio e al Dirigente medico UOC Ostetricia e Ginecologia, di acquisto di parte dei medesimi beni (All. C);

CHE a seguito dell'esame dei preventivi, ed annessa documentazione tecnica, presentati dalle ditte che hanno risposto alla suddetta indagine di mercato, i suddetti dirigenti – responsabile del Complesso Operatorio P.O. Agrigento e Direttore Dipartimento Chirurgia AG1 – hanno trasmesso, in data 23.07.2019, l'allegata scheda tecnica aggiornata, articolata in 9 lotti (All. D);

CHE occorre procedere all'acquisto dei beni sanitari richiesti, anche in considerazione di quanto rappresentato dalla Direzione Sanitaria ed Amministrativa del P.O. di Agrigento con nota prot. n. 119796 del 09.07.2019;

CHE, al fine di evadere la richiesta di cui sopra, risulta possibile attivare una procedura di selezione del contraente per l'acquisto di arredi sanitari per i Complessi operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata, per una spesa complessiva stimata in € 132.937,00= + IVA, sulla base dell'indagine di mercato di cui sopra;

ATTESO

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di ~~che trattasi,~~ e che i beni richiesti rientrano tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 9 lotti, di arredi sanitari per i Complessi Operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata per un importo complessivo di € 132.937,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019;
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Prof. Rosario Lupo Direttore Dipartimento Chirurgia AG1, dando atto che, con disposizione immediatamente successiva all'adozione del presente atto si procederà alla costituzione del gruppo di lavoro e che con successivo provvedimento alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale approvato con delibera 1545/2018, in fase di revisione;

DATO ATTO che con l'adozione del presente provvedimento l'intervento di acquisto in argomento sarà inserito nel redigendo piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2019-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante presuntivamente ad € 132.937,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura arredi sanitari per i Complessi operatori	€ 132.937,00
IVA aliquota 22%	€ 29.246,14
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 2.658,74
Contributo ANAC	€ 30,00

TOTALE	€ 164.871,88
--------	--------------

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. A101020601 del corrente bilancio, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

CHE si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 9 lotti, di arredi sanitari per i Complessi Operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì e Licata per un importo complessivo di € 132.937,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, come di seguito riportato:

LOTTO 1: N. 11 Carrelli in acciaio inox per sala operatoria, (n. 5 P.O. di Agrigento, n. 2 P.O. di Canicattì e n. 4 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 23.100,00= + IVA;

LOTTO 2: N. 12 Carrelli servizio a due ripiani. (n. 5 P.O. di Agrigento, n. 2 P.O. di Canicattì e n. 5 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 3.300,00= + IVA;

LOTTO 3: N. 14 Carrelli servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile, (n. 5 P.O. di Agrigento, n. 4 P.O. di Canicattì e n. 5 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 9.800,00= + IVA;

LOTTO 4 N. 11 Tavoli madre con alzata, (n. 5 P.O. di Agrigento, n. 4 P.O. di Canicattì e n. 5 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 8.250,00= + IVA;

LOTTO 5 N. 10 Aste portaflebo a 4 ganci. (n. 6 P.O. di Agrigento, n. 4 P.O. di Canicattì) – Importo complessivo base € 1.000,00= + IVA;

LOTTO 6 N. 8 Aste portaflebo portata 5 KG, (n. 4 P.O. di Agrigento, n. 4 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 5.600,00= + IVA;

LOTTO 7 N. 13 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox (n. 5 P.O. di Agrigento, n. 3 al P.O. di Canicattì e n. 5 P.O. di Licata) – Importo complessivo base € 3.887,00= + IVA;

LOTTO 8 N. 4 Barelle per politrauma, da consegnare n. 2 P.O. di Agrigento, n. 2 P.O. di Licata – Importo complessivo base € 36.000,00= + IVA;

LOTTO 9 N. 14 Barelle standard, da consegnare n. 9 al P.O. di Agrigento, n. 3 al P.O. di Canicattì e n. 2 al P.O. di Licata – Importo complessivo base € 42.000,00= + IVA;

2. **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. E), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Prof. Rosario Lupo Direttore Dipartimento Chirurgia AGI, dando atto che, con disposizione immediatamente successiva all'adozione del presente atto si procederà alla costituzione del gruppo di lavoro e che con successivo provvedimento alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale approvato con delibera 1545/2018, in fase di revisione;
4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza;
5. **DARE ATTO** che con l'adozione del presente provvedimento l'intervento di acquisto in argomento sarà inserito nel redigendo piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2019-2020, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante presuntivamente ad € 132.937,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura arredi sanitari per i Complessi operatori	€ 132.937,00
IVA aliquota 22%	€ 29.246,14
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 2.658,74
Contributo ANAC	€ 30,00
TOTALE	€ 164.871,88

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. A101020601 del corrente bilancio, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

6. **DARE ATTO** che si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;
7. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.

9. Di munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, attesa l'urgenza della fornitura di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della UOC Servizio Provveditorato, con riserva di addebiitare, con successiva deliberazione, la misura dell'accantonamento per incentivi ex art. 113 D.LGS n. 50/2016.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Agrigento
COMPLESSO OPERATORIO
Responsabile: Dr. Filippo Casà

Prot. N° 0062363
del 05/04/2019

AW A

all. Sanfilippo
8-4-18

March-18

AI PROVVEDITORATO ASP 1 AG
c.a. sig.ra Spataro
SEDE
AL DS P.O.AGRIGENTO
SEDE
AL RESPONSABILE STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. AG
SEDE

Oggetto: Richieste urgenti di presidi per il Complesso Operatorio

Si richiedono con urgenza i seguenti presidi per il Complesso Operatorio, che a causa della loro vetustà, rottura o malfunzionamento, provocano disfunzioni gravi del corretto lavoro di S.O., come di seguito descritti:

n° 5 Carrello in acciaio inox per sala operatoria

Carrello realizzato completamente in acciaio inox. Composto da n. 6 cassetti e n. 1 cassettone; sopralzo con almeno n. 10 vanetti a giorno di dimensioni almeno di 125x150x70 H mm; piano di appoggio con bordo rialzato; maniglione di spinta; n. 4 ruote singole girevoli diam. almeno 125 mm. in gomma antitraccia su cuscinetti a sfera, 2 delle quali con freno di stazionamento e 2 direzionabili; n. 4 paracolpi in gomma anti striscia.

n° 5 Carrello servizio a due ripiani

Carrello di servizio a 2 ripiani, con struttura a tubo in acciaio e piani in polimero rigido con trattamento in antibatterico. Ciascun ripiano deve sostenere un peso non inferiore a 65 kg, per una portata totale di almeno 130 kg. Il ripiano superiore integra la maniglia di spinta stampata. Il ripiano inferiore può essere posizionato ad altezza variabile. I ripiani devono avere un bordino di contenimento liquidi. Dotato di 4 ruote di almeno 100 mm piroettanti su cuscinetti a sfera, antirumore e antitraccia. Dimensioni almeno di 850 x 600 x 900h ca. latex free.

n° 5 Carrello servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile

Carrello servitore porta strumenti regolabile in altezza; vassoio asportabile in acciaio inox AISI 307. Struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da almeno cm 85 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox AISI 307; con n. 4 ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm. Misure: almeno cm 70x45x85/120 ca.

n° 5 Tavolo madre con alzata

Tavolo carrellato per sala operatoria costruito completamente in acciaio inox AISI 307; composto da 1 piano con superficie liscia; alzata in tubolare inox regolabile in altezza mediante morsetti (altezza da terra mm. 1000/1400), completa di 4 ganci porta-strumenti. Altezza da terra del piano di lavoro almeno mm. 950. Altezza con alzata abbassata mm. 1000. N. 4 ruote piroettanti con diam. non inferiore 125 mm di cui 2

frenanti. Lung. non inferiore a mm 1.350,00, Larg. non inferiore a mm 650,00, Alt. non inferiore a mm 950,00.

n° 6 Asta portaflebo a 4 ganci

Asta portaflebo dotata di 5 ruote e n° 4 ganci (portata massima non inferiore a 2 kg per ogni gancio) in acciaio inox. Asta in alluminio. Altezza regolabile da almeno 155 ad almeno 245 cm.

n° 4 Asta portaflebo portata 5 KG

Asta portaflebo dotata di 5 ruote con movimentazione sali e scendi con comandi sulla piantana e 4 ganci con carico non inferiore a 30 kg.

n° 5 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox

Sgabello regolabile in altezza a vite con sedile circolare in acciaio inox AISI 307 di spessore non inferiore a mm 1,5 e diametro almeno di cm 28. Base, diametro almeno cm 60, a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti diam. Almeno 50 mm.

n°1 Barella per politrauma

Struttura in acciaio inox Aisi 307, con conformazione del telaio a C, per consentire l'introduzione a tutte le apparecchiature radiologiche di accedere agevolmente al piano di lavoro; piano radiotrasparente in HPL di spessore minimo non inferiore a mm. 10, sponde di contenimento laterali abbattibili e asportabili, coppia di maniglioni ergonomici abbattibili in alluminio verniciato, paracolpi con diametro non inferiore a mm. 75 sugli angoli della barella, regolazione dell'altezza e delle pos. trendelenburg ed antitrendelenburg tramite pedali su entrambe i lati corti, pedali-freno su due lati, 4 ruote diametro 200 mm. circa antistatiche di cui due con freno, una direzionale, due girevoli; coppia di barre porta strumenti e accessori lato testa e lato piedi; barra laterale porta-accessori in alluminio; guide e cassetta porta-lastre; materasso ignifugo, radiotrasparente e dotato di inserto antiscivolo nella parte inferiore dell'imbottitura; dotata dei seguenti accessori: asta portaflebo, cestello porta-indumenti, supporto bombola ossigeno.

N° 9 Barelle standard

Barella a 2 snodi e 3 sezioni ad altezza variabile oleodinamica con trendelenburg e antitrendelenburg e piano radiotrasparente; completa di asta portaflebo, materassino ignifugo spessore standard cm. 8 e coppia sponde abbattibili; angolo trendelenburg e anti trendelenburg fino a 18°; carico di lavoro "sicuro".

Lotto unico per complementarietà del materiale richiesto.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di gradito e sollecito riscontro. Cordiali saluti.

Agrigento 05/04/2019

Capo Dipartimento Area Chirurgica

Responsabile Complesso Operatorio

AZIENDA SANITARIA PROV. LE
AGRIGENTO
Direttore Dipartimento Chirurgia AG1
Prof. R. Lupat

Il Responsabile del
complesso operatorio
Presidio Osp. S. Giovanni di Dio
Dr. Filippo Casà



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA

DIREZIONE SANITARIA

Al B

Prot. N° 83733

LICATA 14-05.2018

OGGETTO: Richiesta acquisto urgente di presidi per il Complesso Operatorio P.O. di Licata.

AL RESP. SERVIZIO PROVVEDITORATO

ASP AG

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA
DIREZIONE SANITARIA**

Per competenza si trasmette, in allegato, la richiesta di acquisto urgente di presidi per il Complesso Operatorio, del Responsabile U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. Licata, Dott. S. La Greca.

**A.S.P. AG P.O. LICATA
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. ANGELO GAMBINO**

Chiedo che la richiesta di acquisto urgente di presidi per il Complesso Operatorio P.O. di Licata, Dott. S. La Greca, sia inoltrata al Provveditorato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
ASP AG**

Per competenza si trasmette, in allegato, la richiesta di acquisto urgente di presidi per il Complesso Operatorio, del Responsabile U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. Licata, Dott. S. La Greca.



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LICATA COMPLESSO OPERATORIO

Tel. 0922 869227 - 0922 869238 - s.op.licata@gmail.com

Al Direttore U.C. Provveditorato
ASP1 A.G
SEDE
E per il tramite D.S. P.O. Licata
Sede

OGGETTO: Richieste urgenti di presidi per il Complesso Operatorio P.O. Licata.

Si richiedono con urgenza i seguenti presidi per il Complesso Operatorio, che a causa della loro vetustà, rottura, o malfunzionamento, provocano disfunzioni gravi.

N° 4 Carrello in acciaio inox per sala operatoria

Carrello realizzato completamente in acciaio inox. Composto da n.1 cassettone; sopralzo con almeno n.10 vanetti a giorno di dimensioni almeno di 125x150x70 H mm, piano di appoggio con bordo rialzato; maniglione di spinta; n.4 ruote singole girevoli diam.almeno 125 mm.in gomma antitraccia su cuscinetti a sfera, 2 delle quali con freno di stazionamento e 2 direzionali; n.4 paracolpi in gomma anti-striscia.

N° 5 carrello servizio a 2 ripiani

Carrello di servizio a 2 ripiani, con struttura a tubo in acciaio e piani in polimero rigido con trattamento in antibatterico. Ciascun ripiano deve sostenere un peso non inferiore a 65 kg, per una portata totale di almeno 130 kg. Il ripiano superiore integra la maniglia di spinta stampata. Il ripiano inferiore può essere posizionato ad altezza variabile. I ripiani devono avere un bordino di contenimento liquidi. Dotato di 4 ruote di almeno 100 mm piroettanti su cuscinetti a sfera, antirumore antitraccia. Dimensioni almeno di 850x600x900 h ca, latex free.

N° 5 Carrello servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile

Carrello servitore porta strumenti regolabile in altezza; vassoio asportabile in acciaio inox AISI 307. Struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da almeno cm 85 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox AISI 307; con n.4 ruote gemellate piroettanti diam.50 mm. Misure almeno cm 70x45x185/120 c.a.

N° 4 tavolo madre con alzata

Tavolo carrellato per sala operatoria costruito completamente in acciaio inox AISI 307; composto da 1 piano con superficie liscia; alzata in tubolare inox regolabile in altezza mediante morsetti (altezza da terra mm.1000/1400), completa di 4 ganci porta-strumenti. Altezza da terra del piano di lavoro almeno mm. 950. Altezza con alzata abbassata mm.1000, N 4 ruote piroettanti con diam. non inferiore 125 mm di cui 2 frenanti. Lung.non inferiore a mm. 1.350,00, larg. Non inferiore a mm 950,00.

AN B

N° 4 Asta porta- flebo portata 5 kg

Asta porta-flebo dotata di 5 ruote con movimentazione sali e scendi con comandi sulla piantana e 4 gangi con carico non inferiore a 30 kg.

N° 5 Sgabelli operatore con ruote e sedili in acciaio inox

Sgabello regolabile in altezza a vite con sedile circolare in acciaio inox AISI 307 di spessore non inferiore a mm 1,5 e diametro almeno di cm 28. Base, diametro almeno cm 60, a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti diam.almeno 50 mm.

N° 2 Barella politrauma

Struttura in acciaio inox AISI 307, con conformazione del telaio a C, per consentire l'introduzione a tutte le apparecchiature radiologiche di accedere agevolmente al piano di lavoro; piano radiotrasparente in HPL di spessore minimo non inferiore a mm.10, sponde di contenimento laterali abbattibili e asportabili, coppia di maniglioni ergonomici abbattibili in alluminio verniciato, paracolpi con diametro non inferiore a mm 75 sugli angoli della barella, regolazione dell'altezza e della pos. Trendelenburg ed anti-trendelenburg tramite pedali su entrambe i lati corti, pedali- freno su due lati, 4 ruote diametro 200 mm. circa antistatiche di cui due con freno, una direzionale, due girevoli; coppia di barre porta strumenti e accessori lato testa e lato piedi; barra laterale porta-accessori in alluminio; guida e cassetta porta-lastre; materasso ignifugo, radiotrasparente e dotato di inserto antiscivolo nella parete inferiore dell' imbottitura; dotata dei seguenti accessori: asta porta flebo, cestello porta-indumenti, supporto bombola ossigeno.

N°2 Barelle standard

Barella a 2 snodi e 3 sezioni ad altezza variabile oleodinamica con trendelenburg e anti-trendelenburg fino a 18; carico di lavoro " sicuro".

Lotto unico per complementarietà del materiale richiesto.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di gradito e sollecito riscontro. Cordiali saluti

Licata 13/05/2019

N. o. Urgente

Direttore Sanitario P.O. Licata
A.S.P. AG. P.O. di LICATA
DIRETTORE SANITARIO
Dott. ANGELO GAMBINO

Responsabile Complesso Operatorio
A.S.P. di AGRIGENTO - P.O. di Licata
U.O. di Anestesia e Rianimazione
Dr. Sigfrido Giuseppe La Greca
Dirigente Medico
Cod. Fiscale: 360203947E

AN 2



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Presidio Ospedaliero di Canicattì

U.O. Complesso Operatorio

Prot. 84158 del 14 MAG 2019

A.S.P. AG. P.O. CANICATTI
UFFICIO P.O. ACCOLLO

N. 84158 -

DEL 14 MAG 2019

ENTRATA
LADDETTO

- Al Direttore Amministrativo

Sede

- Al Direttore Sanitario

Sede

Oggetto: Richiesta urgente presidi per il Complesso Operatorio del P.O. di Canicattì

Si richiede alla S.V. (vista la nota -prot.n°-83061 dell'UOC Servizio Provveditorato) l'acquisto urgente dei seguenti presidi per il complesso operatorio di Canicattì :

- N° 4 Carrello Servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile
- N° 2 Carello in acciaio Inox per sala operatoria
- N° 2 Carello servizio a due ripiani
- N° 2 Tavolo madre con alzata
- N° 4 Asta portaflebo a 4 ganci
- N° 3 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox
- N° 3 Barelle standard

Per le specifiche tecniche dei seguenti presidi si fa riferimento alla richiesta effettuata in data 05/04/2019 (Prot.0062363 P.O. Agrigento) dal dirigente responsabile del complesso operatorio del P.O. di Agrigento Dr. Filippo Casà

Cordiali Saluti.

Canicattì 14/05/2019

A.S.P. AGRIGENTO
Ostetricia Ginecologia
Dr. Vincenzo Scattarella
Dirigente Medico
C.E. 300050241E - I.O.M. (AG) 2535

Il Dirigente Responsabile

Prof. Dott. MAIORANA ALFONSO M.
Docente di Chirurgia Generale
Università degli Studi di Palermo
Direttore U.O. Chirurgia Generale
P.O. Barone Lombardo Canicattì
Cod. ENPAM 300032891C000

A.S.P. AGRIGENTO
P.O. CANICATTI
Dott. G. M. M. M. M.
Medico Anestesista
Cod. ENPAM 300032891C000
N. Ordine AN 0045

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Agrigento
COMPLESSO OPERATORIO
Responsabile: Dr. Filippo Casa

Prot. N° 0062363
del 05/04/2018

Al C

Dr. Filippo Casa
8-4-18

12-4-18

AI PROVVEDITORATO ASP 1 AG
c.a. sig.ra Spataro
SEDE
AL DS P.O. AGRIGENTO
SEDE
AL RESPONSABILE STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. AG
SEDE

Oggetto: Richieste urgenti di presidi per il Complesso Operatorio

Si richiedono con urgenza i seguenti presidi per il Complesso Operatorio, che a causa della loro vetustà, rottura o malfunzionamento, provocano disfunzioni gravi del corretto lavoro di S.O, come di seguito descritti:

n° 5 Carrello in acciaio inox per sala operatoria

Carrello realizzato completamente in acciaio inox. Composto da n. 6 cassetti e n. 1 cassettone; sopralzo con almeno n. 10 vanetti a giorno di dimensioni almeno di 125x150x70 H mm; piano di appoggio con bordo rialzato; maniglione di spinta; n. 4 ruote singole girevoli diam. almeno 125 mm. in gomma antitraccia su cuscinetti a sfera, 2 delle quali con freno di stazionamento e 2 direzionabili; n. 4 paracolpi in gomma anti striscia.

n° 5 Carrello servizio a due ripiani

Carrello di servizio a 2 ripiani, con struttura a tubo in acciaio e piani in polimero rigido con trattamento in antibatterico. Ciascun ripiano deve sostenere un peso non inferiore a 65 kg, per una portata totale di almeno 130 kg. Il ripiano superiore integra la maniglia di spinta stampata. Il ripiano inferiore può essere posizionato ad altezza variabile. I ripiani devono avere un bordino di contenimento liquidi. Dotato di 4 ruote di almeno 100 mm piroettanti su cuscinetti a sfera, antirumore e antitraccia. Dimensioni almeno di 850 x 600 x 900h ca. latex free.

n° 5 Carrello servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile

Carrello servitore porta strumenti regolabile in altezza; vassoio asportabile in acciaio inox AISI 307. Struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da almeno cm 85 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox AISI 307; con n. 4 ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm.
Misure: almeno cm 70x45x85/120 ca.

n° 5 Tavolo madre con alzata

Tavolo carrellato per sala operatoria costruito completamente in acciaio inox AISI 307; composto da 1 piano con superficie liscia; alzata in tubolare inox regolabile in altezza mediante morsetti (altezza da terra mm. 1000/1400), completa di 4 ganci porta-strumenti. Altezza da terra del piano di lavoro almeno mm. 950. Altezza con alzata abbassata mm. 1000. N. 4 ruote piroettanti con diam. non inferiore 125 mm di cui 2

frenanti. Lung. non inferiore a mm 1.350,00, Larg. non inferiore a mm 650,00, Alt. non inferiore a mm 950,00.

Alc

n° 6 Asta portaflebo a 4 ganci

Asta portaflebo dotata di 5 ruote e n° 4 ganci (portata massima non inferiore a 2 kg per ogni gancio) in acciaio inox. Asta in alluminio. Altezza regolabile da almeno 155 ad almeno 245 cm.

n° 4 Asta portaflebo portata 5 KG

Asta portaflebo dotata di 5 ruote con movimentazione sali e scendi con comandi sulla piantana e 4 ganci con carico non inferiore a 30 kg.

n° 5 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox

Sgabello regolabile in altezza a vite con sedile circolare in acciaio inox AISI 307 di spessore non inferiore a mm 1,5 e diametro almeno di cm 28. Base, diametro almeno cm 60, a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti diam. Almeno 50 mm.

n°1 Barella per politrauma

Struttura in acciaio inox Aisi 307, con conformazione del telaio a C, per consentire l'introduzione a tutte le apparecchiature radiologiche di accedere agevolmente al piano di lavoro; piano radiotrasparente in HPL di spessore minimo non inferiore a mm. 10, sponde di contenimento laterali abbattibili e asportabili, coppia di maniglioni ergonomici abbattibili in alluminio verniciato, paracolpi con diametro non inferiore a mm. 75 sugli angoli della barella, regolazione dell'altezza e delle pos. trendelenburg ed antitrendelenburg tramite pedali su entrambe i lati corti, pedali-freno su due lati, 4 ruote diametro 200 mm. circa antistatiche di cui due con freno, una direzionale, due girevoli; coppia di barre porta strumenti e accessori lato testa e lato piedi; barra laterale porta-accessori in alluminio; guide e cassetta porta-lastre; materasso ignifugo, radiotrasparente e dotato di inserto antiscivolo nella parte inferiore dell'imbottitura; dotata dei seguenti accessori: asta portaflebo, cestello porta-indumenti, supporto bombola ossigeno.

N° 9 Barelle standard

Barella a 2 snodi e 3 sezioni ad altezza variabile oleodinamica con trendelenburg e antitrendelenburg e piano radiotrasparente; completa di asta portaflebo, materassino ignifugo spessore standard cm. 8 e coppia sponde abbattibili; angolo trendelenburg e anti trendelenburg fino a 18°; carico di lavoro "sicuro".

Lotto unico per complementarietà del materiale richiesto.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di gradito e sollecito riscontro. Cordiali saluti.


Agrigento 05/04/2019

Capo Dipartimento Area Chirurgica

Responsabile Complesso Operatorio

AZIENDA SANITARIA PROV. LE
AGRIGENTO
Direttore Dipartimento Chirurgia AG1
Prof. R. Lupat

Il Responsabile del
complesso operatorio
Presidio Osp. S. Giovanni di Dio
Dr. Filippo Casà



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Agrigento
COMPLESSO OPERATORIO
Responsabile: Dr. Filippo Casà

ALL D

AI PROVVEDITORATO ASP 1 AG
SEDE

Oggetto: Richieste urgenti di presidi per il Complesso Operatorio – Riscontro indagine di mercato

Con riferimento alla richiesta di acquisto prot. N. 62363/2019, esaminati con il supporto dell'ing. Angelo Russi della Tecnologie Sanitarie, i preventivi, ed annessa documentazione tecnica, delle ditte che hanno risposto all'indagine di mercato prot. n. 81361 del 09.05.2019, si confermano le specifiche tecniche oggetto dell'indagine medesima con alcune modifiche finalizzate a garantire la massima concorrenza, di seguito riportate:

lotto 1 n° 5 Carrello in acciaio inox per sala operatoria

Carrello realizzato completamente in acciaio inox. Composto da n. 6 cassetti e n. 1 cassettone; sopralzo con almeno n. 10 vanetti a giorno di dimensioni almeno di 125x150x70 H mm; piano di appoggio con bordo rialzato; maniglione di spinta; n. 4 ruote singole girevoli diam. almeno 125 mm. in gomma antistriscia su cuscinetti a sfera, 2 delle quali con freno di stazionamento e 2 direzionabili; n. 4 paracolpi in gomma anti striscia.

Lotto 2 n° 5 Carrello servizio a due ripiani

Carrello di servizio a 2 ripiani, con struttura a tubo in acciaio e piani rigidi. Ciascun ripiano deve sostenere un peso non inferiore a 65 kg, per una portata totale di almeno 130 kg. Presenza di maniglia di spinta. Il ripiano inferiore può essere posizionato ad altezza variabile. I ripiani devono avere un bordino di contenimento liquidi. Dotato di 4 ruote di almeno 100 mm piroettanti su cuscinetti a sfera, antirumore e antistriscia. Dimensioni almeno di 850 x 600 x 900h ca.

Lotto 3 n° 5 Carrello servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile

Carrello servitore porta strumenti regolabile in altezza; vassoio in acciaio inox. Struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da almeno cm 90 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox; con n. 4 ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm.

Misure: almeno cm 70x45x85/120 ca.

Lotto 4 n° 5 Tavolo madre con alzata

Tavolo carrellato per sala operatoria costruito completamente in acciaio inox; composto da 1 piano con superficie liscia; alzata in tubolare inox regolabile in altezza mediante morsetti (altezza da terra circa mm. 1000/1400), completa di 4 ganci porta-strumenti. Altezza da terra del piano di lavoro almeno mm. 950. Altezza con alzata abbassata circa mm. 1000. N. 4 ruote piroettanti con diam. non inferiore 125 mm di cui 2 frenanti. Lung. non inferiore a mm 1.350,00, Larg. non inferiore a mm 650,00, Alt. non inferiore a mm 950,00.

Lotto 5 n° 6 Asta portaflebo a 4 ganci

Asta portaflebo dotata di 5 ruote e n° 4 ganci (portata massima non inferiore a 2 kg per ogni gancio) in acciaio inox .Asta in metallo. Altezza regolabile da almeno 165 ad almeno 220 cm.

Lotto 6 n° 4 Asta portaflebo portata 5 KG

Asta portaflebo dotata di 5 ruote con movimentazione sali e scendi con comandi sulla piantana e 4 ganci con carico non inferiore a 30 kg.

Lotto 7 n° 5 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox

Sgabello regolabile in altezza a vite con sedile circolare in acciaio inox di spessore adeguato e diametro almeno di cm 28. Base, diametro almeno cm 60, a cinque razze con ruote piroettanti diam. Almeno 50 mm.

Lotto 8 n°2 Barella per politrauma

Struttura in acciaio, con conformazione del telaio a C, per consentire l'introduzione a tutte le apparecchiature radiologiche di accedere agevolmente al piano di lavoro; piano radiotrasparente di spessore minimo non inferiore a mm. 10, sponde di contenimento laterali abbattibili, coppia di maniglioni ergonomici abbattibili, con paracolpi sugli angoli della barella, regolazione dell'altezza e delle pos. trendelenburg ed antitrendelenburg tramite pedali su entrambe i lati corti , pedali-freno su due lati, 4 ruote diametro almeno 150 mm. antistatiche di cui almeno due con freno, e una ruota direzionale; con sistemi porta strumenti e accessori lato testa e lato piedi e laterale; guide e cassetta porta-lastre; materasso ignifugo, radiotrasparente e dotato di inserto antiscivolo; dotata dei seguenti accessori: asta portaflebo, cestello porta-indumenti, supporto bombola ossigeno.


Lotto 9 N° 9 Barelle standard

Barella ad almeno 2 sezioni ad altezza variabile oleodinamica con trendelenburg e antitrendelenburg e piano radiotrasparente; completa di asta portaflebo, materassino ignifugo spessore standard cm. 8 e coppia sponde abbattibili; angolo trendelenburg e anti trendelenburg almeno da 15°; carico di lavoro " sicuro ".

Agrigento 23/07/2019


Capo Dipartimento Chirurgica AG1


Prof. Rosario Lupo



Responsabile Complesso Operatorio

Dott. Filippo Casà





ALL E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta – per l'affidamento della fornitura, in 9 lotti, di arredi sanitari per i Complessi Operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicatti e Licata (Codice gara _____ - Codice CUP _____).

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta sulla piattaforma ME.PA., della fornitura, in 9 lotti, di arredi sanitari per i Complessi Operatori dei PP.OO. di Agrigento, Canicatti e Licata, con le specifiche tecniche elaborate dal Responsabile Complesso Operatorio e dal Direttore Dipartimento Chirurgia AG1, come di seguito riportato, per un importo complessivo di € 132.937,00= + IVA:

LOTTO 1: N. 11 Carrelli in acciaio inox per sala operatoria (CIG _____), da consegnare n. 5 al P.O. di Agrigento, n. 2 al P.O. di Canicatti e n. 4 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Carrello realizzato completamente in acciaio inox. Composto da n. 6 cassetti e n. 1 cassettone; sopralzo con almeno n. 10 vanetti a giorno di dimensioni almeno di 125x150x70 H mm; piano di appoggio con bordo rialzato; maniglione di spinta; n. 4 ruote singole girevoli diam. almeno 125 mm. in gomma antistriscia su cuscinetti a sfera, 2 delle quali con freno di stazionamento e 2 direzionabili; n. 4 paracolpi in gomma anti striscia.

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 23.100,00= + IVA

LOTTO 2: N. 12 Carrelli servizio a due ripiani (CIG _____), da consegnare n. 5 al P.O. di Agrigento, n. 2 al P.O. di Canicatti e n. 5 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Carrello di servizio a 2 ripiani, con struttura a tubo in acciaio e piani rigidi. Ciascun ripiano deve sostenere un peso non inferiore a 65 kg, per una portata totale di almeno 130 kg. Presenza di maniglia di spinta. Il ripiano inferiore può essere posizionato ad altezza variabile. I ripiani devono avere un bordino di contenimento liquidi. Dotato di 4 ruote di almeno 100 mm piroettanti su cuscinetti a sfera, antirumore e antistriscia. Dimensioni almeno di 850 x 600 x 900h ca. Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 3.300,00= + IVA

LOTTO 3: N. 14 Carrelli servitore porta strumenti a sollevamento oleodinamico con piano estraibile (CIG _____), da consegnare n. 5 al P.O. di Agrigento, n. 4 al P.O. di Canicatti e n. 5 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Carrello servitore porta strumenti regolabile in altezza; vassoio in acciaio inox. Struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da almeno cm 90 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox; con n. 4 ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm.

Misure: almeno cm 70x45x85/120 ca. Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 9.800,00= + IVA

LOTTO 4 N. 11 Tavoli madre con alzata (CIG _____), da consegnare n. 5 al P.O. di Agrigento, n. 4 al P.O. di Canicatti e n. 5 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Tavolo carrellato per sala operatoria costruito completamente in acciaio inox; composto da 1 piano con superficie liscia; alzata in tubolare inox regolabile in altezza mediante morsetti (altezza da terra circa mm. 1000/1400), completa di 4 ganci porta-strumenti. Altezza da terra del piano di lavoro almeno mm. 950. Altezza con alzata abbassata circa mm. 1000. N. 4 ruote piroettanti con diam. non inferiore 125 mm di cui 2 frenanti. Lung. non inferiore a mm 1.350,00, Larg. non inferiore a mm 650,00, Alt. non inferiore a mm 950,00.

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 8.250,00= + IVA

LOTTO 5 N. 10 Aste portaflebo a 4 ganci (CIG _____), da consegnare n. 6 al P.O. di Agrigento, n. 4 al P.O. di Canicatti – con le seguenti specifiche tecniche:

Asta portaflebo dotata di 5 ruote e n° 4 ganci (portata massima non inferiore a 2 kg per ogni gancio) in acciaio inox. Asta in metallo. Altezza regolabile da almeno 165 ad almeno 220 cm.

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 1.000,00= + IVA

LOTTO 6 N. 8 Aste portaflebo portata 5 KG (CIG _____), da consegnare n. 4 al P.O. di Agrigento, n. 4 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Asta portaflebo dotata di 5 ruote con movimentazione sali e scendi con comandi sulla piantana e 4 ganci con carico non inferiore a 30 kg. Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 5.600,00= + IVA

LOTTO 7 N. 13 Sgabelli operatore con ruote e sedile in acciaio inox (CIG _____), da consegnare n. 5 al P.O. di Agrigento, n. 3 al P.O. di Canicatti e n. 5 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Sgabello regolabile in altezza a vite con sedile circolare in acciaio inox di spessore adeguato e diametro almeno di cm 28. Base, diametro almeno cm 60, a cinque razze con ruote piroettanti diam. Almeno 50 mm.

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 3.887,00= + IVA

LOTTO 8 N. 4 Barelle per politrauma (CIG _____), da consegnare n. 2 al P.O. di Agrigento, n. 2 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Struttura in acciaio, con conformazione del telaio a C, per consentire l'introduzione a tutte le apparecchiature radiologiche di accedere agevolmente al piano di lavoro; piano radiotrasparente di spessore minimo non inferiore a mm. 10, sponde di contenimento laterali abbattibili, coppia di maniglioni ergonomici abbattibili, con paracolpi sugli angoli della barella, regolazione dell'altezza e delle pos. trendelenburg ed antitrendelenburg tramite pedali su entrambe i lati corti, pedali-freno su due lati, 4 ruote diametro almeno 150 mm. antistatiche di cui almeno due con freno, e una ruota direzionale; con sistemi porta strumenti e accessori lato testa e lato piedi e laterale; guide e cassetta porta-lastre; materasso ignifugo, radiotrasparente e dotato di inserto antiscivolo; dotata dei seguenti accessori: asta portaflebo, cestello porta-indumenti, supporto bombola ossigeno.

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 36.000,00= + IVA

LOTTO 9 N. 14 Barelle standard (CIG _____), da consegnare n. 9 al P.O. di Agrigento, n. 3 al P.O. di Canicatti e n. 2 al P.O. di Licata – con le seguenti specifiche tecniche:

Barella ad almeno 2 sezioni ad altezza variabile oleodinamica con trendelenburg e antitrendelenburg e piano radiotrasparente; completa di asta portaflebo, materassino ignifugo spessore standard cm. 8 e coppia sponde abbattibili; angolo trendelenburg e anti trendelenburg almeno da 15°; carico di lavoro "sicuro".

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 42.000,00= + IVA

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura;

Questa ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori quantità di beni oggetto di ciascun lotto nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara; nell'eventuale esercizio della presente opzione, l'importo complessivo della fornitura non potrà superare il 50% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa).

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque

mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

La ditta partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliant illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
4. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (almeno 24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà

eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate;

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite pec o fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'ASP si riserva la facoltà di esercizio dell'opzione di acquisto indicata nel paragrafo "Oggetto della presente fornitura", presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso; nell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione, l'importo complessivo della presente procedura non potrà, in ogni caso, superare il 50% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore ad € 221.000,00= IVA esclusa);
- 5) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessaria al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.
- 6) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i

incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. L'attestazione di regolare fornitura equivale al verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICECIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **29 AGO. 2019**

Agrigento, li **29 AGO. 2019**

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco