



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Sig. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo
Telefono 0922 407226 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 168124 del 4 ottobre 2019

Spett.le Società

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di n. 3 (tre) microscopi Operatori per Microchirurgia Oftalmica con stativo a pavimento per le sale operatorie dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura di cui all'oggetto avente le caratteristiche tecniche di cui alla scheda tecnica elaborata dal Direttore delle UU.OO.CC. di Oculistica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, che si allega in uno alla presente.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Società, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- tempo di consegna;
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 14 Ottobre 2019.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilevi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (tel 0922 407268).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Lotto 1

Caratteristiche Tecniche relative alla fornitura di

N. 3 Microscopio Operatorio per Microchirurgia Oftalmica con stativo a pavimento

- Microscopio operatorio da oculistica con blocchi elettromagnetici e stativo da pavimento movimentabile su ruote;
- Stativo leggero e manovrabile per un agevole posizionamento in sala operatoria con sblocchi elettromagnetici azionabili anche da personale non sterile, con reset automatico a fine corsa verso l'alto;
- Blocco movimento rotazionale dell'asse del corpo microscopio manuale che permette di effettuare movimenti sul suo asse senza necessità di attivare gli sblocchi elettromagnetici dello stativo;
- Manopole azionabili in modo sterile per lo sblocco dei freni elettromagnetici dotate del massimo numero di comandi per il controllo delle funzioni programmabili a scelta e profondità di campo del chirurgo principale;
- Tubo binoculare principale inclinabile con massima escursione possibile con invertitore di immagine elettrico integrato all'interno del tubo binoculare per la migliore ergonomia degli operatori.
- Tubo binoculare II° osservatore con invertitore di immagine elettrico integrato all'interno del tubo binoculare per la migliore ergonomia degli operatori;
- Quadro di comando delle funzioni del microscopio con tecnologia touch screen
- Possibilità di programmare differenti impostazioni di controllo per gli utilizzatori memorizzati con funzioni comandate da pedale, manopole tasti;
- II° osservatore dotato di medesima stereopsi e profondità di campo del chirurgo principale, con ingrandimenti indipendente e messa fuoco fine;
- Dispositivo di osservazione laterale ruotabile di 180°;
- Ottiche apocromatiche, ed obiettivo con focale e distanza di lavoro di 200mm in grado di garantire la massima luminosità, il massimo dettaglio e la massima profondità di campo possibili. Funzione che ottimizza luce e profondità di campo tramite comando elettrico;
- Microscopio con 4 percorsi ottici reali;
- Messa a fuoco motorizzata con possibilità di rendere la velocità della messa a fuoco dipendente dal fattore di ingrandimento in uso;
- Tilting del microscopio manuale o motorizzato;
- Movimento XY del corpo ottico verso l'alto in maniera intraoperatoria con successivo ritorno nello stesso piano di fuoco;
- Pedaliera anfibia wireless con comandi fuoco e zoom programmabili e con ulteriori tasti funzioni programmabili;
- Fonte di luce led o xenon o equivalenti e possibilità di filtri per ottenere diverse temperature di colore;
- Reset delle funzioni del microscopio;
- Sistema di visione panoramico della retina non a contatto, con messa a fuoco elettrica motorizzata comandabile a pedale, dotato di lente per osservazione panoramica e lente per osservazione della macula con possibilità di invertire automaticamente l'immagine anche alla telecamera;
- Sistema di osservazione panoramica della retina non a contatto dotato da lente per osservazione panoramica e della macula con invertitore incorporato.
- Videocamera HD integrata nel corpo ottico del microscopio;
- Registratore incorporato;
- Sistema upgradabile per tomografo a coerenza ottica e cheratoscopio;

- Monitor integrato touch screen HD con PC integrato del tipo all in one, dotato di software per la gestione della lista operatoria e funzione di registrazione con hard disk di almeno 500Gb e porta USB e porta ethernet;

Garanzia Completa sul Microscopio di 24 mesi dalla data del collaudo