

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
Telefono 0922 407459
forniture@aspag.it
mariatirro@aspag.it

VERBALE N. 2

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA EEG PER PROCEDURE DI ACCERTAMENTO MORTE CEREBRALE EX LEGGE 29.12.93 N. 578 "NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE CEREBRALE"
LOTTO N.1 – CIG Z7331F2E1D

L'anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di luglio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig. Giovanni Di Nolfo | - Teste |
| 3) Sig.ra Giovanna Maragliano | - Teste |

PREMESSO

Che con atto deliberativo n. 906 del 20.05.2021 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA EEG PER PROCEDURE DI ACCERTAMENTO MORTE CEREBRALE EX LEGGE 29.12.93 N. 578 "NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE CEREBRALE"** con scadenza presentazione delle offerte 18.06.2021 ore 10:00, come da notifica effettuata sulla piattaforma mepa e avviso pubblicato sul sito dell'ASP di Agrigento;

Che la procedura è stata articolata come "Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)";

Che hanno presentato candidatura/offerta – entro il termine prescritto – le ditte MICROMED, EB NEURO SPA, ULTRAMED SRL E SYNOPO SRL;

che con verbale di gara del 21.6.2021 è stata esaminata la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti e, conseguentemente, le stesse sono state ammesse al prosieguo di gara come segue:

"Ammette, senza riserva alcuna, al prosieguo di gara le ditte MICROMED, EB NEURO SPA E SYNOPO SRL.

Ammette con riserva di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016, la ditta Ultramed srl assegnando il termine di giorni due dalla notifica di apposita comunicazione."


Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara alle ore 11.30.

Preliminarmente, da atto che la ditta Ultramed ha regolarizzato la documentazione amministrativa secondo i tempi e il contenuto della richiesta di quest'ASP.

Pertanto, si scioglie la riserva a carico della ditta Ultramed e la stessa viene ammessa al prosieguo di gara.



1

Da atto che il sanitario, esperto in materia, ha proceduto a rendere le valutazioni delle schede tecniche presentate dalle ditte MICROMED, EB NEURO SPA, ULTRAMED SRL E SYNOPO SRL, producendo apposito verbale (prot. 114960 del 25.06.2021), trasmesso con mail di pari data.

Da pubblica lettura del contenuto del detto verbale tecnico che al presente si allega, riportandone di seguito, sinteticamente, gli esiti:

MICROMED – conforme

EB NEURO SPA – conforme

ULTRAMED SRL – conforme

SYNOPO SRL – non conforme

Dichiara esclusa dal prosieguo di gara la ditta SYNOPO per non aver conseguito giudizio tecnico di conformità per le motivazioni specificate nel verbale tecnico.

Ammette al prosieguo di gara le ditte MICROMED, EB NEURO SPA e ULTRAMED SRL per aver conseguito giudizio di conformità tecnica.

Procede, pertanto, ad escludere sulla piattaforma la ditta – SYNOPO - dichiarata non ammessa perché non conforme tecnicamente e ad aprire i plichi telematici contenenti l'offerta delle ditte - MICROMED, EB NEURO SPA e ULTRAMED SRL - dichiarate ammesse per aver superato positivamente il giudizio tecnico.

Da pubblica lettura del contenuto delle offerte economiche, riportandone di seguito i valori:

MICROMED – prezzo offerto €. 10.400,00

EB NEURO SPA – prezzo offerto €. 10.600,00

ULTRAMED SRL – prezzo offerto €. 11.480,00

Aggiudica provvisoriamente la fornitura in favore del migliore offerente Micromed al prezzo offerto di €. 10.400,00 + IVA.

Da mandato di procedere alle notifiche di rito alla ditta escluse e a notificare a tutti i partecipanti il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" - AGRIGENTO
U.O.C. DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
TERAPIA INTENSIVA COVID
DIRETTORE F.F. DR. G. FIORICA



Prot. N. 0 114960 del 25/06/2021

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr. O. Falco

Al Dir. Amm.vo Dr.ssa M. Tirrò

Oggetto: Valutazione conformità offerte prodotte per GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA EEG PER PROCEDURE DI ACCERTAMENTO MORTE CEREBRALE EX LEGGE 29.12.93 N. 578 "NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE CEREBRALE"

Gent.mo

Come da Vs. richiesta, si è provveduto alla valutazione della Documentazione Tecnica presentata in gara dalle Ditte partecipanti. Dalla analisi si conclude quanto segue:

Ditta EB Neuro: CONFORME

Ditta Ultramed: CONFORME

Ditta Micromed: CONFORME

Ditta Synopo: NON CONFORME

Dalla Documentazione Tecnica prodotta non è possibile evincere se il modello offerto NICOLET ONE VEEG 32CH E 44CH sia stato offerto con testina a 32 canali o con testina a 44 canali. L'offerta risulta pertanto essere indeterminata e dunque non valutabile.

Inoltre non risulta essere presente, in ogni caso, alcun "Pulsante marca eventi", richiesto esplicitamente dal Capitolato di gara.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Agrigento, li 25-06-2021

Dr. G. Fiorica
ASP AGRIGENTO
F.O. SAN GIOVANNI DI DIO
UOC ANESTESIA, RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
DIRETTORE F.F. DR. GERLANDO FIORICA