

Verbale n. 2

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 2919274 – per la fornitura in acquisto di n. 1 litotritore combinato balistico-Ultrasonico completo di accessori, per un importo complessivo di € 45.000,00= + IVA. CODICE DI GARA 8368180 – CODICE CIG 9001051E40.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di Gennaio in Agrigento, alle ore 12,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Maria Tirrò – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Operatore Tecnico - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la continuazione dei lavori per l'affidamento della fornitura in lotto unico e indivisibile, di n. 1 litotritore combinato balistico-Ultrasonico completo di accessori, per un importo complessivo di € 45.000,00= + IVA, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1977 del 23/11/2021 è stata indetta Procedura di gara tramite RDO/MEPA, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, una procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA, per l'affidamento della fornitura in oggetto, per un importo complessivo presunto di € 45.000,00=+IVA 22%, mediante il criterio di cui all'art. 95 c. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e cioè a favore del prezzo più basso;
- con la suindicata Delibera sono stati approvati i documenti "Condizioni particolari di contratto" in uno alla scheda tecnica, "DGUE" e "Schema di Offerta Economica";
- la presente gara si articola in unico lotto indivisibile con Codice di Gara 8368180 – CODICE CIG 9001051E40;
- in data 29/11/2021 è stata pubblicata nella piattaforma la RDO ME.PA. n. 2919274 per la fornitura de qua;
- il termine di scadenza è stato fissato per le ore 10:00 del 14/12/2021, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- sono pervenute entro la predetta scadenza tramite piattaforma www.acquistinretepa.it le offerte degli operatori economici di seguito riportati:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	EMANUELE FIORE MANCINI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/12/2021 09:22:20
2	OLYMPUS ITALIA S.R.L	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	13/12/2021 15:09:36

Con verbale del 16 Dicembre u.s. il seggio di gara ha svolto i seguenti lavori:



- ha esaminato la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti;
- ha ammesso alla fase successiva l'operatore economico OLYMPUS ITALIA S.R.L., ivi onerando l'operatore economico EMANUELE FIORE MANCINI, in quanto per quest'ultimo è stato attivato soccorso istruttorio, atteso che il medesimo operatore economico non ha presentato la dichiarazione di cui al punto 1 del Documento "condizioni particolari di contratto", come prescritto al punto 1 del medesimo documento;
- ha proceduto, attesa l'urgenza di proseguire l'iter di gara, - in quanto l'affidamento della fornitura di che trattasi è necessaria per assicurare senza soluzione di continuità le prestazioni sanitarie erogate dalla U.O.C. di Urologia del P.O. di Agrigento -, all'apertura anche della busta tecnica dell'operatore economico cui è stato attivato il soccorso istruttorio, trasmettendo in pari data con nota prot. n. 217699 le offerte tecniche per il relativo esame tecnico rispetto alle prescrizioni tecniche di minima di gara, sia al Direttore dell'U.O.C. di Urologia e sia all'Ingegnere Clinico di questa ASP.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Sig. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso il sistema ME.PA.

Il seggio di gara prende atto che:

- l'operatore economico EMANUELE FIORE MANCINI ha presentato, - giusta comunicazione a mezzo piattaforma www.acquistinretepa.it sezione ME.PA. delle ore 09:44 del 17/12/2021 -, la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio attivato dalla U.O.C. Servizio Provveditorato con nota prot. n. 217606 del 16/12/2021;

Per quanto sopra si perviene alla seguente determinazione:


- **ammissione** al prosieguo di gara dell'operatore economico **EMANUELE FIORE MANCINI**, atteso che lo stesso ha trasmesso la documentazione richiesta tramite il soccorso istruttorio di cui sopra;


Il seggio di gara prende atto che il Direttore dell'U.O.C. di Urologia del P.O. di Agrigento, con nota del 5 gennaio 2022 pervenuta a mezzo mail del 7 gennaio 2022, ha dichiarato non conforme entrambe le offerte degli operatori economici partecipanti, per le motivazioni ivi indicate nella medesima nota che si allega al presente verbale.

Tutto ciò premesso il seggio di gara dichiara deserta la gara per mancanza di offerte valide, rimettendo gli atti all'Amministrazione di questa ASP.


Il presente verbale, che consta di tre pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 12,40 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Maria Tirrò  Presidente

- Sig. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

Sig.ra Cristina Bellavia 

Sig.ra Daniela Parla 

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana



**Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"
C.da Consolida - Agrigento -**



Unità Operativa di UROLOGIA

Direttore: Prof. M. Ruoppolo

Alla cortese attenzione

dott. ORESTE FALCO Direttore U.O.C. Provveditorato

dott. ALFONSO DE LEO U.O.C. Provveditorato

ASP AGRIGENTO

**Oggetto: VALUTAZIONE DI CONFORMITA' OFFERTE PROCEDURA DI GARA PER
ACQUISIZIONE APPARECCHIATURA DI LITOTRISSIA BALISTICA,
ULTRASONICA E COMBINATA PER U.O. UROLOGIA DI AGRIGENTO**

Avendo esaminato le schede tecniche dei prodotti offerti dalle ditte OLYMPES ed EFM si determina quanto segue:

- Offerta Olympus: il sistema presentato manca dell' unità balistica pura, inoltre manca della possibilità di variare le potenze dal 10% al 100% per quanto concerne l'energia ultrasonica. Non vengono offerti tutti gli accessori richiesti: pompa per il vuoto, camicie introduttive (lithovac), sonde x esclusiva litotriassia balistica, sacche di raccolta, stone chatcher riutilizzabile. L'offerta risulta pertanto non conforme alla richiesta.
- Offerta E.F.M.: il prodotto presentato manca della pompa per il vuoto (Lithopump con relativi accessori), non offre le camicie introduttive (lithovac), non offre le sonde ultrasuoni da 2mm. X 340mm, non offre le sonde pneumatiche da 1,6mm x 453mm , ma con lunghezza da 640mm. Inoltre il sistema offerto non è compatibile e certificato con gli accessori Lithoclast già di Ns proprietà (manipolo balistico + svariate sonde). L'offerta risulta pertanto non conforme alla richiesta.

Cordiali saluti

Agrigento 05.01.2022

**Direttore U.O. Urologia
Dott. Michele Ruoppolo
tel 335 6551789, 337 801478
michele.ruoppolo@tiscalinet.it**

CONFORMITA' OFFERTE LITOTRITTORE ULTRASONICO-BALISTICO

micheleruoppolo@tiscali.it <micheleruoppolo@tiscali.it>

ven 07/01/2022 17:43

A: Oreste Falco <oreste.falco@aspag.it>; Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

 1 allegati (2 MB)

DICHIARAZIONE CONFORMITA' LITOTRITTORE BALISTICO-ULTRASONICO FIRMATA.pdf;

Con Tiscali Mobile Smart 70 hai 70 GB in 4G, minuti illimitati e 100 SMS a soli 7,99€ al mese <http://tisca.li/Smart70>

