

Verbale n. 3

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 2915722 – per la fornitura in somministrazione annuale, in 34 lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 149.750,00= + IVA. Codice Gara 8362542.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di Gennaio in Agrigento, alle ore 13,10 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Maria Tirrò – Presidente – Dirigente U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento
- Sig. Giovanni Di Nolfo – Testimone – Coadiutore Amministrativo Esperto - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara per la continuazione dei lavori sospesi nella seduta di gara del 18 Gennaio 2022, inerenti l'affidamento della fornitura in trentaquattro lotti autonomi e indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di € 149.750,00= + IVA, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE



con il verbale di gara n. 1 del 13 Dicembre 2021 e n. 2 del 18 Gennaio 2022 si è proceduto a compiere gli atti ivi specificati i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI ESPONE QUANTO SEGUE

Il Presidente di gara, preliminarmente, porta a conoscenza che:

- l'operatore economico BIODIAGRAM S.r.l., con comunicazione a mezzo ME.PA. del 19 gennaio 2022, ha chiesto la riammissione alle offerte di cui ai lotti nn. 6, 10, 15 e 33, per la seguente motivazione: *"...in riferimento alla comunicazione di esclusione dai lotti 6,10,15,33 si rappresentano le seguenti osservazioni al fine di una riammissione a tali lotti.- I prodotti offerti sono compatibili con le apparecchiature indicate nel capitolato tecnico e sono da noi forniti già da molti anni in moltissime strutture pubbliche, e la Biodiagram se ne assume la responsabilità dichiarando la propria disponibilità a sostituire i prodotti qualora non funzionanti. Le motivazioni indicate sulle diverse misure: def. Philips MRx 76mmx25mt invece di 75mmx25mt e*



CTG Sonicaid 143x150mmx300ff(tra l'altro misure indicate della casa costruttrice) invece di 142x152mmx300ff, evidenziano la differenza di 1 mm per ambedue i prodotti. cioè 1% sul rotolo e 0,5% sul pacchetto. Queste variazioni rientrano nelle tolleranze delle macchine da taglio e stampa di tali prodotti e non danno alcun problema alle apparecchiature. Infine Biodiagram è azienda costruttrice di tali prodotti e non ha nessuna difficoltà a realizzare moltissimi formati di Vs. necessità. Per il lotto 33, nei chiarimenti che avete inviato, è indicato la carta per GE MAC V6, e la risma di carta offerta da 214x280mmx300ff è compatibile con tale apparecchiatura. Sul verbale invece noto delle misure della risma richiesta che purtroppo non conosco. Fiduciosi in una Vs. comprensione ed in attesa di un gradito riscontro...".

- l'organo tecnico di supporto al RUP, in data 31 Gennaio 2022 si è riunita in seduta privata per il riesame avanzato dall'operatore economico di cui sopra, inviando il verbale a mezzo email in pari data;

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara

Il seggio di gara preso atto del verbale dell'organo tecnico di supporto al RUP, del 31 gennaio 2022, procede a:

- Riammettere l'offerta tecnica dell'operatore economico BIODIAGRAM S.r.L. limitatamente al Lotto n. 6 e 15;
- Riammettere l'offerta tecnica dell'operatore economico NUOVA ITALDIAGRAM S.R.L. per il Lotto n. 15 per le stesse motivazioni di riammissione dell'offerta della Biodiagram s.r.l.;
- Confermare l'esclusione dell'offerta tecnica di cui al lotto n. 10 e Lotto n. 33 della BIODIAGRAM S.r.l..

Sospende la seduta di gara, dando mandato al Sig. Alfonso De Leo per la relativa pubblicazione del presente verbale sul ME.PA. e nella sezione amministrazione trasparente del sito aziendale www.acquistinretepa.it.


Il presente verbale, che consta di cinque pagine (compreso l'allegato verbale dell'organo tecnico di supporto al RUP), viene letto e sottoscritto alle ore 13,50 per come segue:


IL SEGGIO DI GARA


- Dr.ssa Maria Tirrò  Presidente

- Sig. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig. Giovanni Di Nolfo 

- Sig.ra Daniela Parla 



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO 2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio alle h 11:00 nei locali del Provveditorato sito in Viale della Vittoria 321, si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 217973 del 17/12/2021 per la riesamina della conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista Farmacia P.O. Licata
Componente: Dr Pompeo Savarino Dirigente Farmacista Responsabile Farmacia Territoriale
Componente : Dr. Ing. Eduardo Tarallo Ingegnere Biomedico presso Uff. Tecnico ASP AG

Premesso che con nota protocollo 14460 del 20 gennaio 2022 l'ufficio UOC Provveditorato ci comunica che la ditta Biodiagramm chiede la riammissione per i lotti 6, 10, 15 e 33 da cui è stata esclusa.

Premesso altresì che la commissione in data 13 gennaio 2022 si è così espressa:

LOTTE	BIODIAGRAM	CERACARTA	NUOVAITALDIAGRAM	SANIFARMA
1	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
2	CONFORME	NON CONFORME: dimensioni: Offerti: 210x15 Richiesti: 210x20	CONFORME	-
3	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
4	CONFORME	CONFORME	-	-
5	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
6	NON CONFORME: dimensioni offerte: 76x25 richieste: 75x25	CONFORME	CONFORME	-
7	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
8	-	CONFORME	-	-
9	-	NON CONFORME: Offerta carta non originale	-	-
10	NON CONFORME: dimensione risma. Offerta: 300 fogli Richiesti: 200	CONFORME	CONFORME	-

	fogli			
11	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
12	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
13	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME: dimensioni: Offerti 25 mt Richiesti 20 mt	-
14	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
15	NON CONFORME: dimensione: Offerta 143x150 Richiesti: 142x150	CONFORME	NON CONFORME: dimensioni: Offerta: 143x150 Richiesta: 142x150	-
16	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
17	CONFORME	NON CONFORME: dimensioni Offerta 57x25 Richiesti: 57x30	-	-
18	-	CONFORME	NON CONFORME: Dimensione Risma: Offerti: 250 fogli Richiesti: 200 fogli	-
19	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
20	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
21	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
22	CONFORME	NON CONFORME: Dimensioni: Offerta: 152x20 Richiesta: 152x30	CONFORME	-
23	-	NON CONFORME: Scheda tecnica carente	-	-
24	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME: non presente Diagramma	-
25	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
26	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
27	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
28	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
29	-	NON CONFORME: Dimensioni: Offerta Rotolo 50x20 Richiesta Risma 210x295	-	-
30	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
31	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-
32	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME: Dimensione Risma Offerti: 150 fogli	-


			Richiesti: 180	
33	NON CONFORME: Dimensioni: Offerta 214- 216x280 (mm) Richiesta: 22,86x26,94 (cm)	NON CONFORME: Dimensioni: Dimensioni: Offerta 214x280 (mm) Richiesta: 22,86x26,94 (cm)	-	-
34	CONFORME	CONFORME	CONFORME	-

Analizzata la richiesta della ditta Biodiagram, la commissione decide di riammettere suddetta ditta per i lotti 6 e 15 e per le stesse motivazioni decide di riammettere la ditta Nuova Italdiagram al lotto 15. Resta inteso che, qualora le strumentazioni in possesso di questa ASP, non dovessero tollerare la differenza, seppur millimetrica, le ditte, si assumeranno la piena responsabilità di eventuale sostituzione della carta o della copertura di eventuali spese che tale differenza dovesse generare.

Alle h 12:36, terminati i lavori della Commissione si chiude la seduta di gara. Copia dell'odierno verbale viene notificato al Rup della gara per i competenti adempimenti.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri


I COMPONENTI

Dr. Pompeo Savarino

Ing. Eduardo Tarallo

