



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 13005 del 19/01/2022

A tutte le ditte interessate

Oggetto : Indagine esplorativa di mercato per la _fornitura di N. 22 defibrillatori per varie UU.OO. dei PP.OO. dell'ASP di Agrigento

Si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante, e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita a specificare eventuali criticità che impediscono la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 7 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

File allegato:
capitolato tecnico



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

FORNITURA DI N. 22 DEFIBRILLATORI PER VARIE UU.OO. DEI PP.OO. DELL'ASP DI AGRIGENTO

Ogni apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, di ultima generazione e dotata di tutti i cavi e gli accessori necessari per il sicuro e corretto funzionamento.

CARATTERISTICHE MINIME GENERALI DELL'APPARECCHIATURA

- Defibrillatore bifasico manuale/semiautomatico
- Energia massima selezionabile:
 - In modalità manuale sincronizzato, almeno fino a 200 J
 - In modalità semiatomatica, almeno fino a 150 J
- Tempo di carica a 200 J in non più di 10 secondi, sia con funzionamento a rete sia a batteria
- Basso tempo di interpretazione
- Modalità semiautomatica con protocollo impostato, comandi vocali e piastre monouso
- Dotato di display di grandi dimensioni LCD a colori con visibilità anche laterale e controllo luce
 - Visualizzazione di almeno 3 forme d'onda in contemporanea
- Software di gestione in lingua italiana incluso;
- Monitoraggio di:
 - SpO2 con algoritmo validato, completo di sensore riutilizzabile
 - Pressione non invasiva, completo di bracciale
 - Frequenza cardiaca almeno fino a 240 battiti/min;
 - ECG mediante piastre ed elettrodi ad almeno 3 derivazioni;
- Cardioversione sincronizzata, con visualizzazione sul tracciato del punto di sincronismo;
- Dovranno essere completi di pacemaker (stimolatore) con possibilità di impostare la frequenza e la corrente
- Funzionamento sia a rete e sia tramite batterie
- Completo di batterie ricaricabili agli ioni di litio di lunga durata e semplicità di sostituzione
 - Autonomia di funzionamento con possibilità di erogare almeno 20 scariche alla massima potenza oppure 2 ore di monitoraggio continuo;
 - Il caricabatteria dovrà essere integrato con l'apparecchiatura (non saranno considerati idonei defibrillatori che prevedono la carica della batteria al di fuori del defibrillatore stesso);
- Allarmi ottici ed acustici regolabili su tutti i parametri rilevati (frequenza cardiaca, SpO2, etc..), batterie in esaurimento, elettrodi scollegati, etc;

- Indicatori di stato/allarme dello strumento visibili e di facile comprensione;
- Memorizzazione rapporti defibrillazione ed allarmi;
- Possibilità di esportazione dei dati memorizzati;
- Test diagnostici automatici su batteria e condensatore;
- Esecuzione di test funzionali con stampa report (stampante integrata);
- Indicatore acustico e/o luminoso dell'esito negativo dell'autodiagnosi
- Stampante termica integrata a due canali;
- Dotazioni per ogni defibrillatore:
 - N. 1 coppia di piastre pluriuso adulto/pediatriche
 - N. 2 coppie di piastre monouso sia per adulti che pediatriche, pregellate;
 - Cavo per piastre monouso sia per adulti che pediatriche;
 - Sensori SPO2 riutilizzabili per adulti e pediatrici
 - bracciali pressione adulti, obesi e pediatrici
 - cavi ECG a 3 derivazioni
- Conformità alle ultime linee guida ERC e AHA sulla rianimazione cardiopolmonare; dovrà essere previsto l'aggiornamento gratuito del software in caso di pubblicazione di nuove linee guida nei 5 anni successivi al collaudo;
- Certificato di conformità alle Direttive CEE 93/42 e ss.mm.ii

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

- Relazione tecnica
- Depliant illustrativi
- Certificato di corrispondenza alle direttive CE

GARANZIA

L'apparecchiatura s'intende coperta da garanzia full risk per la durata minima di 24 mesi dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda.