



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 66524 del 08/04/2022

A tutte le ditte interessate

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per l'acquisto di n. 1 ecografo di fascia alta per l'ambulatorio di Cardiologia del P.O. di Agrigento

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquistare, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, l'attrezzatura indicata in oggetto, secondo le specifiche tecniche di cui alle schede allegate – o equivalenti - si invita a comunicare, se la stessa, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientra tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta ditta riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Premesso quanto sopra, di seguito si specifica quanto gli interessati devono riscontrare in uno al preventivo di spesa:

- prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione, a fianco, della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- indicazione del codice CND e repertorio dei dispositivi medici;
- indicazione del prezzo di mercato dell'attrezzatura (ecografo volumetrico top di gamma) proposta comprensivo dell'installazione e dell'assistenza e manutenzione full risk per il periodo di garanzia almeno biennale;
- dettaglio del prezzo offerto con specificazione delle varie voci che la compongono comprensiva di installazione e dell'assistenza e manutenzione full risk per il periodo di garanzia almeno biennale;
- canone annuale di manutenzione full risk post garanzia biennale
- indicazione dell'eventuale costo del materiale di consumo dedicato, se esistente

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max il 27.4.2022 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

Allegati:

capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848

ECOCARDIOGrafo DI FASCIA ALTA
CARATTERISTICHE MINIME

1	Elevato range dinamico complessivo da 140dB;
2	Elevato frame rate da 800 fps;
3	Dotato di Spatial Compound;
4	Dotato di Speckle noise reduction;
5	Utilizzo di sonde elettroniche di tipo Convex, Lineare, Phased Array e TEE, tutte con tecnologia larga banda in multifrequenza su più valori indipendenti per ogni metodica;
6	Modalità operative richieste: B-Mde, Doppia e Quadrupla Immagine, Seconda Armonica Tissutale, M-Mode, Anatomical M-Mode, Doppler PW, HiPrF, Doppler CW, Doppler Tissutale, ColorDoppler, PowerDoppler, Speckle tracking e Ricostruzione Panoramica;
7	Dotato di Seconda armonica Tissutale attiva su tutte le sonde con frequenze selezionabili dall'operatore su 4 differenti valori;
8	Dotato di Steering elettronico su sonde lineari sia in B-Mode che in Doppler e Color;
9	Completo di modulo ECG sincro;
10	Completo di Tecnologia Speckle Tracking per il tracciamento automatico dei tessuti cardiaci per lo studio dello Strain e Strain rate e della rotazione ventricolare;
11	Completo di Ricostruzione Panoramica delle immagini con sonda lineare;
12	Consolle ergonomica di ridotte dimensioni con pannello di controllo regolabile in altezza ed orientabile destra/sinistra +/- 90°, dotato di touch screen inclinabile ad alta risoluzione 1920x1080 pixels da 12", dotato di scald gel ed alloggiamenti per le sonde;
13	Monitor LCD ad alta risoluzione 1920x1080 pixels da 21,5" montato su braccio telescopico;
14	Quattro connettori imaging di sonda imaging tutte con tecnologia PIN_LESS (NO ZIF);
15	Completo di archiviazione digitale delle immagini e delle clip dinamiche su memoria SSD integrata da 500GB (no Hard Disk), in formato PC e DICOM con la possibilità di esportazione su USB Drive, Masterizzatore CD/DVD ed in rete tramite LAN e/o Wire-less;
16	Completo di protocollo standard DICOM 3.0;
17	Completo di elevati standard di sicurezza della privacy dei pazienti attraverso criptazione dei dati;
CONFIGURAZIONE RICHIESTA:	
18	N.1 Sonda Phased Array Single Crystal cardiologica da 1-5 Mhz;
19	N.1 Sonda Phased Array cardiologia pediatrica da 3-8 MHz;
20	N.1 Sonda Lineare 5-10 Mhz
21	N.1 Sonda Trans-Esofagea Adulti;
22	N.1 Stampante termica BN.