



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

PROT: n. 13296 del 24/01/2023

*A tutte le ditte interessate*

**Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO DI URODINAMICA PER L'UOC URODINAMICA PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. AGRIGENTO**

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la fornitura di N. 1 **SISTEMA INTEGRATO DI URODINAMICA PER L'UOC URODINAMICA PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. AGRIGENTO** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Il riscontro deve obbligatoriamente contenere "un elenco completo della tipologia di materiale di consumo necessario a eseguire gli esami (cateteri vescicali, uretrali e addominali, elettrodi EMG, tubi pompa, valvole di non ritorno, linee di estensione, cavi, nulla escluso) e il relativi prezzi unitari di mercato per ogni tipologia di materiale di consumo).

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicanda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 20.02.2023 all'indirizzo mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it).

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato*  
*Dott. Oreste Falco*

File allegato:  
capitolato tecnico

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO - C.F. e P.I. 02570930848





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO DI URODINAMICA PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI AGRIGENTO**

Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica, di ultima generazione e dotate di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento.

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE**

Si richiede un sistema diagnostico composto da apparecchiatura di urodinamica, lettino/poltrona per urodinamica e modulo di riabilitazione del pavimento pelvico.

- Apparecchiatura di urodinamica computerizzata con connessione senza fili, preferibilmente wireless, tra l'unità paziente e l'unità di elaborazione;
- Dotata di unità informatica comprensiva di pc, monitor LCD da almeno 20", tastiera, mouse e stampante laser a colori;
- L'unità informatica deve essere posizionata su carrello con ruote dotato di trasformatore di isolamento;
- Unità paziente preferibilmente wireless con almeno 3 canali di pressione: vescicale, addominale e uretrale;
- I canali di pressione devono essere destinati per un utilizzo preferibilmente sia di cateteri ad aria o ad acqua;
- Con n. 1 trasduttore di flusso senza fili, con batterie ricaricabili, montato su stativo regolabile in altezza;
- Dotata di pompa peristaltica con velocità di infusione regolabile almeno fino a 100 ml/min;
- Estrattore profilometrico, con parte a contatto con il catetere di facile pulizia;
- Dotata di modulo EMG senza fili;
- Software in lingua italiana con completa programmabilità dei protocolli di lavoro e dello schermo di lavoro e personalizzazione della visualizzazione delle curve;
- Elaborazione di tutti i test urodinamici in accordo con gli standard ICS, tra cui:
  - uroflussometria, comprensiva di nomogrammi di Siroky e Liverpool;
  - cistomanometria e studio pressione/flusso, comprensiva di nomogrammi di Schafer, ICS, Abrahms-Griffith e Groutz-Blaivas;
  - profilo pressorio uretrale (UPP);
  - elettromiografia;
  - VLPP;
- Refertazione disponibile anche in formato Word con possibilità di personalizzazione dei referti;
- Modulo di riabilitazione perineale comprensivo di software per riabilitazione e set di protocolli impostabili ed eventualmente personalizzabili, con possibilità di eseguire elettrostimolazione, biofeedback elettromiografico, biofeedback pressorio;
- Dotato di ogni accessorio atto a garantirne un corretto e completo funzionamento;
- Poltrona ginecologica.

## QUANTITÀ MATERIALE DI CONSUMO

| <u>P.O.</u>    | <u>FABBISOGNO ANNUO</u> |
|----------------|-------------------------|
| P.O. Agrigento | 100 esami               |

Ai fini della determinazione delle quantità di materiale oggetto di somministrazione si precisa che il numero di esami è in ogni caso puramente indicativo, per cui gli stessi potranno variare nel corso della vigenza del contratto, in considerazione dell'effettivo numero di esami eseguiti.

Eventualmente si prevede la possibilità di estendere la quantità con apposita delibera/determina e l'operatore economico sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, un eventuale aumento del numero di esami, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, alla scadenza del contratto, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato.

Ogni operatore economico è tenuto a fornire, al momento della presentazione dell'offerta in sede di gara, un elenco completo della tipologia di materiale di consumo necessario a eseguire gli esami (cateteri vescicali, uretrali e addominali, elettrodi EMG, tubi pompa, valvole di non ritorno, linee di estensione, cavi, nulla escluso).

## DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

- Manuale d'uso completo in lingua italiana
- Relazione tecnica completa
- Depliant illustrativi
- Certificato di corrispondenza alle direttive CE
- Elenco dettagliato di tutto il materiale di consumo monouso/monopaziente necessario all'utilizzo del sistema

## INSTALLAZIONE E FORMAZIONE

L'installazione sarà a carico dell'aggiudicatario. In questa fase, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente:

- modalità di utilizzo del sistema
- modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema
- attività di manutenzione a carico dell'operatore

Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

## GARANZIA

L'apparecchiatura s'intende coperta da garanzia full risk per la durata minima di 24 mesi dalla data del collaudo, senza oneri a carico dell'Azienda.

Il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

- Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.

- Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
- Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
- Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- Apparecchiatura sostitutiva nel caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
- Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale

## **PROVA VISIONE**

Nella fase di valutazione delle offerte, qualora sia ritenuto utile ed opportuno dalla Stazione Appaltante, i concorrenti dovranno essere disponibili, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ad illustrare e/o a far visionare e/o provare, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASP le apparecchiature presentate in offerta. I termini e le modalità di effettuazione delle prove saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e saranno comunicate ai concorrenti dal Responsabile del Procedimento. Le apparecchiature dovranno essere identiche a quelle presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle medesime alle caratteristiche, alle finalità alla qualità/funzionalità richieste.

