



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Telefono : 0922 407279
FAX 0922 407119
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it
Prot. n. 36103 del 02/03/2023

SITO WEB AZIENDALE

AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

(ex art 29 D lgs 50/16 e smi)

Affidamento della fornitura, con la formula del "Conto Deposito", di *"Dispositivi medici per litotrissia del distretto coronarico e periferico Shockwave"* per le UU.OO. di Cardiologia ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca.

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Viale della Vittoria , 321 – 92100- Agrigento.

Oggetto del contratto: Affidamento della fornitura biennale, con la formula del "Conto Deposito", di *"dispositivi medici per litotrissia del distretto coronarico e periferico Shockwave"* per le UU.OO. di Cardiologia ed Emodinamica dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, le cui specifiche tecniche vengono allegate alla presente.

Modalità di acquisto: Affidamento diretto ex art 63, comma 2 lett. b.3 D.Lgs. 50/2016 e smi, che disciplina le acquisizioni di beni e servizi senza pubblicazione di bando di gara per ragione di natura tecnica in quanto in possesso di caratteristiche di unicità che dovrebbero escludere la concorrenza.

Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato: Produttore: Shockwave Medical Inc., Santa Clara, CA 95054 (USA) – Distributore x la Sicilia: L Medica srl, con sede legale in Viale Strasburgo 214, 90146 Palermo, P. Iva 06003880827.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it, al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra descritta. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it, entro il termine perentorio del 09.03.2023 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare *"l'equivalenza funzionale"*, nonché l'eventuale prezzo di mercato.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore del prodotto di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Provveditorato.

Il Collab. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amm.
Dr.ssa Maria Tirrò

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

CAPITOLATO CATETERE A PALLONCINO SC PER LITOTRISSIA - SHOCKWAVE

Catetere a palloncino SC, dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile (onde d'urto), utilizzato per rivascolarizzare lesioni calcifiche non altrimenti trattabili con altri sistemi.

Il sistema è costituito da un catetere a palloncino, da un cavo di connessione completo di guaina sterile dedicata monopaziente e da un generatore.

Il cavo di connessione è un attuatore remoto che collega il generatore (forniti gratuitamente dall'azienda, con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1Hz) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.

Disponibilità di diametri per il distretto coronarico da 2.5 a 4.0 mm ,lunghezza palloncino 12mm , shaft 138cm ,compatibile con filo guida 0.014" e introduttore 6F.

Disponibilità di diametri per il distretto periferico da 3,5 a 7,0 mm, lunghezza palloncino 60mm, shaft 110 cm, compatibile con filo guida 0.014" e introduttore 6F e 7F.

Disponibilità di diametri per BTK da 2,5mm a 4,0 mm , lunghezza palloncino 40mm ,shaft 135cm compatibile con filo guida 0.014" e introduttore 5 F.