



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2212 DEL 13 DIC. 2023

OGGETTO: Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva (Cig: A02F4B0106, CUP: C44E22000570005). Autorizzazione all'acquisto.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 2512 DEL 11-12-2023

Il Collab. Amm.vo e Rup
(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Dirig. Amm.vo
(Dr.ssa Maria Tirrò)

Il Direttore UOC Serv. Provveditorato
(Dr.ssa Cinzia Schinelli)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. REC del 11/12/2023 ☐ C.E. , ☒ C.P. A101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ADDETTO RESPONSABILE
Dr. Giovanni Faseli

IL DIRETTORE U.O.C.
IL DIRETTORE UOC SEF e P.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
D.ssa Beatrice Salvato

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 12 DIC 2023

L'anno duemilaventitre il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e con D.A. 28/2023 del 29/06/2023 e ulteriormente modificato con D.A. 32/2023/GAB del 27/10/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

II Direttore UOC Servizio Provveditorato, Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

PREMESSO CHE:

- da ultimo, con nota prot. 33341 del 27.02.2023 (All. A), il Direttore ff UOC NPIA sollecitava l'acquisto di n. 2 Video EEG e relativi accessori, in esecuzione della Deliberazione del C. S. n. 340 del 01.03.2022 concernente la "Chiusura del Progetto Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità-Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva", trasmettendone specifiche tecniche;
- con prot. 76450 del 17.05.2023 (All. B), questo Servizio avviava apposita indagine di mercato, pubblicata sulla pagina web del sito istituzionale di questa Asp, sez. Amministrazione Trasparente, al fine di esperire apposita procedura di scelta del contraente, in base alla vigente normativa, per la fornitura delle suddette attrezzature;
- con mail del 04.08.2023 (All. C), a seguito delle osservazioni prodotte da un operatore interessato e per le ulteriori motivazioni in detta mail riportate, questo Servizio trasmetteva le offerte tecniche pervenute al Direttore ff UOC NPIA, nonché all'Ing. F. Dattilo della Società HC spa, nell'ambito del contratto di assistenza vigente con quest'Asp, con invito a valutare le osservazioni prodotte e ad elaborare nuovo capitolato al fine di garantire la massima partecipazione;
- con nota prot. W23090009_101 del 04.09 u.s. (All. D), trasmessa via mail, detta Società HC Spa riscontrava quanto sopra e tuttavia non esaudiva la predetta richiesta di nuovo capitolato tecnico, ribadita da questo Servizio con nota prot. 133919 del 08.09 u.s. (All. E);
- con mail del 14.09 u.s. (All. F), detta Società HC spa trasmetteva il capitolato tecnico richiesto, prontamente inoltrato con mail di pari data al Direttore ff UOC NPIA, per la necessaria condivisione e ritrasmesso a questo Servizio in pari data controfirmato per accettazione dal citato Direttore (All. G), consentendo così l'avvio, con nota prot. 138010 del 18.09 u.s. (All. H), di procedura di *"Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, a mezzo Trattativa Diretta su MePa, preceduta da valutazione comparativa di preventivi, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento"*, per l'importo del valore residuo per la Linea Progettuale 5.9 qui in oggetto, pari complessivamente ad € 34.669,20 iva compresa e finalizzata all'individuare l'Operatore Economico miglior offerente, in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, cui affidare, ai sensi della citata normativa, la fornitura in oggetto;

ATTESO CHE

- entro il termine di scadenza, pervenivano offerte dalla Società EB Neuro spa e dalla Società Micromed spa a Socio Unico, la cui proposta, pari ad € 26.900,00 oltre iva di legge, risultava la più bassa tra quelle pervenute;
- la citata società Micromed spa ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di carattere generale richiesti, con mail del 16.10 u.s. questo Servizio ha trasmesso l'offerta tecnica della Società miglior offerente al Direttore ff UOC NPIA nonché all'ing. clinico della Società HC spa, con invito *"...ad esprimere di concerto giudizio di conformità alle specifiche tecniche proposte, propedeutico all'avvio di Trattativa Diretta su MePa per l'acquisto dei predetti dispositivi"*;
- con mail del 19.10 u.s. (All. I), l'ing. Dattilo trasmetteva il richiesto parere di conformità, mentre con nota prot. 158111 del 24.10 u.s. (All. L) perveniva il parere del Direttore ff UOC NPIA, entrambi resi positivamente;

- preso atto di quanto sopra, in data 22.11 u.s. questo Servizio avviava, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, Trattativa Diretta su MePa n. 3861887 (Cig A02F4B0106, Cup C44E22000570005) con la predetta Società Micromed spa per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva, per un importo a base d'asta di € 26.900,00 oltre iva di legge, determinato sulla base dell'offerta ricevuta, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- in data 27.11 u.s., esaminata e ritenuta conforme la documentazione amministrativa richiesta alla Società invitata e da questa prodotta, si è provveduto all'upload della documentazione tecnica, prontamente inviata in data 28.11 u.s. al Dirigente medico incaricato, perché potesse esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica, da questi reso positivamente con nota prot. 177993/2023 (All. M);
- si è quindi proceduto all'apertura dell'offerta economica, rilevando il prezzo offerto dall'Operatore Economico concorrente, per come risulta dall'allegato "Documento di offerta economica" (All. N) generato dalla piattaforma MePa/CONSIP, e ammontante ad € 26.900,00 oltre iva di legge;

RILEVATO CHE

- in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistiinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti rientrano tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), i beni richiesti non rientrano tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018), emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

VISTO

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il c. 1, lett. b) che consente l'affidamento diretto per importi inferiori € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che tale ultima condizione risulta attestata dalla dichiarazione richiesta al suddetto Operatore e da questi prodotta (All. O);

DATO ATTO CHE

- è stata completata la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023, attuata tramite FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass.
- risulta possibile approvare la Trattativa Diretta n. 3861887 (Cig A02F4B0106, Cup C44E22000570005) per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva, alla società Micromed spa a socio unico, con sede legale in via Giotto 2,

Mogliano veneto (TV), CAP 31021, cod. fisc. e partita IVA 03906850262 per l'importo complessivo di € 26.900,00 oltre iva di legge;

- l'onere derivante dal presente atto, pari presuntivamente ad € 32.818,00 compresa IVA come da seguente quadro economico:

Fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva	€ 26.900,00
IVA 22%	€ 5.918,00
TOTALE	€ 32.818,00

va imputato sul Conto Patrimoniale n. A101020501 del corrente bilancio d'esercizio;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **DARE ATTO** che, con Deliberazione del C. S. n. 340 del 01.03.2022 si è verificato che le somme residue per il completamento del "Progetto Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità- Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva" ammontano ad € 34.669,20, da utilizzare per l'acquisto della strumentazione in detta Deliberazione elencata;
- **DARE ATTO** che, per le finalità di cui sopra, è stata esperita, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, la Trattativa Diretta su MEPA n. 3861887 (Cig A02F4B0106, Cup C44E22000570005) per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento, per l'importo di € 26.900,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara.
- **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. P), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip;
- **APPROVARE** le operazioni di gara telematica, di cui alla Trattativa Diretta su MEPA n. 3861887 (Cig A02F4B0106, Cup C44E22000570005), per la fornitura qui in oggetto, per come in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- **AGGIUDICARE** la fornitura qui in argomento alla Società Micromed spa a socio unico, con sede legale in via Giotto 2, Mogliano veneto (TV), CAP 31021, cod. fisc. e partita IVA 03906850262 per l'importo complessivo di € 26.900,00 oltre iva di legge alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto", e nell'offerta prodotta dal suddetto Operatore Economico, quale risulta dall'allegato "Documento di offerta economica" (All. E) generato dalla piattaforma MePa/CONSIP;
- **NOMINARE**, ai sensi dell' art. 15, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il dipendente di ruolo della proponente UOC Servizio Provveditorato, Dr. Giuseppe Palumbo e nominare altresì, ai sensi art. 114, c. 1 D.Lgs 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. G. Volpe, Direttore ff UOC NPIA dell'Asp di Agrigento
- **DARE ATTO** che è stata completata la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023, attuata tramite FVOE, e pertanto, ai sensi dell'art. 50, c. 6 D. Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura *de quo* con la suddetta Società, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;

- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 32.818,00 compresa IVA come da seguente quadro economico:

Fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva	€ 26.900,00
IVA 22%	€ 5.918,00
TOTALE	€ 32.818,00

va imputato sul Conto Patrimoniale n. A101020501 del corrente bilancio d'esercizio;

- **CHE** l'esecuzione della Presente Deliberazione verrà curata dalla proponente UOC Servizio Provveditorato;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante il lasso di tempo intercorso dalla primigenia richiesta;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere
Data

favorevole
12/12/23

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere
Data

favorevole
12/12/23

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque





Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Salute Mentale
UOC Servizio Coordinamento NPIA
Tel. 0922 407777
Mail Aziendale: dsm.npi@aspag.it
dsm.npi@pec.aspag.it

all. A

Agrigento, lì 27/02/2023

Prot. generale ASP Agrigento n. 33341

Al Direttore del Provveditorato
Dott. Oreste Falco
All'Ufficio Coordinamento PAFV
E p.c. Al Servizio Economico Finanziario
ASP Agrigento

Oggetto: Sollecito riscontro a richiesta inoltrata con nota dell' 30.03.2022 prot. n° 59327 in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022.

Facendo seguito alla richiesta di pari oggetto fatta in data 30.03.2022 prot. n° 59327 (che qui si allega) avente come oggetto l'acquisto di n. 2 Video EEG e relativi accessori in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022 munita di clausola di immediata esecuzione concernente la "chiusura del Progetto Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità-Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva"

La richiesta riveste carattere di estrema urgenza vista l'obsolescenza delle attrezzature in uso presso i servizi di NPIA di Agrigento e Licata

Il Direttore ff UOC NPIA
Giacchino Volpe

Giacchino Volpe



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Salute Mentale
UOC Servizio Coordinamento NPIA
Tel. 0922 407777
Mail Aziendale: dsm.npi@aspag.it PEC:
dsm.npi@pec.aspag.it

Agrigento, lì 30-03-2022

Prot. generale ASP Agrigento n. 59327

**Al Servizio Economico Finanziario
Provveditorato ASP Agrigento
Dott. Oreste Falco**

Oggetto: Acquisto di n. 2 Video EEG e relativi accessori in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022.

Vista la proposta di Deliberazione n. 123 del 20/01/2022, prot. n. 14817, da parte del Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Dott. Raffaele Barone, concernente la "chiusura del Progetto Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità- Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022, munita di clausola di immediata esecuzione, SI CHIEDE l'acquisto di quanto di seguito specificato:

N. 2 Video EEG e relativi kit accessori.

N. 2 software di refertazione/lettura degli esami EEG da utilizzare a livello centrale per la lettura degli esami EEG effettuati in sede periferica.

N. 1 PC dedicato completo di stampante e scanner.

Materiale di consumo (Elettrodi, Cavetti e Cuffie).

Si fornisce, di seguito, dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche per il corretto acquisto delle apparecchiature elettromedicali, dei relativi software, delle attrezzature informatiche accessorie e del materiale di consumo da acquistare.

N. 2 SISTEMI EEG – VIDEO EEG

Sistema per l'acquisizione di segnali EEG e Video EEG a struttura carrellata, dotato di:

- Carrello comprensivo di trasformatore di isolamento e chiusura posteriore di sicurezza.
- Gruppo di isolamento con controllo di accensione comandato dal PC: questo permette di non mantenere sotto tensione il gruppo di isolamento a PC spento.
- PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"
- Amplificatore di ultima generazione e recente immissione sul mercato.
- Sistema di registrazione con almeno 26 canali monopolari, 8 bipolari (utilizzabili anche come monopolari).
- Possibilità di impostare liberamente tutti i canali in AC o in DC.
- Frequenza di campionamento fino a 32KHz (per ogni canale).
- Campionamento a 24 bit.
- Display LCD a colori integrato in testina per la visualizzazione di segnali e impedenze.
- Bottone marca eventi integrato.
- Possibilità di connettere in serie più amplificatori per aumentare il numero di canali disponibili.
- Stimolatore flash con braccio di supporto.
- Doppio check di impedenza in testina (visualizzazione impedenze su display integrato e tramite illuminazione degli ingressi attivi)
- Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.
- Il sistema deve poter essere connesso tramite la rete ospedaliera ad una Stazione di lettura e refertazione compatibile (vedi caratteristiche in basso).
- Stampante laser b/n.

Accessori in dotazione per ogni sistema:

- N. 50 elettrodi a ponte grandi
- N. 50 cavetti per elettrodi a ponte
- N. 9 Cuffie elastiche in PTS (6 misura pediatrica + 3 per adulti)

Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:

- Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce.
- Possibilità di definire differenti schermate di lavoro.
- Possibilità di definire parametri di acquisizione e preset di lavoro.
- Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato.
- Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line.
- Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.

- Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica.
- Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office.

MODULO VIDEO EEG

- Software di acquisizione per segnali Video EEG.
- Webcam di ultima generazione FULL HD con controlli software da applicativo di registrazione.
- Treppiede allungabile mobile.
- Microfono ambientale ad alta fedeltà.

N. 1 STAZIONE DI LETTURA E REFERTAIONE


Stazione di Lettura e refertazione degli esami EEG e VEEG acquisiti con sistemi sopra descritti, dotata di:


- PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"
- Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.
- La stazione deve poter essere connessa tramite la rete ospedaliera ai Sistemi acquisitori di EEG – VEEG (vedi caratteristiche in alto).
- Stampante laser b/n.

Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:

- Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce.
- Possibilità di definire differenti schermate di lavoro.
- Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato.
- Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line.
- Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.
- Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica.
- Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office.

Il Direttore ff UOC NPIA

Dott. Giocchino Volpe




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 76450 del 18-5-2023

ale B

Sito Web Aziendale

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPJA dell'Asp di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto dell'apparecchiatura in oggetto indicata, le cui specifiche tecniche sono allegate alla presente.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, entro e non oltre il 24.05.2023 a mezzo pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, **citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente**, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prezzo **di mercato** (non di listino) e franco destino, dello strumentario proposto;
- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato per gli stessi quantitativi alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- ✓ Indicazione del codice CPV. **Si rappresenta l'importanza di tale indicazione**, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement "Acquisti in rete";
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire, agli Operatori Economici interessati, di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.

Si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilevi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima

concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore UOC Provveditorato
Dr. Oreste Falco



Rich. Acq. prot. 33341/2023 - Acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

ven 04/08/2023 09:11

A: Fabio Dattilo <fabio.dattilo@hcspa.it>; Francesco Sacco <Francesco.Sacco@hcspa.it>;
sic.aspagrigento@hcspa.it <sic.aspagrigento@hcspa.it>

Cc: DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>

all e

📎 3 allegati (6 MB)

Prot.33341_2023.Soll.Rich.Acq.EEG.pdf; Prot.119842_2023.Parere Dr.Volpe.pdf; OFF.IND.MERC.rar;

Con riferimento alla richiesta in oggetto, qui allegata unitamente al capitolato tecnico proposto, si inoltrano offerte tecniche pervenute a seguito di INDAGINE DI MERCATO, con invito a valutare le osservazioni prodotte da un operatore interessato ed a elaborare nuovo capitolato al fine di garantire la massima partecipazione. Il medesimo operatore, tra l'altro, produce offerta spropositata rispetto ad altro offerente, per la quale si richiede parere, qualora dalle specifiche tecniche proposte si possano ravvisare differenze qualitative tali da giustificare detta differenza di prezzo.

Per inciso, il Direttore ff UOC NPPIA, che legge per conoscenza e a cui le schede tecniche erano state trasmesse per analoga valutazione, ha trasmesso, con nota prot. 119842/2023 anch'essa qui allegata, parere positivo di conformità alle specifiche tecniche di capitolato, e tuttavia, a parere dello scrivente e per come concordato per le vie brevi con il citato Direttore, le osservazioni prodotte meritano un approfondimento tecnico che qui si demanda alle SS.LL. in indirizzo. Si porge pertanto cortese invito a dare riscontro, al fine di avviare consapevole procedura di acquisto.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

ALL D

Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
V.le Della Vittoria, 321
92100 Agrigento

Alla c.a. dott. G. Palumbo
Dirigente amministrativo

e pc Al dott. O. Falco
Direttore UOC Provveditorato

Bagno a Ripoli, 04/09/2023
W2309009_010

Oggetto: **Istruttoria 010:** Rich. Acq. prot. 33341/2023-Acquisto di 2 elettroencefalografi con accessori per il servizio NPIA del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Agrigento.
Supporto tecnico.

In relazione alla Vs. richiesta, brevi mano, con la quale è richiesto un approfondimento in merito alle osservazioni prodotte da un operatore interessato ed a elaborare nuovo capitolato al fine di garantire la massima partecipazione, si riporta di seguito l'esito della nostra valutazione in merito.

Le apparecchiature elettromedicali oggetto dell'indagine di mercato e della nostra valutazione sono:

- N° 2 video EEG e relativi kit accessori
- N° 2 software di refertazione/lettura degli esami EEG da utilizzare a livello centrale per la lettura degli esami EEG effettuati in sede periferica
- N° 1 PC dedicato completo di stampante e scanner
- Materiale di consumo (elettrodi, cavetti e cuffie),

dall'analisi della richiesta individuano un sistema EEG di routine (standard).

Le ditte che hanno risposto all'indagine di mercato sono:

- Eb Neuro srl
- Micromedi srl.

Dall'analisi delle risposte ricevute risulta:

- la società EbNeuro ha indicato marca e modello del prodotto che risponde alle specifiche tecniche della richiesta ed ha riportato il valore economico della possibile fornitura, come riportato nella successiva tabella;
- la società Micromedi ha riportato una valutazione tecnico economica anonima, cioè senza indicare marca e modello del prodotto che risponde alle specifiche tecniche della richiesta, come riportato nella successiva tabella.




Offerente	Eb Neuro	Micromed
Marca	Eb Neuro	/
Modello	BE PLUS PRO [v. STANDARD "Workstation"] Galileo BE Plus PRO versione STANDARD	/
Prezzo totale (esclusa IVA)	€ 38.300,00	€ 120.000,00


In base alla stima economica riteniamo che i prodotti utilizzati per le risposte appartengano a fasce differenti di prestazioni, perché dall'analisi del mercato risulta che i prezzi riportati si riferiscono rispettivamente ad un sistema EEG standard per quanto riguarda il prodotto Eb Neuro, e ad un sistema EEG high level per quanto riguarda la stima economica Micromed.

In riferimento alle osservazioni prodotte dalla ditta Micromed riteniamo che siano utili per garantire al capitolato la massima partecipazione, pertanto consigliamo di accettarle.

Restando a disposizione, porgiamo distinti saluti.

HC Hospital Consulting spa
Ing. Serafina Imbriani



Alle E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 - Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 133919 del 08-09-2023

All' Ing. Clinico F. Dattilo
Hc spa
Al Dr. G. Volpe
Direttore ff UOC NPJA

Oggetto: Acquisto di n. 2 Video EEG e relativi accessori per la chiusura del Progetto Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità-Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva.

Si riscontra nota prot. W2309009_010 della Società Hc spa, qui allegata per economia di procedimento, ove viene consigliato di integrare il capitolato tecnico proposto in sede di indagine di mercato con le osservazioni prodotte da un Operatore interessato alla procedura

Si richiede pertanto, con estrema urgenza, la rielaborazione del suddetto capitolato, di concerto con il Dirigente medico Dr. Volpe, al fine di garantire la massima partecipazione.

Corre l'obbligo tuttavia di rappresentare che le somme disponibili per l'adempimento di cui all'oggetto, ammontano complessivamente ad € 34.669,20 iva compresa e pertanto si richiede che tale capitolato individui dispositivi il cui valore non superi la somma di cui sopra.

Si invita a dare riscontro entro il 13.09 p.v.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amm.vo UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Tiro

Acc F

ASPAG: Risoluzione VS: Rich. Acq. prot. 33341/2023 - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Nota prot.133919/2023

Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

gio 14/09/2023 10:59

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>;DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>

Cc:Jose Galletto <jose.galletto@aspag.it>;Francesco Vasile <francesco.vasile@aspag.it>;SIC ASP Agrigento <sic.aspagrigento@hcspa.it>

📎 3 allegati (1 MB)

Prot.133919_2023.Nota x HC_Dr.Volpe.pdf; Prot.W2309009_010.HCspa.pdf; 5945_Spec_EEG.xlsx;

Buongiorno,

in relazione alla Vostra, allegata per completezza, siamo ad inoltrare la nostra in formato .xls per una migliore fruibilità digitale.

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti

Ing. Fabio Dattilo

Supervisor di Commessa

Cel. +39-338.7111421



SANITA' E AMBIENTE

Hospital Consulting SpA

Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: venerdì 8 settembre 2023 12:12

A: SIC ASP Agrigento <sic.aspagrigento@hcspa.it>; Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>; DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>

Cc: Jose Galletto <jose.galletto@aspag.it>; Francesco Vasile <francesco.vasile@aspag.it>

Oggetto: R: Rich. Acq. prot. 33341/2023 - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 Nota prot.133919/2023

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo

UOC Servizio Provveditorato

Asp Agrigento

Da: Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

Inviato: lunedì 4 settembre 2023 16:04

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

006

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori

OFFERENTE:			
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALE DICHIARAZIONE* EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	requisito	Documentazione**
6.11	Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office.	(si/no) descrivere	
7	CARATTERISTICHE GENERALI REFERTAZIONE		
7.1	Ingombri e peso ridotto	(valore)	
7.2	Alimentazione 230 V 50 Hz	(valore)	
7.3	Certificazioni a norma di legge	(si/no) elencare	
7.4	Marchatura CE	(si/no) elencare	
7.5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi	(valore)	
Campi da compilare			
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.			
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'Off partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisito.			
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito			

PER APPROVAZIONE

ASP 1 AGRIGENTO
Dipartimento Salute Mentale
U.O.C. NPIA AGRIGENTO
Dott. Gioacchino Volpe
Direttore FF.U.O.C. NPIA AG

Gioacchino Volpe

Agriuso 19/09/2023

R: C. se Att.ne Dr. Volpe - Rich. Acq. prot. 33341/2023 - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 - Trasmissione capitolato tecnico

DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza

gio 14/09/2023 16:19

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

 1 allegati (10 MB)

EEG acquisto Capitolato Tecnico.pdf;

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

Dott. Gioacchino Volpe

Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: giovedì 14 settembre 2023 13:43

A: DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>

Oggetto: C. se Att.ne Dr. Volpe - Rich. Acq. prot. 33341/2023 - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 - Trasmissione capitolato tecnico


Si fa seguito a pregressa corrispondenza e ns. nota prot. 133919 del 08/09/2023 per trasmetterle, per l'esame e la condivisione, capitolato tecnico per come ricevuto dalla Hc spa, incaricata di predisporre tale documento date le risultanze dell'indagine di mercato a suo tempo espletata. Si porge cortese invito, previo esame dell'allegato capitolato, apporre Vs. formale approvazione.

Distinti Saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo

UOC Servizio Provveditorato

Asp Agrigento



Rec. H

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 138010 del 18.09.2023

Sito Web Aziendale

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, a mezzo Trattativa Diretta su MePa, preceduta da valutazione comparativa di preventivi, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento.

Aggiornamento scheda tecnica.

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'acquisto delle attrezzature sanitarie di cui all'oggetto, le cui specifiche tecniche, aggiornate rispetto all'indagine di mercato prot. 76450 del 17.05.2023, sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico e da affidare mediante Trattativa Diretta su MePa, ai sensi della normativa citata, ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 94 e 95 D. Lgs 36/2023), nonché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Amministrazione aggiudicatrice: Asp Agrigento, UOC Servizio Provveditorato, Viale della Vittoria 321 – Agrigento;

Oggetto dell'appalto: Affidamento della fornitura, in acquisto, di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento la chiusura del "Progetto Obiettivo PSN anno 2015, Linea 5.9 Cronicità - Organizzazione della rete telematica Ospedale/Territorio, per la gestione delle Epilessie in età evolutiva", le cui specifiche tecniche sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico;

Procedura: Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023. Il presente avviso viene pubblicato per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. Il presente invito non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo questa Asp, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto miglior offerente, previo giudizio positivo di conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste, e che sarà ritenuto idoneo, secondo i criteri esposti nel presente documento. L'Asp di Agrigento inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata. Quest'Asp inoltre si riserva di

interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella bozza di contratto qui allegata.

Corrispettivo e durata del contratto: gli Operatori economici interessati dovranno produrre un preventivo fino alla concorrenza del valore massimo pari complessivamente ad € 34.669,20 iva compresa (Euro trentaquattromilaseicentosessantannove/20). Il contratto avrà durata di 02 (due) anni (durata della garanzia richiesta), decorrenti dalla data del perfezionamento del contratto.

Modalità di aggiudicazione della fornitura: Il prestatore sarà individuato secondo il criterio del prezzo più basso, previo giudizio positivo di conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste.

Il preventivo richiesto, firmato digitalmente, nonché l'ulteriore documentazione a corredo dello stesso e più sotto elencata, dovranno pervenire all'indirizzo pec: forniture@pec.aspaq.it, citando nell'oggetto il numero di protocollo della presente, entro e non oltre il 26.09 p.v. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro le h. 12.00 del 22.02 p.v.

Unitamente al preventivo l'Operatore interessato dovrà produrre:

1. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, compilando, per le parti d'interesse, l'allegato modulo Allegato_1, firmato digitalmente;
2. Elenco delle principali forniture attestanti pregresse esperienze in forniture similari all'oggetto della presente, idonee ad attestare la capacità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, firmato digitalmente;
3. Dichiarazione di iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip;
4. Copia dell'allegato Capitolato Tecnico, debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
5. Depliant illustrativi (se previsti) o relazione tecnica illustrativa, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, ove siano descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto, firmato digitalmente;
6. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura), firmato digitalmente;
7. Eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura, firmato digitalmente;

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura delle attrezzature sanitarie richieste.

La richiesta di preventivi non vincola in alcun modo quest'Asp, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web aziendale al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di poter presentare il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in

sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste. Si richiede che tali osservazioni vengano prodotte in un documento distinto dall'ulteriore documentazione presentata, e ciò al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la loro immediata individuazione.


Si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilievi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara

Si invitano le Ditte interessate ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica su indicati per eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Handwritten signature of Dr. Giuseppe Palumbo in black ink, written over a horizontal line.

Il Dirig. Amm.vo UOC Serv. Provveditorato
Dr.ssa Maria Tirrò

Handwritten signature of Dr.ssa Maria Tirrò in black ink, written over a horizontal line.

R: C.se Att.ne dr. Volpe, ing. Dattilo - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 - Trasm. schede tecniche Società miglior offerente.

Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

gio 19/10/2023 15:38

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>;DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>

📎 1 allegati (380 KB)


CONFRONTO_OFFERTE181023.pdf;

Buongiorno,

in relazione ai documenti inoltrati siamo rispondere per la parte di competenza, riportando parere positivo per la sola offerta dell'OE Micromed

Cordiali Saluti

Ing. Fabio Dattilo
Supervisor di Commessa
Cel. +39-338.7111421



SANITA' E AMBIENTE

Hospital Consulting SpA

Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: lunedì 16 ottobre 2023 15:40

A: DSM - Coordinamento Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza <dsm.npi@ASPAG.IT>; Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>

Oggetto: C.se Att.ne dr. Volpe, ing. Dattilo - Acq. n. 02 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9 - Trasm. schede tecniche Società miglior offerente.

In allegato si trasmette offerta tecniche della Società miglior offerente all'indagine di mercato proposta per l'acquisto di cui all'oggetto.

Per come riportato nella citata indagine di mercato, le SS.LL. sono invitate, previo esame della documentazione tecnica trasmessa, ad esprimere di concerto giudizio di conformità alle specifiche tecniche proposte, propedeutico all'avvio di Trattativa Diretta su MePa per l'acquisto dei predetti dispositivi.

Si invitano altresì le SS.LL. a non divulgare le informazioni tecniche presenti nell'offerta, stante la dichiarazione prodotta dalla Società offerente di segreti tecnici coperti da privative industriali.

Si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Salute Mentale

UOC Servizio Coordinamento NPIA

Via Papa Giovanni XXIII° - Agrigento-Tel. 0922 407777

Mail Aziendale: dsm.npi@aspag.it

PEC: dsm.npi@pec.aspag.it

AW.L

Agrigento, li 24-10-2023, prot. n. 158111

Al Dr. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
Asp Agrigento

Oggetto: Acq. N. 2 Video EEG con accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN anno 2015, Linea 5.9

Dopo accurata visione della documentazione tecnica trasmessa, vista l'offerta tecnica della Società miglior offerente all'indagine di mercato proposta per l'acquisto di cui all'oggetto, **si esprime parere favorevole di conformità** alle specifiche tecniche proposte, in constatazione anche del parere positivo espresso dal Dott. Fabio Dattilo, Supervisor di Commessa, per la sola offerta dell'OE MicromedIng.

Cordiali Saluti

Il Direttore ff UOC NPIA
Dott. Gioacchino Volpe



All. 11

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento Salute Mentale
UOC Servizio Coordinamento NPIA
Tel. 0922 407777
Mail Aziendale: dsm.npi@aspag.it
PEC: dsm.npi@pec.aspag.it

Agrigento, lì 28-11-2023

Prot. generale ASP Agrigento n. 177993

Al Dott. Giuseppe Palumbo
UOC Servizio Provveditorato
ASP Agrigento

Oggetto: Acquisto di n. 2 Video EEG e relativi accessori per la chiusura del Prog. Obiettivo di PSN Anno 2015, Linea 5.9, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022.

In risposta a vostra Mail pervenuta in data odierna con in allegato offerta tecnica prodotta in gara per l'affidamento di cui all'oggetto, dopo accurata visione dell'offerta tecnica prodotta, si esprime parere favorevole di conformità alle caratteristiche richieste.

Distinti saluti.

Il Direttore ff UOC NPIA

Dott. Giocchino Volpe
Giocchino Volpe

Offerta Economica relativa a

Descrizione N. 02 Video EEG e relativi accessori per l'UOC Servizio Coordinamento NPIAA00. N**RdO nr.** 3861887**Numero lotto** 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO		
Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO		
Codice fiscale	02570930848	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Viale della vittoria, 321		
Città	Agrigento		
Recapito telefonico	3357318040		
Email	GIUSEPPE.PALUMBO@ASPAG.IT		
Punto ordinante	CINZIA SCHINELLI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MICROMED

Partita IVA

03906850262

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	26900

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprendivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Spett.le

Au. O

ASP AGRIGENTO

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 - Agrigento

Oggetto: Affidamento diretto a mezzo trattativa diretta su MEPA, preceduta da valutazione comparativa di preventivi, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'ASP di Agrigento

ELENCO PRINCIPALI FORNITURE

Il sottoscritto Cristiano Rizzo nato a Venezia (VE) il 02/03/1969, codice fiscale RZZCST69C02L736N, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società MICROMED S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in via Giotto n. 2, 31021 Mogliano Veneto (TV), Capitale Sociale € 1.000.000,00, CF/P.IVA 03906850262, iscritta al numero TV03906850262 del Registro delle Imprese di Treviso, tel. 041/5937000 fax 041/5937011, indirizzo e-mail: ufficio.gare@natus.com, mail pec micromed@pec.it ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio (2022-2021-2020) analoghe alla fornitura di cui all'oggetto a favore di Strutture sanitarie pubbliche e/o private è il seguente:

- Sistema combinato BRAIN QUICK DT CLNC V EEG E + MYOQUICK DT MX05 CM2 E NRGY PATT + Sistema BRAIN QUICK D0 CLNC EEG E Elettroencefalografo Digitale a 29 Canali + Sistema MYOQUICK DS MX05 CM2 E NRGY Elettromiografo Digitale Carrellato a 5 canali con PE - 69.531,47€ +iva - 30/11/2022 - OSPEDALE PEDIATRICO DEL BAMBINO GESU' - ROMA (RM)
- BRAIN QUICK NS CLNC V EEG E - EEG PORTATILE + KIT PHOTIC ARM + KIT CAMERA USB-C TABLE + CAR TORO SMALL - 14.994,55 € +iva - 27/10/2022 - AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "A. MEYER" - FIRENZE (FI)
- ELETTROENCEFALOGRAFO PER MONITORAGGIO PROLUNGATO apparecchiatura BRAIN QUICK NO CLNC EEG E - 17.413,25 € +iva - 30/03/2022 - ASL RIETI (RT)
- BRAIN QUICK DT CLNC EEG E con KIT PHOTIC e Chiave Hardware Multiutente su USB - 15.946,75 € +iva - 26/02/2021 - ASST BERGAMO OVEST - Treviglio (BG)



- BRAIN QUICK ICU CP CLNC V EEG E - VideoEEG Digitale Carrellato a 29 Canali con Camera IP - 16.000,00 € +iva - 23/12/2020 - EU-BRAIN Genova (GE)
- BRAIN QUICK NO CLNC V EEG E Video EEG Digitale portatile a 29 ch - 14.000,00 € +iva - 28/09/2020 - OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL - Milano (MI)
- BRAIN QUICK NO CLNC EEG E - EEG digitale portatile a 29 canali + BRAIN QUICK DT CLNC V EEG E - video EEG digitale carrellato a 29 canali + sistema holter a 21 (16+5) canali - 25.859,11 € +iva - 31/08/2020 - A.S.L. ROMA 5 - Roma (RM)

Si vuole sottolineare che le apparecchiature realizzate da Micromed S.p.A. vengono progettate e costruite in base alle esigenze del singolo cliente, caratteristiche che le rendono pertanto uniche tra loro

Mogliano V.to (TV), 25/09/2023

Micromed S.p.A. socio unico
Amministratore delegato
e Legale Rappresentante
Ing. Cristiano Rizzo

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità

— OTTUSIS —





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo.)

Telefono: 0922407279

FAX 0922 407119

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

022.8

Oggetto: Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento a chiusura del Progetto Obiettivo PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità – Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle epilessie in età evolutiva (Cig: A02F4B0106)

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica della copertura finanziaria, Trattativa Diretta su Mepa per l'affidamento della fornitura di n. 02 "Video EEG e relativi accessori" per l'UOC Servizio Coordinamento NPIA dell'Asp di Agrigento, le cui caratteristiche sono allegate alla presente, per un importo complessivo presunto di € 26.900,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le cui specifiche tecniche vengono allegate alla presente

Oggetto della presente procedura è l'acquisto delle attrezzature sanitarie sopra descritte, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna installazione e collaudo presso la struttura sanitaria richiedente; saranno a carico del fornitore tutte le opere di installazione e di eventuale cablaggio, nessuna esclusa, e dovrà essere fornito tutto quanto necessario per l'installazione.
- Garanzia full risk non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo, senza oneri a carico dell'azienda; il livello di assistenza minimo che la ditta è tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:
 - o Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal manuale di service dell'apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative tarature.
 - o Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell'Azienda che presso i laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
 - o Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali interventi di rimessa a norma.
 - o Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
 - o Spese di viaggio, diaria e mano d'opera del personale durante il periodo di garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore nonché la sostituzione di materiale di usura;
- Formazione: in fase di installazione, e successivamente a richiesta dell'ASP, dovrà essere effettuato un corso di formazione inerente: modalità di utilizzo del sistema; modalità di sterilizzazione/sanificazione del sistema; attività di manutenzione a carico dell'operatore. Tale corso dovrà essere certificato a carico del fornitore con raccolta delle firme dei presenti su apposito modulo consegnato in fase di formazione.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto,

sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

Resta inteso che la conclusione del presente Affidamento Diretto è subordinato ad apposito Atto autorizzativo della Direzione Generale di questa Asp, all'esito positivo delle verifiche ex 94 e 95 D. Lgs 36/2023 nonché alla produzione della documentazione prodromica alla stipula del contratto e che verrà richiesta con successiva nota.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni, da eseguire all'interno delle strutture, non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 c. 4 D. Lgs. 36/2023, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara.

Si precisa che la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, verrà attuata tramite FVOE, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass. L'Operatore Economico che intenda partecipare ad uno o più lotti di gara dovrà, pertanto registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare. Il PassOe rilasciato dal sistema dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua e conveniente ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. 36/2023. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la Ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

01. PassOe;
02. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023, di insussistenza delle cause di esclusione previsti all'art. 94 commi 1 e 2 del citato D. Lgs. 36/2023, con indicazione delle generalità complete dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023;
03. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 comma 5 lettere a) b) d) e) f) e comma 6 del D Lgs 36/2023;
04. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettere a) b) c) d) e) e comma 2 D lgs 36/2023;
05. Dichiarazione, firmata digitalmente e resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;

06. Copia delle Condizioni Particolari di contratto con capitolato firmata digitalmente per accettazione;
07. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di depliant illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfutabile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
08. Scheda "Capit.Tecn.Editab.docx", compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente
09. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
10. Schema Offerta Tecnica, rigorosamente senza prezzi, in cui dovrà essere indicato codice CND e numero RDM, nonché il Codice Aziendale, così da rendere inequivocabile l'individuazione del dispositivo offerto;
11. Dettaglio Prezzi Offerti, completa di tutti i dati ivi richiesti; dovrà contenere il prezzo unitario del dispositivo offerto, il prezzo complessivo nonché i dati del confezionamento.

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire, secondo le prescrizioni di cui all'art. 53, c. 4 D. Lgs. 36/2023, garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, da costituire secondo le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 36/2023; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (24 mesi) e sarà automaticamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 c. 8 D. Lgs. 36/2023, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie;
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta, di cui all'allegato I.4 del citato decreto n. 36/2023, nelle modalità di cui alla Risoluzione Agenzia delle entrate 28/6/2023.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) La durata della fornitura è fissata in 24 mesi, decorrenti dal collaudo positivo
- 3) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi trasporto e consegna presso i magazzini farmaceutici dei PP.OO. dell'Asp di Agrigento emittenti l'ordine e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 4) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 5) La fornitura, in conformità all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle

caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi PSN 2015, Linea 5.9 Cronicità la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.13 D. Lgs 36/2023; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)**

**Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli**

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori				
OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALE EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc. ***
	Marca	(indicare)		
	Modello	(indicare)		
	N° di repertorio	(indicare)		
1	N° 2 Sistemi per l'acquisizione di segnali EEG e Video EEG per la gestione delle epilessie in età evolutiva per il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza (NPIA) , dotato di:	(si/no)		
1.1	Amplificatore di ultima generazione e recente immissione sul mercato	(si/no) descrivere		
1.2	Sistema di registrazione con almeno 26 canali monopolari, 8 bipolari (utilizzabili anche come monopolari)	(si/no) descrivere		
1.3	Possibilità di impostare liberamente tutti i canali in AC o in DC	(si/no) descrivere		
1.4	Elevata frequenza di campionamento per ogni canale (almeno 500Hz per canale)	(si/no) descrivere		
1.5	Campionamento almeno 24 bit	(si/no) descrivere		
1.6	Display LCD a colori integrato in testina per la visualizzazione di segnali e impedenze.	(si/no) descrivere		
1.7	Bottone marca eventi integrato	(si/no) descrivere		
1.8	Possibilità di aumentare gli amplificatori per incrementare il numero di canali disponibili	(si/no) descrivere		
1.9	Stimolatore flash con braccio di supporto	(si/no) descrivere		
1.10	Doppio check di impedenza in testina (visualizzazione impedenze su display integrato e tramite illuminazione degli ingressi attivi)	(si/no) descrivere		
1.11	Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.	(si/no) descrivere		
1.12	Il sistema deve poter essere connesso tra mite la rete ospedaliera ad una Stazione di lettura e refertazione compatibile (vedi caratteristiche in basso).	(si/no) descrivere		

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori				
OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc. ***
1.13	PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"	(si/no) descrivere		
1.14	Stampante laser b/n	(si/no) descrivere		
2	Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:			
2.1	• Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce	(si/no) descrivere		
2.2	• Possibilità di definire differenti schermate di lavoro	(si/no) descrivere		
2.3	• Possibilità di definire parametri di acquisizione e preset di lavoro	(si/no) descrivere		
2.4	• Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato	(si/no) descrivere		
2.5	• Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line	(si/no) descrivere		
2.6	• Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.	(si/no) descrivere		
2.7	• Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica	(si/no) descrivere		
2.8	• Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office	(si/no) descrivere		
3	MODULO VIDEO EEG			
3.1	Software di acquisizione per segnali Video EEG	(si/no) descrivere		
3.2	Webcam di ultima generazione FULL HD con controlli software da applicativo di registrazione.	(si/no) descrivere		
3.3	Treppiede per telecamera			
3.4	Microfono ambientale ad alta fedeltà	(si/no) descrivere		
4	CARATTERISTICHE GENERALI EEG			
4.1	Carrello di tipo medicale con trasformatore di isolamento completo di tutti gli accessori (incluso monitor);	(si/no) descrivere		
4.2	Ingombri e peso ridotto	(valore)		
4.3	Alimentazione 230 V 50 Hz	(valore)		
4.4	Certificazioni a norma di legge	(si/no) elencare		

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori					
OFFERENTE:					
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc. ***	
4.5	Marcatura CE	(si/no) elencare			
4.6	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi	(valore)			
5	Accessori in dotazione per ogni sistema:				
5.1	• N. 50 elettrodi a ponte grandi	(si/no) elencare			
5.2	• N. 50 cavetti per elettrodi a ponte	(si/no) elencare			
5.3	• N. 9 Cuffie elastiche in PTS (6 misura pediatrica + 3 per adulti)	(si/no) elencare			
6	N. 1 STAZIONE DI LETTURA E REFERTAZIONE	(si/no) descrivere			
	Stazione di Lettura e refertazione degli esami EEG e VEEG acquisiti con sistemi sopra descritti, dotata di:	(si/no) descrivere			
6.1	PC di ultima generazione e SO Windows 10 Professional, completo di stampante per la refertazione con monitor da almeno 22"	(si/no) descrivere			
6.2	Software per la creazione di cd con tracciati leggibili su qualsiasi PC, senza necessità di software dedicato.	(si/no) descrivere			
6.3	La stazione deve poter essere connessa tramite la rete ospedaliera ai Sistemi acquisitori di EEG - VEEG (vedi caratteristiche in alto).	(si/no) descrivere			
6.4	Stampante laser b/n.	(si/no) descrivere			
	Software semplice ed intuitivo caratterizzato da:				
6.5	Possibilità di gestione di tagli e selezione tracciati veloce.	(si/no) descrivere			
6.6	Possibilità di definire differenti schermate di lavoro.	(si/no) descrivere			
6.7	Possibilità di consultare contemporaneamente momenti differenti dello stesso tracciato.	(si/no) descrivere			
6.8	Possibilità di visualizzare mappe di potenziale, mappe spettrali, spettri di frequenza e rapporti di potenza tra bande di frequenza, on-line e off-line.	(si/no) descrivere			
6.9	Possibilità di personalizzare accesso agli utenti e differenti livelli di operatività.	(si/no) descrivere			
6.10	Possibilità di inserire codici e note per ricerca statistica.	(si/no) descrivere			

Capitolato Tecnico per l'acquisto di n. 02 Video EEG con accessori				
OFFERENTE:				
Codice	Caratteristiche Tecniche Minime SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE DI SEGNALI EEG E VIDEO EEG A STRUTTURA CARRELLATA (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabilità del +/-10%)	Dichiarazione* requisito	Documentazione**	Pagina Doc.***
6.11	Refertazione su programma di scrittura Microsoft Office.	(si/no) descrivere		
7	CARATTERISTICHE GENERALI REFERTAZIONE			
7.1	Ingombri e peso ridotto	(valore)		
7.2	Alimentazione 230 V 50 Hz	(valore)		
7.3	Certificazioni a norma di legge	(si/no) elencare		
7.4	Marcatura CE	(si/no) elencare		
7.5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi	(valore)		
Campi da compilare				
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.				
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisito				
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito				

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40669834	Data richiesta	09/10/2023	Scadenza validità	06/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MICROMED SPA
Codice fiscale	03906850262
Sede legale	VIA GIOTTO, 2 31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.


Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

 PAFV (Progetto Aziendale con Fondi Vincolati) PSN ____ FSN ____ ANNO 2015 ____			
Linea progettuale n. 5.9		TITOLO DEL PROGETTO : Organizzazione rete telematica ospedale-territorio per la gestione delle Epilessie in età evolutiva	
REFERENTE/RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO: dott. Gioacchino Volpe			
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ALLA DATA DEL 30.09.2023:			
PROGETTO DA APPROVARE ____ PROGETTO DA AVVIARE ____ PROGETTO IN CORSO <u> X </u> PROGETTO ULTIMATO ____			
SOMMA ASSEGNATA ALLA LINEA PROGETTUALE			€ 150.000,00
SOMMA RESIDUA AL 31.12.2022(A)			€ 34.669,20
RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023			
CONTO ECONOMICO	DELIBERA/FATTURE/CEDOLINI	OGGETTO INTERVENTO	IMPORTI
TOTALE DELLE SPESE DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023 (B)			€ 0,00
RESIDUO AL 30.09.2023 (A-B)			€ 34.669,20
RENDICONTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI AL 30.09.2023			
ESTREMI IMPEGNO DI SPESA (delibera, bando,...)	SOMMA COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATA	OGGETTO INTERVENTO	SOMMA IMPEGNATA E NON SPESA AL 30.09.2023
Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 340 del 01/03/2022, munita di clausola di immediata esecuzione	€ 34.669,00	Acquisto n° 2 EEG e relativi KIT accessori	€ 30.000,00
		Acquisto software di refertazione/lettura degli eeg	€ 2000,00
		Acquisto pc dedicato completo di scanner e stampante	€ 1.500,00
		Materiali di consumo	€ 1.169,20
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE E NON SPESE al 30.09.2023(C)			€ 34.669,20
TOTALE GENERALE DELLE SOMME RESIDUE DA IMPEGNARE al 30.09.2023 [A-(B+C)]			€ 0,00

N.B.: GLI ATTI CON CUI SONO STATE IMPEGNATE LE SOMME NON SPESE AL 30/09/2023 DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA DI RENDICONTAZIONE

Luogo e data
Agrigento 12 ottobre 2023

IL REFERENTE/RESPONSABILE PAFV


 ASP 1 AGRIGENTO
 Dipartimento Salute Mentale
 U.O.C. NPia AGRIGENTO
 Dott. Gioacchino Volpe
 Direttore FF.U.O.C. NPia AG



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **13 DIC. 2023**
Agrigento, li **13 DIC. 2023**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Il Coadiutore Amm.vo

Sig. ~~Domenico~~ Alaimo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi