



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Il Funzionario Istruttore/RUP
Dott. Calogero Casesa
Telefono 0922 /407631
forniture@aspag.it

Prot.n. 31823 del 20/02/2025

AVVISO ESPLORATIVO PER "INDAGINE DI MERCATO"

Finalizzata alla fornitura di n. 25 Barelle per il Pronto Soccorso del P.O di Sciacca, Licata, Canicattì e Agrigento.

L'azienda ASP "AGRIGENTO", con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet www.aspag.it sezione **bandi di gara e contratti**, intende procedere all'acquisto n. 25 Barelle per il Pronto Soccorso del P.O di Sciacca, Licata, Canicattì e Agrigento, mediante esperimento di idonea procedura di gara sul portale MEPA, previa pubblicazione del presente avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

I prodotti offerti devono possedere i requisiti nel capitolato seguente;

CAPITOLATO TECNICO:

- Barella con superficie paziente radiotrasparente in 2 sezioni ed 1 snodo su 2 colonne telescopiche oleodinamiche;
- Altezza variabile con sistema a pedale pneumatico bilaterale, altezza minima cm 50 e altezza massima cm 85 circa (+/- 5%);
- Dotata di 4 ruote di diametro mm 200 con freno centralizzato sulle 4 ruote;
- Quinta ruota direzionale, posizionata centralmente sotto la base ed a scomparsa;
- Pedale freno raggiungibile dai 4 lati;
- Maniglie di spinta per il trasporto in zona testa, integrate alla struttura e ripiegabili scomparsa;
- Asta flebo in zona testa adatta anche per il posizionamento di pompe infusionali, integrata alla struttura e ripiegabile a scomparsa;
- Vani porta oggetti e porta bombole integrati sotto la superficie paziente;
- Porta drenaggi e sacche perimetrali, integrati alla struttura;
- Schienale oleodinamico elevabile sino ad 85° (+/- 5%);
- Sponde laterali abbattibili a compasso, con sistema di blocco di sicurezza.
- Sponde laterali con sistema di rientro al di sotto del piano paziente, in modo da annullare lo spazio di trasferimento con altre superfici adiacenti (tavolo radiologico, tavolo operatorio etc.);
- 4 paracolpi posti ai 4 angoli della struttura.
- Alloggiamenti per cinghie di contenimento.
- Trendelenburg/antitrendelenburg +/- 18° ottenibili tramite pedali bilaterali.
- Larghezza del piano paziente non inferiore a cm 75;
- Materasso in schiuma con telo di copertura lavabile e disinfettabile, altezza di almeno 10cm.

La documentazione richiesta, dovrà giungere esclusivamente all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it entro il termine del 26/02/2025 ore 10.00;

Non saranno tenute in considerazione forme di invio carenti o diverse da quelle richieste nella presente indagine;
Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407238-0922/407631, indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it.

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 20/02/2025.

Il Funzionario Istruttore/RUP

Dott. Calogero Casesa

Il Dirigente Amministrativo UOS

Economato / A. Beni e Servizi non Sanitari

Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato

Ing. Alessandro Dinolfo