



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Direttore Dott. Pasquale Gallerano

Prot n 20921 del 03.02.2025

Al Direttore UOC
Servizio Provveditorato
ASP AGRIGENTO

Si richiede l'acquisizione dei seguenti presidi necessari per la criopreservazione delle unità di sangue cordonale idonee all'uso trapiantologico

N 200 Sacche /anno per la crioconservazione di cellule, sterile e trasparente dotata di tubatismo in EVA (prossimale) e porzione in PVC (distale) con attacco Luer Lock, 2 NAC (Needleless Access Connector), 1 spike e 3 clamps di chiusura. La sacca deve essere dotata di 2 porte di accesso nella porzione superiore e di un'ampia finestratura per il posizionamento di etichette identificative.

Deve essere SDC compatibile

Deve essere resistente alla crioconservazione a lungo termine in azoto a temperature tra -196°C e $+37^{\circ}\text{C}$

Deve possedere il certificato di conformità per ogni singolo lotto di produzione ed etichetta contenente tutte le indicazioni necessarie previste dalla Legge.

Volume di congelamento (mL) da 30 a 140 ml

Volume nominale 410

Dimensioni esterne Lunghezza 224 ± 3 , larghezza 130 ± 2

N 200 Sacche /anno per la crioconservazione di cellule, sterile e trasparente dotata di tubatismo in EVA (prossimale) e porzione in PVC (distale) con attacco Luer Lock, 2 NAC (Needleless Access Connector), 1 spike e 3 clamps di chiusura. La sacca deve essere dotata di 2 porte di accesso nella porzione superiore e di un'ampia finestratura per il posizionamento di etichette identificative.

Deve essere SDC compatibile

Deve essere resistente alla crioconservazione a lungo termine in azoto a temperature tra -196°C e $+37^{\circ}\text{C}$

Deve possedere il certificato di conformità per ogni singolo lotto di produzione ed etichetta contenente tutte le indicazioni necessarie previste dalla Legge.

Volume di congelamento (mL) da 50 a 195 ml

Volume nominale 410

Dimensioni esterne Lunghezza 274 ± 3 , larghezza 150 ± 2

N 200 Sacche /annoa con fondo aperto per l'inserimento dei tessuti da congelare (cute, valvole cardiache, osso, tendini etc) e Sovrasacca in EVA compatibile per lo stoccaggio a -196°C delle unità criopreservate con sacche di dimensioni Lunghezza 224 ± 3 , larghezza 130 ± 2 e n 200 sacche / annoe sovrasacche di dimensioni esterne Lunghezza 274 ± 3 , larghezza 150 ± 2

Sciaccia 03.02.2025

Il Direttore UOC Medicina Trasfusionale
Dott. P. Galerano

