

PROT. 71701

DEL 30/06/2025

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di materiale specialistico per Colonproctologia, per l'UOC di Chirurgia Generale del P.O. di Agrigento.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende interpellare il mercato al fine di provvedere ad affidare ad un Operatore Economico, previo esperimento di appropriata procedura di acquisto su piattaforma MEPA di CONSIP s.p.a, la fornitura di materiale specialistico per Colonproctologia, per l'UOC di Chirurgia Generale del P.O. di Agrigento, con le specifiche contenute nell'allegato Capitolato Tecnico.

La fornitura di che trattasi dovrà comprendere:


- Anoscopio diagnostico "tronco" e "a becco di flauto" Pz 700;
- Kit per Proctologia Pz 100;
- Filo in silicone bio-medicale, monouso, inerte ed atossico per drenaggio ascesso e fistole anali. 60 metri;
- Legatore emorroidario a trazione e ad aspirazione Pz 200;
- Anelli elastici latex free per legatura emorroidi Pz 100;
- Fonte di luce fredda a LED Pz 2+2;
- Set di Lockhart Mummery, da 4 pezzi, con cruna e in acciaio inox Pz 2 set completi;
- Divaricatore rettale di Eisenhammer, in acciaio con bloccaggio a vite codronata Pz 2;


Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii., dovranno trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it, manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura di gara ed, altresì, al fine di poter stabilire la relativa base d'asta, inviare apposito preventivo di spesa per l'acquisto di che trattasi, con indicazione del prezzo unitario e totale I.V.A. esclusa nonché delle caratteristiche tecniche, le quali non dovranno risultare inferiori a quanto indicato nell'allegato capitolato tecnico.


Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire **entro e non oltre il 16/05/2025** all'indirizzo PEC: forniture@pec.aspag.it.


La presente indagine di mercato, non impegnativa per questa ASP, è finalizzata alla individuazione di una congrua base d'asta ed alla verifica del rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire a tutti gli operatori economici, di poter presentare, se interessati, quanto richiesto con la presente.


Si evidenzia, che le società interessate sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, unitamente al preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche descritte nell'allegato capitolato, al fine di consentire a questa Amministrazione una valutazione in funzione delle prescrizioni indicate nel richiamato capitolato
Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato (0922.407463).


Istruttore
Dr. Roberto Verruso


Il Collaboratore Amministrativo
Dott. Domenico Vella


Il Dirigente Amministrativo UOS
Beni e Servizi non Sanitari
Dott.ssa Rosalia Calà


Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Ing. Alessandro Dinolfo



CAPITOLATO TECNICO

Anoscopia diagnostica " tronco" e "a becco di flauto": video-compatibile, monouso, auto-illuminante, autoreggente, con lunghezza tubo mm 88 e lume diametro mm 23, in materiale plastico trasparente, atraumatico, perfetta illuminazione con fonte di luce fredda G.L.F.100 o pen-light led totalmente avvolta dal manipolo. Ogm confezione deve presentare n 5 pen light led integrabili, amovibili e riutilizzabili.

Pz 700

Kit per proctologia composto da: un anoscopio di diametro 34,5 mm con flangia munita di asole, un mandrino per l'introduzione e una valva fenestrata rotante ad ali di gabbiano. Monouso e sterile.

Pz 100

Filo in silicone bio-medicale, monouso, inerte ed atossico per drenaggio ascesso e fistole anali.

Diametro mm 1,3 ed in busta sterile da 1 metro.

Metri 60

Legatore emorroidario a trazione e ad aspirazione, completo di cono liscio, caricatore a "petali" d'anellini e n°3 elastici; cilindro diam. 10mm, impugnatura ergonomica, grilletto di comando espulsione anello elastico provvisto di balestra di richiamo, materiale plastico trasparente.

Pz 200

Anelli elastici latex free per legatura emorroidi.

Pz 100

Fonte di luce fredda portatile a LED, lampadina alogena da 100 watt ma con un consumo di 18 W, in materiale antiurto, interruttore ON/OFF, maniglia e potenziometro con 6 posizioni per regolare l'intensità del fascio di luce; dotata di cavo a fibre ottiche con guaina in silicone sterilizzabile in autoclave e compatibile con tutta la gamma di anoscopi e rettoscopi.

Pz 2+2

Set di Lockhart Mummery, da 4 pezzi, con cruna e in acciaio inox così composto:

- **Punta dritta** lungh.159 mm, punta leggermente curva lungh.172 mm, punta curva lungh.172 mm, punta ad uncino lungh.165 mm.

Set 2 (completi)

- **Divaricatore rettale di Eisenhammer**, in acciaio con bloccaggio a vite codronata.

Pz 2